



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 01.06.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.19/07/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza II – Powtórzenie Etapu II - Oddział Chirurgii Ogólnej i Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej)

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

DOTYCZY ZAPISÓW UMOWY

PYTANIE 1

Z uwagi na brak możliwości zapoznania się z zapisami umowy serwisowej zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 6 [Gwarancja i rękojmia] ust. 16. Wykonawca przystępujący do postępowania nie jest w stanie zobowiązać się do podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowe warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych bez wcześniejszej możliwości zapoznania się z jej treścią. Ponadto chcielibyśmy zauważyć, iż po okresie gwarancji Zamawiający ma całkowitą dowolność w zakresie wyboru firmy serwisującej jej sprzęt.

Odpowiedź na pytanie 1

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 6 ust.16.

PYTANIE 2

W paragrafie 7 ust. 1 Umowy Zamawiający wymienia kary:

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – *liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, stanowiącej przedmiot umowy, której dotyczy opóźnienie w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,*
- za opóźnienie w podjęciu naprawy w czasie określonym w § 6 ust. 5 pkt 2 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, *liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, stanowiącej przedmiot umowy, której dotyczy opóźnienie,*
- za niedokonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, *liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, stanowiącej przedmiot umowy, dla której nie dokonano przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3,*
- za niedostarczenie zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, *liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, stanowiącej przedmiot umowy, dla której nie dostarczono zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7.*

Prosimy o zmianę zapisu na zapis:

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – *liczonej oddzielnie za dany sprzęt stanowiący przedmiot umowy, której dotyczy opóźnienie* w wysokości **0,2%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- za opóźnienie w podjęciu naprawy w czasie określonym w § 6 ust. 5 pkt 2 - w wysokości **0,2%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, *liczonej oddzielnie za dany sprzęt stanowiący przedmiot umowy, której dotyczy opóźnienie*,
- za niedokonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3 - w wysokości **0,2%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, *liczonej oddzielnie za dany sprzęt stanowiący przedmiot umowy, dla której nie dokonano przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3*,
- za niedostarczenie zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7 - w wysokości **0,2%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, *liczonej oddzielnie za dany sprzęt stanowiący przedmiot umowy, dla której nie dostarczono zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust.7*.

Odpowiedź na pytanie 2

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 7 ust.1 .

DOTYCZY ZAPISÓW SIWZ

PYTANIE 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 60 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź na pytanie 3

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy SIWZ rozdział 5.1 ppkt 2

PYTANIE 4

Czy Zamawiający podaje wartości brutto przy wykazie dokonanych dostaw?

Odpowiedź na pytanie 4

Tak, w SIWZ rozdział 5.1. ppkt.2 podana jest wartość brutto.

CZEŚĆ I - dodatek I/1 – pkt. I-1

PYTANIE 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale z półautomatyczną optymalizacją obrazu za pomocą funkcji podpresetów realizowaną za pomocą przycisku i potencjometru?

Odpowiedź na pytanie 5

Zgodnie z zapisami SIWZ.

CZEŚĆ I - dodatek I/1 – pkt. V-7 i V-9

PYTANIE 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, wyposażony w doskonałą głowicę liniową nowej generacji (192 elementy), ale o zakresie częstotliwości 4,0 – 13,0 MHz, która nie posiada także nakładki dystansującej?

Badania kliniczne dowiodły, że oferowany zakres głowicy (4,0-13,0 MHz) jest w zupełności wystarczający do wykonania specjalistycznych badań zarówno płytko położonych narządów (tarczycy, sutki, układ mięśniowo-szkieletowy), jak i badań naczyniowych oraz przepływów w żyłach kończyn dolnych. Ponadto oferowana głowicach o takich parametrach spełnia wszystkie wymagania zawarte w Standardach Badań Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, jak i NFZ. Stosowanie wymaganego, dużo wyższego zakresu częstotliwości (10,0-16,0 MHz) może spowodować problemy przy badaniu naczyń u trudnych pacjentów, bądź wręcz je uniemożliwić. Do badań naczyń i żył zwłaszcza tych głębiej położonych zaleca się stosowanie częstotliwości niższych od wymaganych 10 MHz.

Obecnie nie stosuje się także nakładki dystansującej do wykonywania w/w badań. Nakładki takie stosowane były w starszych systemach przy głowicach liniowych poprzednich generacji, czy też głowicach mechanicznych i usprawiedliwione było to powodami czysto technicznymi. Nowoczesne systemy ultrasonograficzne współpracujące z głowicami nowej generacji o wysokiej rozdzielczości nie wymagają stosowania nakładek, a nawet nie są zalecane, ponieważ utrudniają badanie i niekorzystnie wpływają na jakość obrazu diagnostycznego. W zasadzie żaden z renomowanych producentów ultrasonografów wysokiej klasy nie oferuje takich nakładek do głowic liniowych.

Zamawiający nie dopuszczając aparatów, które nie spełniają wymaganych w/w parametrów technicznych znacznie zawęża możliwość wyboru z najlepszych aparatów – lub wręcz może taki wybór uniemożliwić, co zapewne nie powinno leżeć w interesie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający będzie wymagał ultrasonografu wyposażonego w głowicę liniową o zakresie częstotliwości 6,0 – 18,0 MHz bez nakładki dystansującej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Część II Dodatek nr II/1 - Artroskop (instrumentarium)

PYTANIE 7

Czy Zamawiający dopuści trokar autoklawowalny, kompatybilny z oferowaną optyką artroskopową 4 mm o długości roboczej 130 mm, średnicy 6 mm z obturatorem typu tępego, przepływowy, obrotowy? Pragniemy nadmienić, iż jest to identyczny trokar z dopuszczonym przez Zamawiającego trokarem w Postępowaniu nr **WP.341.14/11/2010** Część IV, Dodatek Nr IV/1 do SIWZ – Artroskop z oprzyrządowaniem (Odpowiedzi z dnia 20.05.2010).

Odpowiedź na pytanie 7

Tak, Zamawiający dopuszcza.

CZEŚĆ III dodatek III/2

PYTANIE 8

Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia oświetlenia z klawiatury umieszczonej na zasilaczu?

Odpowiedź na pytanie 8

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 9

Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku barw $R_a=92$ (zgodnie z normą IEC 601-2-41, wszelkie wartości powyżej $R_a = 90$ są dla oka niedostrzegalne)?

Odpowiedź na pytanie 9

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 10

Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy pola operacyjnego 15-20 cm?

Odpowiedź na pytanie 10

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 11

Czy Zamawiający dopuści lampę o regulacji wartości natężenia oświetlenia w sposób skokowy?

Odpowiedź na pytanie 11

Tak, Zamawiający dopuszcza.

CZEŚĆ III dodatek III/3

PYTANIE 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem (19 szt.) z regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm?

Odpowiedź na pytanie 12

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem (19 szt.) w kolorze buk?

Odpowiedź na pytanie 13

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 14

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem (19 szt.) z materacem o właściwościach przeciwoleżynowych (pasywny) w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, integralnym do ramy leża?

Odpowiedź na pytanie 14

Tak, Zamawiający dopuszcza.

CZEŚĆ III dodatek III/4**PYTANIE 15**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (33 szt.) o długości 2110 mm, co nieznacznie odbiega od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź na pytanie 15

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 16

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (33 szt.) o szerokości 950 mm, co w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność łóżka?

Odpowiedź na pytanie 16

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 17

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (33 szt.) o wysokości leża 550 mm, co w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność łóżka?

Odpowiedź na pytanie 17

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 18

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (33 szt.) z materacem o właściwościach przeciwoleżynowych (pasywny) w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, integralnym do ramy leża?

Odpowiedź na pytanie 18

Tak, Zamawiający dopuszcza.

CZEŚĆ III dodatek III/5**PYTANIE 19**

Czy Zamawiający dopuści myjnię w wersji stojącej o wysokości 1150 mm?

Odpowiedź na pytanie 19

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 20

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 6 tygodni?

Odpowiedź na pytanie 20

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

PYTANIE 21

Prosimy o podanie miejsc (nr pomieszczeń) , w których Wykonawca ma zamontować myjnię oraz o umożliwienie dokonania wizji lokalnej tych pomieszczeń.

Odpowiedź na pytanie 21

Wykonawca ma zamontować myjnie w pomieszczeniach Brudownik nr. 2014 i nr. 2045. Wykonawca zg. z pkt.3.6.6. SIWZ ma obowiązek dokonania wizji lokalnej miejsca montażu urządzenia.

Informacja o terminie wizji zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja.

CZEŚĆ III dodatek III/7**PYTANIE 22**

Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy pola roboczego około 25 cm?

Odpowiedź na pytanie 22

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 23

Czy Zamawiający dopuści lampę o całkowitym natężeniu napromieniowania dla 100 000 lux 390 W/m²?

Odpowiedź na pytanie 23

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie żarówek halogenowych 24V,75W który jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź na pytanie 24

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 25

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie reflektorów lekarskich o następujących parametrach:

Lampa statywowa mobilna wyposażona w samonastawne kółka
Zawieszenie lampy umożliwiające regulację wysokości, obrotu kopuły zgodnie z wymaganiami podczas zabiegów
Lampa wyposażona w zasilacz akumulatorowy zapewniający 3 h pracy lampy w przypadku awarii zasilania głównego w placówce
Płynna regulacja pola zabiegowego w zakresie 10-20 cm za pomocą sterylizowanego uchwytu
Lampa z manualną regulacją natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego na zasilaczu w zakresie 50-100%.
Natężenie oświetlenia 50 000 lx
Trwałość żarówki 4000 h
Współczynnik oddawania barw Ra=92 (zgodnie z normą IEC 601-2-41, wszelkie wartości powyżej Ra = 90 są dla oka niedostrzegalne)

Odpowiedź na pytanie 25

Tak, Zamawiający dopuszcza.

CZEŚĆ III dodatek III/8**PYTANIE 26**

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości leża elektromechaniczną w zakresie od 640-940mm, tak jak określone jest to w pkt. 3 tabeli?

Odpowiedź na pytanie 26

Tak, Zamawiający dopuszcza.

CZEŚĆ III dodatek III/9**PYTANIE 27**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem (52 szt.) z blatem bocznym o wymiarach 520 x 360 mm, co w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność łóżka?

Odpowiedź na pytanie 27
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 28

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z blatem (52 szt.), z blatem stałym o wymiarach 400 x 430 mm, co w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność łóżka?

Odpowiedź na pytanie 28
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 29

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z blatem (52 szt.) o wysokości 810 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

Odpowiedź na pytanie 29
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 30

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z blatem (52 szt.) z przechyłem blatu bocznego o 30° i 60°?

Odpowiedź na pytanie 30
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 31

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z blatem (52 szt.), z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 800-1200 mm, co wydaj się parametrem nieznacznie lepszym?

Odpowiedź na pytanie 31
Tak, Zamawiający dopuszcza.

CZEŚĆ III dodatek III/12

PYTANIE 32

Czy Zamawiający dopuści wózek wanna z regulacją wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego w zakresie 850-1250mm?

Odpowiedź na pytanie 32
Tak, Zamawiający dopuszcza.

CZEŚĆ III dodatek III/13

PYTANIE 33

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy (7 szt.) o wymiarach 835 x 720 x 425 mm?

Odpowiedź na pytanie 33
Tak, Zamawiający dopuszcza.

CZEŚĆ III dodatek III/19

PYTANIE 34

Czy Zamawiający dopuści taboret szpitalny o stałej wysokości 420 mm lub 425 mm? Zastosowanie regulacji w taboretach służących osobom odwiedzającym jest bezcelowe i powodować będzie jedynie uszkodzenia sprzętu.

Odpowiedź na pytanie 34
Tak, Zamawiający dopuszcza.

CZEŚĆ III dodatek III/21

PYTANIE 35

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia zwłok wykonany ze stali węglowej, lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź na pytanie 35
Tak, Zamawiający dopuszcza.

CZEŚĆ IV dodatek IV/8

PYTANIE 36

Czy w punkcie 1 nie nastąpiła oczywista pomyłka pisarska i czy Zamawiający wymaga zaoferowanie wymiarów ok. 802x385x1833 mm?

Odpowiedź na pytanie 36

Tak.

CZEŚĆ IV dodatek IV/11

PYTANIE 37

Czy Zamawiający dopuści komputer z zasilaczem 350W?

Odpowiedź na pytanie 37

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część II Dodatek II/2

PYTANIE 38

Punkt 7. Proszę o dopuszczenie strzykawki dwutorowej o masie do 3 Kg i o systemie modułowym z możliwością rozdzielania torów strzykawek na pojedyncze.

Odpowiedź na pytanie 38

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 39

Punkt 5. Czy czas zasilania awaryjnego z akumulatora wewnętrznego 8 godz. przy prędkości infuzji 25 ml/h ma dotyczyć każdego toru?

Odpowiedź na pytanie 39

Tak, dotyczy każdego toru.

PYTANIE 40

Czy pompa ma posiadać możliwość pracy w trybie PCA?

Odpowiedź na pytanie 40

Tak, pompa ma posiadać możliwość pracy w trybie PCA.

PYTANIE 41

Punkt 41. Jakie informacje i ile leków powinna uwzględniać biblioteka leków?

Odpowiedź na pytanie 41

Biblioteka leków powinna:

- wyświetlać minimum 8 liter nazwy leku,
- uwzględniać minimum 200 leków z możliwością podziału na 10 grup dowolnie nazwanych,
- wyświetlać prędkość podawania leku albo dawkę podawanego leku,
- mieć możliwość ustawienia limitu podawanego leku(bezpiecznej dawki leku).

Część II Dodatek II/4

PYTANIE 42

Punkt 2. Proszę o dopuszczenie pomp pracujących z aparatami typu Infusomat ponieważ zestawy Acoset przeznaczone są do pomp jednego producenta.

Odpowiedź na pytanie 42

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 43

Punkt 3. Proszę o dopuszczenie pompy z historią dostępnej poprzez Stacje dokującą w formacie xls z możliwością przenoszenia do dowolnego komputera.

Odpowiedź na pytanie 43

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 44

Czy pompa do płynoterapii objętościowa powinna posiadać możliwość pracy w trybie PCA?

Odpowiedz na pytanie 44

Tak, pompa ma posiadać możliwość pracy w trybie PCA.

PYTANIE 45

Punkt 39. Jakie informacje i ile leków powinna uwzględniać biblioteka leków?

Odpowiedź na pytanie 45

Biblioteka leków powinna:

- wyświetlać minimum 8 liter nazwy leku,
- uwzględniać minimum 200 leków z możliwością podziału na 10 grup dowolnie nazwanych,
- wyświetlać prędkość podawania leku albo dawkę podawanego leku,
- mieć możliwość ustawienia limitu podawanego leku(bezpiecznej dawki leku).

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.06.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka