



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 08.06.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.19/08/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (**Faza II – Powtórzenie Etapu II - Oddział Chirurgii Ogólnej i Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej**).

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Dotyczy: pkt I/3 CZĘŚĆ I Dodatek nr I/1 do SIWZ

PYTANIE 1

Czy Zamawiający pod pojęciem zaawansowanej techniki cyfrowej formowania wiązki ultradźwiękowa rozumie technikę compaud/wielowiązkową?

Odpowiedź na pytanie 1

Tak

PYTANIE 2

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany ultrasonograf posiadał 192 fizycznych kanałów nadawczych?

Odpowiedź na pytanie 2

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: pkt II/2 CZĘŚĆ I Dodatek nr I/1 do SIWZ

PYTANIE 3

Wymagana przez Zamawiającego częstotliwość obrazowania 650 obr/s stosowana jest w obrazowaniu kardiologicznym. W praktyce stosuje się częstotliwość Frame Rate o mniejszych parametrach.

Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu z częstotliwością FR 500 obr/s?

Odpowiedź na pytanie 3

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt II/6 CZĘŚĆ I Dodatek nr I/1 do SIWZ

PYTANIE 4

Zamawiający wymaga badań przepływów wysokiej jakości. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga PRF min 24 kHz?

Odpowiedź na pytanie 4

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt II/10 i pkt II/11 CZĘŚĆ I Dodatek nr I/1 do SIWZ

PYTANIE 5

Zastosowanie M-mode anatomicznego zarówno w czasie rzeczywistym jak i z pamięci Cineloop o min 3 kursorach wykorzystywane jest jedynie do badań kardiologicznych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnej techniki tzw. B-mode uchyłony/kątowy w badaniach w czasie rzeczywistym jak i z pamięci Cineloop?

B-mode uchyłony/kątowy zapewnia wykonanie badań kardiologicznych bez utraty jakości.

Odpowiedź na pytanie 5

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt II/14 CZĘŚĆ I Dodatek nr I/1 do SIWZ

PYTANIE 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy ultrasonografu z bramką od 1 do 20mm?

Odpowiedź na pytanie 6

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt VI/6 CZĘŚĆ I Dodatek nr I/1 do SIWZ

PYTANIE 7

Czy Zamawiający wymaga by zaoferowana głowica liniowa z centralnym kanałem biopsyjnym posiadała częstotliwość $2-6 \pm 1,5$ MHz?

Odpowiedź na pytanie 7

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt VI/7 CZĘŚĆ I Dodatek nr I/1 do SIWZ

PYTANIE 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy ultrasonografu z możliwością rozbudowy o głowicę śródoperacyjną jako równoważne rozwiązanie do głowicy laparoskopowej?

Odpowiedź na pytanie 8

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt VI/8 CZĘŚĆ I Dodatek nr I/1 do SIWZ

PYTANIE 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy ultrasonografu z możliwością rozbudowy o głowicę endowaginalną Micro Convex o kącie skanowania 160°?

Odpowiedź na pytanie 9

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wysokiej klasy ultrasonografu z możliwością rozbudowy o głowicę Convex z centralnym kanałem biopsyjnym z trzema różnymi kątami wejść igły?

Odpowiedź na pytanie 10

Tak, Zamawiający dopuszcza

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 08.06.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka