



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko, dnia 14.06.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.19/09/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (**Faza II - Powtórzenie Etapu II - Oddział Chirurgii Ogólnej i Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej**)

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PYTANIE 1

W części IV przedmiotu zamówienia dodatek IV/12, poz. 5 – Zamawiający oczekuje zmywarki w klasie energetycznej „A+”, w której na rynku polskim taki produkt nie jest dostępny.

Czy zatem, Zamawiający (tak jak w postępowaniu WP.341.14/03/2010), dopuszcza zaoferowanie zmywarki charakteryzującej się klasą energetyczną „A”?

Odpowiedź na pytanie 1

Tak, Zamawiający dopuszcza zmywarkę w klasie energetycznej „A”.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.06.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka