



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarne 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 10.06.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.21/07/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Powtórzone Części Etapu I, II, III – część II i część IV).

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Dotyczy rozdziału 4 SIWZ

PYTANIE 1

Czy Zamawiający zmieni brzmienie zapisu SIWZ w ten sposób, że przedłuży termin wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie do 90 dni od dnia podpisania umowy?

Warunki postępowania przewidują, że na realizację zamówienia wyznaczono 50 dni (dotyczy Części II) oraz 30 dni (dotyczy Części IV) od daty zawarcia umowy. Ten termin jest praktycznie niemożliwy do dochowania, nawet w przypadku posiadania aparatury o gotowej konfiguracji spełniającej SIWZ przez wykonawcę w magazynie w Polsce.

Każda realizacja zamówienia na aparaturę o tak skomplikowanej funkcjonalności musi być poprzedzona szeregiem czynności poprzedzających dostawę, tj. specjalistyczna pre-instalacja fabryczna na podstawie warunków lokalowych pracowni Zamawiającego oraz testy potwierdzające zgodność z normami nowo-wyprodukowanego egzemplarza.

W przypadku typowego procesu realizacji wyposażenia pracowni radiologicznej przez autoryzowanych dystrybutorów sprzętu, w terminie realizacji zamówienia należy również uwzględnić czas produkcji urządzenia, gdyż zamówienie u producenta określonej konfiguracji jest składane na podstawie konkretnej specyfikacji Zamawiającego, wynikającej z zawartej z Nim umowy.

Od zawarcia umowy, będącej podstawą do podjęcia pierwszych czynności w celu realizacji zadania, realnie upłynąć musi ok. 90 dni, zanim sprzęt będzie mógł być oddany do eksploatacji.

Jeżeli akurat w danym postępowaniu ofertę złoży wykonawca posiadający w magazynie wyprodukowany już aparat o zbliżonych do zamawianego parametrach, to zakres prac adaptacyjnych, montażowo-instalacyjnych oraz szkoleń jest taki, że dochowanie tego terminu jest bardzo mało prawdopodobne, i nawet taki wykonawca musi uwzględnić ryzyko poniesienia kar w cenie swojej oferty.

Odpowiedź na pytanie 1

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy §3 Wzoru umowy – Dodatku nr 7 do SIWZ

PYTANIE 2

Wnosimy o zmianę lub wykreślenie § 3 ust. 1 wzoru umowy.

Zapis: „Sprzedający nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Kupującego wyrażonej na piśmie” pozostaje w sprzeczności z postanowieniem specyfikacji

dopuszczające udział podwykonawców w przedmiotowym postępowaniu. Zatem, wyrażenie takiej zgody przez Zamawiającego, co potwierdzone jest dodatkiem nr 8 do oferty sporządzonym przez Zamawiającego, w którym wykonawcy mają wskazać części powierzone podwykonawcom, powoduje powstanie rozbieżności, wprowadzającej wykonawców w błąd, co do rzeczywistej woli Zamawiającego w tym zakresie. W związku z powyższym wnosimy o zmianę postanowień siwz poprzez wykreślenie tego zapisu, lub jego sporządzenie w sposób zgodny ze specyfikacją.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający utrzymuje zapis § 3 ust. 1 wzoru umowy.

Dotyczy §3 Wzoru umowy – Dodatku nr 7 do SIWZ

PYTANIE 3

Wnosimy o zmianę § 3 ust. 2 wzoru umowy na: „Strony wprowadzają zakaz przenoszenia wiarygodności wynikłej z umowy na osoby trzecie bez zgody Kupującego wyrażonej na piśmie. W przypadku niedotrzymania tego warunku Sprzedawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości brutto wynagrodzenia Sprzedawcy wskazanego w §4 ust. 1 liczonej odpowiednio od tej części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy”.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający utrzymuje zapis § 3 ust. 2 wzoru umowy.

Dotyczy § 6 ust. 3 zd. 2 Wzoru umowy – Dodatku nr 9 do SIWZ

PYTANIE 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„Na takich samych zasadach Sprzedawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy – dla każdego sprzętu instrukcję serwisową w języku polskim”,

na zapis:

„Na takich samych zasadach Sprzedawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy – dla każdego sprzętu instrukcję serwisową w języku polskim lub języku angielskim, w zakresie w jakim nie narusza to umowy pomiędzy wytwórcą przedmiotu umowy a jego autoryzowanym przedstawicielem w Polsce.”

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający utrzymuje zapis § 6 ust. 3 zd.2 wzoru umowy.

Dotyczy §6 ust. 5 pkt.2 Wzoru umowy – Dodatku nr 9 do SIWZ

PYTANIE 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„2) przystąpić do usunięcia wady w terminie 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia i dokonać usunięcia wady w terminie wskazanym przez Kupującego, nie dłuższym jednak niż 7 dni,”,

na zapis:

„2) przystąpić do usunięcia wady w terminie 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia i dokonać usunięcia wady w terminie wskazanym przez Kupującego, nie dłuższym niż 7 dni,”

Wymagany termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia. Ponadto należy mieć na uwadze, że przedmiotem umowy są bardzo zróżnicowane urządzenia specjalistyczne o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego ich naprawa i przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, może okazać się praktycznie niemożliwe.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający utrzymuje zapis § 6 ust. 5 pkt.2 wzoru umowy.

Dotyczy §6 ust. 7 Wzoru umowy – Dodatku nr 9 do SIWZ

PYTANIE 6

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację ww. zapisu przez dodanie zdania:

„Dostarczenie urządzenia zastępczego zgodnie z niniejszym zapisem, uważane jest za wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie”,

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający utrzymuje zapis § 6 ust. 7 wzoru umowy.

Dotyczy §6 ust. 11 Wzoru umowy – Dodatku nr 9 do SIWZ

PYTANIE 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„11. W okresie gwarancji Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy dokonane zgłoszenie było bezzasadne,”,

na zapis:

„11. W okresie gwarancji Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy dokonane zgłoszenie było bezzasadne lub gdy wada urządzenia spowodowana była działaniem użytkownika w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i/lub zaleceniami producenta.”

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający utrzymuje zapis § 6 ust. 11 wzoru umowy.

Dotyczy §7 ust. 1 Wzoru umowy – Dodatku nr 9 do SIWZ

PYTANIE 8

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację ww. zapisu tak by powstał zapis:

„Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający - w wysokości **10%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 liczonej od tej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy,

b) za zwłokę w **dostawie** przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,2% wartości brutto **towaru niedostarczonego w terminie**, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy w wysokości 0,2% wartości **towaru naprawianego** za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% wartości brutto **towaru naprawianego**, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

e) za zwłokę w podjęciu naprawy w czasie określonym w § 6 ust. 5 pkt 2 - w wysokości 0,2% wartości brutto **wadliwego towaru**, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

f) za niedokonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3 - w wysokości 0,2% wartości brutto **towaru, którego dotyczy przegląd** za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

g) za niedostarczenie zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7 - w wysokości 0,2% wartości brutto **towaru naprawianego** za każdy kalendarzowy dzień zwłoki.”

Istniejący obecnie zapis w przypadku opóźnienia w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od wartości całej części postępowania. Biorąc pod uwagę, że w ramach każdej z części przedmiotu umowy występują wyroby medyczne o bardzo zróżnicowanym charakterze i wartości, istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony.

Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający utrzymuje zapis § 7 ust. 1 wzoru umowy.

Dotyczy §7 ust. 3 Wzoru umowy – Dodatku nr 9 do SIWZ

PYTANIE 9

Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

Powyższy kara umowna jest za niewykonanie/ nienależyte wykonanie umowy jest w niniejszej umowie naliczana już de facto na podstawie §7 ust.1, więc jej pozostawienie stanowiłoby pozostawienie możliwości naliczania Zamawiającemu podwójnej kary za to samo działanie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający skreśla zapis § 7 ust. 3 wzoru umowy i w tym zakresie modyfikuje dodatek Nr 7 do SIWZ.

Dotyczy §7 ust. 5 Wzoru umowy – Dodatku nr 9 do SIWZ

PYTANIE 10

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania umowy”.

na zapis:

*„Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku **rażącego** niewykonywania bądź nienależytego wykonywania umowy”.*

Pozostawienie powyższego zapisu w pierwotnej wersji umożliwiłoby Zamawiającemu zerwanie umowy już przy drobnym (np. jednodniowym) opóźnieniu w dostawie. Taka możliwość naraża Wykonawcę na niezwykle dotkliwe szkody, niewspółmierne do zawinienia.

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający utrzymuje zapis § 7 ust. 5 wzoru umowy.

Dotyczy §8 ust. 3 Wzoru umowy – Dodatku nr 9 do SIWZ

PYTANIE 11

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„3. W przypadku gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 20 dni (w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy) Kupujący może odstąpić od umowy, w terminie o którym mowa w ust. 1, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od niniejszej umowy.”.

Na zapis:

„3. W przypadku gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 45 dni (w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy) Kupujący może odstąpić od umowy, w terminie o którym mowa w ust. 1, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od niniejszej umowy.”.

Powyższy termin wymaga przedłużenia ze względu na niezwykle szeroki zakres dostawy, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający utrzymuje zapis § 8 ust. 3 wzoru umowy.

Dotyczy §10 Wzoru umowy – Dodatku nr 9 do SIWZ

PYTANIE 12

Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

Takie postanowienie umowy nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia. Nie ma wątpliwości, że Zamawiający sam jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z postępowaniem przez okres 4 lat zgodnie z brzmieniem art. 165 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Nie może tego obowiązku przerzucić na wykonawców, które często jako podmiotu działające zgodnie z wewnętrznymi zasadami (np. w związku z posiadaniem certyfikatu ISO) mają własne procedury postępowania z posiadanymi dokumentami). Ponieważ to zamawiający jest autorem jak i adresatem wszelkiej dokumentacji składającej się na niniejsze postępowanie i nią dysponuje, nie istnieje potrzeba powielania przechowywanej dokumentacji. Mając na względzie powyższe wnosimy o wykreślenie wskazanego postanowienia umowy.

Odpowiedź na pytanie 12

Zamawiający utrzymuje zapis § 10 wzoru umowy.

Dotyczy CZEŚĆ II

Cyfrowy aparat RTG ze ścianką do prześwietlania – szt.1

1. Dział Diagnostyki – 1 szt.

II. GENERATOR, pkt 6 i 8

PYTANIE 13

Moc wyjściowa generatora ≥ 65 [kW]

Zakres ustawiania prądu mA przy wartości napięcia $100 \text{ kV} \leq 10 \text{ [mA]} \geq 800 \text{ [mA]}$

Informacja z pkt 8 oznacza konieczność zastosowania generatora min. 80 kW (jako wymóg prądu 800 mA przy napięciu 100 kV). Tak duża moc generatora nie jest konieczna zważywszy, że Zamawiający wymaga zastosowania lampy o mocy dużego ogniska min. 65 kW oraz generatora o mocy min. 65 kW.

Wnosimy o rezygnację Zamawiającego z wymogu podania prądu dla wartości napięcia 100kV, czyli umożliwienie zaoferowania generatora rtg o mocy min. 65 kW oraz maksymalnym prądzie min. 800 mA, co w żaden sposób nie ograniczy aplikacji dla cyfrowego aparatu rtg.

Odpowiedź na pytanie 13

Zgodnie z SIWZ.

III. LAMPA RTG, KOLIMATOR, pkt. 20

PYTANIE 14

Moc dużego ogniska (wg normy IEC 613) min 65 [kW]

Czy Zamawiający zgodzi się, że nowoczesny aparat rentgenowski powinien posiadać lampę RTG o mocy dużego ogniska min 90 kW? Takie rozwiązanie zapewnia właściwe dopasowanie lampy do generatora, gdyż lampa posiada dostateczną rezerwę mocy (ok. 50%) w stosunku do mocy generatora. Czy Zamawiający będzie wymagał mocy min. 90 kW dla dużego ogniska?

Odpowiedź na pytanie 14

Zgodnie z SIWZ.

III. LAMPA RTG, KOLIMATOR, pkt 33

PYTANIE 15

Szybkość chłodzenia anody min 125 [kHU/min]

Proponowany przez naszą firmę aparat posiada anodę o pojemności cieplnej 350 kHU, co jest wielkością większą od wymaganej przez Zamawiającego oraz szybkość chłodzenia anody 75 kHU/min. Parametr ten jest niejednoznacznym wyznacznikiem jakości albowiem jego wartość jest podawana dla pierwszych 10-100ms po ustaniu obciążenia (bez określonej normatywy), a istotnym jest parametr ciągłego oddawania ciepła przez układ lampa-kołpak, który jest wydajnie schładzany (740W), co praktycznie zapewnia bezprzerwową pracę aparatu nawet z dużym obciążeniem. Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym anoda posiada szybkość chłodzenia 75 kHU/min, jednocześnie wprowadzając wymóg, aby ciągła dyssypacja ciepła z kołpaka wynosiła min. 600W w celu zapewnienia sobie ofert na aparaty najwyższej klasy?

Odpowiedź na pytanie 15

Zgodnie z SIWZ.

IV. DETEKTORY SYSTEMU DR, pkt 36 i 37

PYTANIE 16

Rozmiar detektora - powierzchnia aktywna min. 430 [mm] x 430 [mm]

Matryca obrazowa min. 6 mln. pikseli

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada detektory o wymiarach 410 x 410 mm oraz matrycy ponad 4 mln. pikseli, które są zoptymalizowane oferując dużą mobilność i wszechstronność (detektory są przystosowane do szybkiego wyjmowania z aparatu oraz wykonywania zdjęć poza stanowiskami zdjęciowymi przy obciążeniu nawet do 160 kg). Uzyskiwane obrazy, dzięki zaawansowanym algorytmom ich przetwarzania, umożliwiają wykonywanie różnorodnych aplikacji i posiadają wystarczającą rozdzielczość do diagnostyki medycznej. Rozwiązanie to jest oferowane przez firmę GE od wielu lat w sprzęcie rtg i zapewnia otrzymanie wysokiej jakości obrazów diagnostycznych przy minimalnej dawce dla pacjenta.

Odpowiedź na pytanie 16
Zgodnie z SIWZ.

V. ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG, pkt. 45

PYTANIE 17

Obrót kołpaka z lampą rtg wokół osi poziomej od min.-120 [o] do min. + 120 [o] (od pozycji środkowej)

Czy Zamawiający zgodzi się, że nowoczesne zawieszenie sufitowe powinno posiadać zakres obrotu min.-135 [o] do min. + 180 [o] (od pozycji środkowej)? Taki zakres zapewnia możliwość wykonywania różnorodnych projekcji podczas badania pacjenta bez konieczności jego repozycjonowania. Czy Zamawiający będzie wymagał takiego zakresu obrotu?

Odpowiedź na pytanie 17

Zgodnie z SIWZ.

V. ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG, pkt. 46

PYTANIE 18

Obrót kołpaka z lampą rtg wokół osi pionowej od min.- 180 [o] do min.+154 [o] (od pozycji środkowej) TAK

Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki i wymaga dostarczenia systemu w którym zakres obrotu wynosi symetrycznie min.-180 [o] do min. + 180 [o] (od pozycji środkowej) tj 360° (kąąt pełny)? Tylko pełny zakres obrotu zapewnia możliwość wykonania pełnego zakresu projekcji diagnostycznych podczas badania bez konieczności zmiany położenia pacjenta.

Odpowiedź na pytanie 18

Zgodnie z SIWZ.

V. ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG, pkt. 47

PYTANIE 19

Centralne zwalnianie blokad 3 ruchów liniowych kolumny i wysięgnika kołpaka za pomocą jednej ręki TAK

Czy Zamawiający przez to rozumie zwalnianie blokad 3 ruchów liniowych kolumny i wysięgnika kołpaka za pomocą jednego palca poprzez dedykowany do tego przycisk lub czujnik?

Odpowiedź na pytanie 19

Zgodnie z SIWZ.

VI. STATYW DO ZDJĘĆ Z DETEKTOREM DR, pkt. 49

PYTANIE 20

Akwizycja realizowana przy pomocy płaskiego detektora cyfrowego TAK

Czy Zamawiający wymaga możliwości wyjmowania ww detektora ze statywu bez użycia narzędzi w celu wykonania zdjęć poza statywem np. na wózku lub łóżku?

Odpowiedź na pytanie 20

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

VI. STATYW DO ZDJĘĆ Z DETEKTOREM DR, pkt. 52

PYTANIE 21

Zakres ruchu pionowego detektora ≥ 127 [cm] TAK

Czy Zamawiający zgodzi się, że nowoczesny statyw powinien posiadać taki sam zakres ruchu pionowego detektora jak oferowane zawieszenie sufitowe (pkt 44) tj ≥ 148 [cm] i konsekwentnie będzie wymagał takiego zakresu ruchu pionowego detektora?

Odpowiedź na pytanie 21

Zgodnie z SIWZ

VI. STATYW DO ZDJĘĆ Z DETEKTOREM DR, pkt. 55

PYTANIE 22

Zmotoryzowany lub manualny ruch detektora z pozycji pionowej do pozycji poziomej TAK

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania statywu posiadającego zarówno ruch zmotoryzowany jak i ręczny w celu dokonania obrotu detektora DR?

Odpowiedź na pytanie 22

Zgodnie z SIWZ.

VI. STATYW DO ZDJĘĆ Z DETEKTOREM DR, pkt. 59

PYTANIE 23

Kratki przeciwrozproszeniowe w zakresie Fo 100-130 cm - 1 sztuka oraz w zakresie Fo 140-200cm -1 sztuka TAK

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 1 uniwersalnej kratki o ogniskowej 130 cm, która pokrywa zakres aplikacji od 90 do 190 cm?

Odpowiedź na pytanie 23

Tak, Zamawiający dopuszcza.

VII. STÓŁ DO ZDJĘĆ Z DETEKTOREM DR, pkt 60

PYTANIE 24

Akwizycja realizowana przy pomocy płaskiego detektora cyfrowego TAK

Czy Zamawiający wymaga możliwości wyjmowania ww detektora ze stołu bez użycia narzędzi w celu wykonania zdjęć poza stołem np. na wózku lub łóżku?

Odpowiedź na pytanie 24

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

VII. STÓŁ DO ZDJĘĆ Z DETEKTOREM DR, pkt 67

PYTANIE 25

Zakres przesuwu wzdłużnego wózka z detektorem min. 40 [cm]

Czy Zamawiający zgodzi się, że nowoczesny stół wymaga ruchu wzdłużnego wózka z detektorem min. 60 cm, co ułatwia pozycjonowanie pacjenta i w następstwie będzie wymagał takiego zakresu?

Odpowiedź na pytanie 25

Zgodnie z SIWZ.

VIII. KONSOLA OPERATORSKA, pkt 74

PYTANIE 26

Obsługa systemu obrazowego zintegrowana w jednej konsoli do sterowania całym systemem RTG Funkcjonalność pozwalająca na nagrywanie badania na płytę CD/DVD na zewnętrznym robocie nagrywającym z poziomu konsoli technika TAK

Typowo konsola operatora wyposażona jest w własny napęd CD/DVD umożliwiający nagranie pacjentowi obrazów z poziomu konsoli technika (o ile badanie jest dostępne na dysku roboczym konsoli). Ponieważ konsola operatorska służy do obsługi całego systemu DR, wykorzystywanie jej do inicjowania nagrywania płyt na robocie wymaga zablokowania systemu na czas potrzebny do pobrania obrazów oraz zainicjowania ich wypalania w robocie (lub innym napędzie). Wnosimy o umożliwienie zaoferowania alternatywnego rozwiązania w którym robot do nagrywania badań na płytach jest obsługiwany z niezależnego stanowiska.

Odpowiedź na pytanie 26

Zamawiający wymaga funkcjonalności pozwalającej na nagrywanie na płytę CD/DVD na zewnętrznym robocie nagrywającym badań dostępnych na dysku roboczym konsoli.

Dotyczy Część IV Lampa bezcieniowa przejezdna 22 szt.

PYTANIE 27

Pkt. 2 tabeli – czy Zamawiający dopuści lampy statywowe bez akumulatora?

Odpowiedź na pytanie 27

Nie, Zamawiający nie dopuszcza .

PYTANIE 28

Pkt. 3 i 7 – prosimy o doprecyzowanie i ew. korektę pkt. 3 gdzie Zamawiający napisał „lampy z możliwością ogniskowania...” a następnie w p. 7 – „średnica pola operacyjnego realizowana w sposób trwały” zapisy te są ze sobą sprzeczne.

Ponieważ z przedstawionego opisu wynika ewidentna sprzeczność prosimy o potwierdzenie, że zarówno lampy z możliwością ogniskowania jak i o średnicy pola operacyjnego realizowanej w sposób trwały spełniają wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 28

Tak, Zamawiający wymaga lamp z możliwością ogniskowania jak i o średnicy pola operacyjnego realizowanej w sposób trwały.

PYTANIE 29

Pkt. 7 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lamp o średnicy pola operacyjnego 18 cm (aktualnie wymagana jest 17 cm co oznacza, że jest to tylko 5 mm różnicy w promieniu koła oświetlonego pola operacyjnego)?

Odpowiedź na pytanie 29

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Część IV Lampa bezcieniowa przejezdna 3 projektorowa – szt.2**PYTANIE 30**

Pkt. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z centralnym bezcieniowym źródłem światła – 1 reflektorowe?

Odpowiedź na pytanie 30

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 31

Pkt. 8. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie lamp o natężeniu oświetlenia 90 KLx?

Odpowiedź na pytanie 31

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 32

Pkt. 10 tabeli – czy Zamawiający dopuści zakres regulacji średnicy pola operacyjnego 14 – 20 cm?

Odpowiedź na pytanie 32

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 33

Pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie żarówek halogenowych 120 W/24 V?

Odpowiedź na pytanie 33

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 34

Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści zastosowanie żarówek o trwałości 1000 h?

Odpowiedź na pytanie 34

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Część IV Reflektor lekarski - szt.17**PYTANIE 35**

Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuszcza lampy o natężeniu oświetlenia 40 KLx?

Odpowiedź na pytanie 35

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 36

Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści lampy wyposażone w żarówki halogenowe 12V, 50 W

Odpowiedź na pytanie 36

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Część nr I – Dział Diagnostyki – cyfrowy aparat RTG ze ścianką do prześwietlania

PYTANIE 37

Zamawiający wymaga potwierdzania parametrów poprzez ich zaznaczenie w materiałach informacyjnych. Z uwagi na fakt, iż każda tabela wymaganych parametrów technicznych dotycząca aparatów jest inna dla każdego przetargu, wykonawca nie jest w stanie folderem producenta, w którym określona jest specyfikacja techniczna aparatu potwierdzić wszystkich wymaganych informacji ujętych w tabeli technicznej. Materiały techniczne są materiałami ogólnymi posiadającymi najważniejsze dane dotyczące parametrów technicznych aparatu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy dołączenie do oferty oświadczenia producenta lub wystawionego przez firmę utworzoną przez producenta dla reprezentowania jego interesów na terenie Polski o spełnieniu parametrów wpisanych w tabeli technicznej (nie znajdujących potwierdzenia w opisie technicznym, tzw. Produkt Data i w prospekcie) będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ?

Odpowiedź na pytanie 37

Tak, dopuszczamy.

PYTANIE 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby §6 ust 5.2 Umowy przyjął brzmienie: „(...) przystąpić do usunięcia wady w terminie 24 godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia i dokonać usunięcia wady w terminie wskazanym przez Kupującego, nie krótszym jednak niż 7 dni roboczych”?

Odpowiedź na pytanie 38

Zamawiający utrzymuje zapis §6 ust 5.2 umowy.

PYTANIE 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby §6 ust 16 Umowy przyjął brzmienie: „Po upływie okresu gwarancji Sprzedający gwarantuje – w przypadku braku innych ustaleń - podpisanie umowy serwisowej określającej szczegółowe warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych”

Odpowiedź na pytanie 39

Zamawiający utrzymuje zapis §6 ust 16 umowy.

PYTANIE 40

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył instrukcję BHP. Często instrukcja BHP jest częścią instrukcji obsługi i nosi nazwę instrukcja bezpieczeństwa (IB). Czy w związku z powyższym zamawiający dopuści zamiast instrukcji BHP instrukcję obsługi zawierającą instrukcję bezpieczeństwa (IB)?

Odpowiedź na pytanie 40

Tak, dopuszczamy.

PYTANIE 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na o wprowadzenie następującego zapisu, który jest standardowym zapisem narzuconym przez z producenta:

„Gwarancją nie są objęte:

- a) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Użytkownika i wywołane nim wady;
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji;
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Użytkownika lub inne nieuprawnione osoby);
- b) materiały eksploatacyjne oraz materiały podlegające normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji (np. żele, żarówki, kable, folie, paski itp.).
- c) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (np. pożar, powódź, zalanie itp.)”?

Odpowiedź na pytanie 41

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 42

Zamawiający w § 5.2 Umowy zawarł zapis: „Na podstawie protokołu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania oraz pisemnego oświadczenia Sprzedawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy”. Prosimy o zmianę powyższego zapisu na: „Na podstawie protokołu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania oraz pisemnego oświadczenia Sprzedawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym zgodnie z SIWZ i ofertą Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy”.

Odpowiedź na pytanie 42

Zamawiający utrzymuje zapis § 5.2 umowy.

PYTANIE 43

§3 ust.2 Umowy - w zapisie tego przepisu brak jest konsekwencji. W zdaniu pierwszym jest mowa, że strony umowy nie mogą przenosić na osoby trzecie wierzytelności wynikających z umowy. Natomiast w zdaniu drugim określa się karę umowną wyłącznie w odniesieniu do Sprzedawcy. Naruszenie wskazanego warunku możliwe jest przecież, przez obie strony umowy, a więc zapis winien dotyczyć obu stron. Czy biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający (Kupujący) wyraża zgodę na zmianę treści zdania drugiego §3 ust.2 i nadanie mu brzmienia - „W przypadku nie dotrzymania tego warunku Strona winna jego naruszenia zapłaci Stronie, której wierzytelności zostały przeniesione karę umowną w wysokości 10% (słownie; dziesięć procent) wartości brutto wynagrodzenia Sprzedawcy wskazanego w §4 ust. 1, liczonej odpowiednio od tej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy”?

Odpowiedź na pytanie 43

Zamawiający utrzymuje zapis § 3 ust 2 umowy.

PYTANIE 44

§4 ust. 2 (zdanie drugie) Umowy - treść tego przepisu jest nieprecyzyjna i nie odpowiada zasadom prawidłowego formułowania zapisów umownych. Przepis ten nie precyzuje bowiem, co należy rozumieć pod pojęciem „koszty związane z realizacją przedmiotu umowy”. Przepis ten stwarza także możliwość domagania się przez Zamawiającego od Wykonawcy działań i usług wyłącznie według swojego uznania. Czy Zamawiający nie widzi więc konieczności zmiany treści §4 ust. 2 (zdanie drugie) poprzez jego doprecyzowanie, które winno polegać na wskazaniu i wyliczeniu jakie koszty są objęte wynagrodzeniem lub powołaniu zapisów umownych, w oparciu o które możliwe będzie określenie, co należy rozumieć pod pojęciem „wszelkie koszty związane z realizacją umowy”?

Odpowiedź na pytanie 44

Zamawiający utrzymuje zapis §4 ust 2 umowy.

PYTANIE 45

§7 ust.1 lit.a (zdanie pierwsze) Umowy - Czy Zamawiający nie uważa, że prawa i obowiązki stron winny być regulowane w taki sam sposób w odniesieniu do każdej ze stron? Czy biorąc pod uwagę treść §7 ust.2 umowy, w którym uzależnia się zapłatę kary umownej dla Sprzedawcy od winy Kupującego, Zamawiający nie uznaje za konieczne uregulowanie odpowiedzialności Sprzedawcy na takich samych zasadach? Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści §7 ust.1 lit.a (zdanie pierwsze) i nadanie mu brzmienia - „za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które winę ponosi Sprzedawca – w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust.1 liczonej od każdej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy.”?

Odpowiedź na pytanie 45

Zamawiający utrzymuje zapis §7 ust.1 lit.a umowy.

PYTANIE 46

§7 ust.3 Umowy – Jak jest uzasadnienie wprowadzenia kary umownej określonej w tym przepisie? Przecież cały §7 ust.1 określa kary związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Wprowadzenie §7 ust.3 powoduje, że za te same nieprawidłowości Wykonawca może być

karane podwójnie i zależy to wyłącznie od uznania Zamawiającego. Czy Zamawiający nie uważa, że §7 ust.3 winien zostać wykreślony, albowiem jest on niezgodny z zasadami określania odpowiedzialności w stosunkach umownych i stwarza możliwość nałożenia na Wykonawcę kary niewspółmiernej do zawinienia i nie znajdującej uzasadnienia prawnego?

Odpowiedź na pytanie 46

Zamawiający skreśla zapis § 7 ust. 3 wzoru umowy i w tym zakresie modyfikuje dodatek Nr 7 do SIWZ.

PYTANIE 47

Czy Zamawiający nie uważa, że zasada równości stron wymaga aby w przepisach §7 ust. 4 i 5 słowa "Kupujący" zastąpić słowami "Strony"?

Odpowiedź na pytanie 47

Zamawiający utrzymuje zapis § 7 ust 4 i 5 umowy.

PYTANIE 48

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści §7 ust.6 umowy i nadanie mu brzmienia: "Należności wynikające z naliczonych kar umownych Kupujący może potrącić z należności Sprzedającego, wynikających z faktury"?

Odpowiedź na pytanie 48

Zamawiający utrzymuje zapis §7 ust 6 umowy.

PYTANIE 49

§7 ust.4 Umowy - Skoro umowa winna chronić interesy obu stron i zakładamy, że kary umowne przysługują obu stronom umowy, to czy Zamawiający nie uważa, że należy zmienić treść tego przepisu i nadać mu brzmienie - „Strony mogą, na zasadach ogólnych, dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody”?

Odpowiedź na pytanie 49

Zamawiający utrzymuje zapis § 7 ust 4 umowy.

PYTANIE 50

§8 ust.2 Umowy - Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie zapisu §8 ust.2 i nadanie mu brzmienia - „W przypadku, o którym mowa w ust.1, Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu faktycznego wykonania umowy”?

Odpowiedź na pytanie 50

Zamawiający utrzymuje zapis § 8 ust 2 umowy.

PYTANIE 51

§10 ust.1 Umowy - Jeśli zakładamy wprowadzenie takiego obowiązku, to winien on się wiązać wyłącznie z okresem odpowiedzialności gwarancyjnej lub z przepisami regulującymi odpowiedzialność z tytułu stosunków umownych. Jakie jest uzasadnienie prawne przyjętego okresu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy? Czy Zamawiający nie uważa, że uregulowania określone w §10 należałoby wykreślić z umowy, albowiem nadmiernie ingerują w swobodę działalności Sprzedającego?

Odpowiedź na pytanie 51

Zamawiający utrzymuje zapis § 10 ust 1 umowy.

PYTANIE 52

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia instrukcji serwisowej? Zgodne z wymogami producenta do dokonywania jakichkolwiek napraw sprzętu upoważniony jest wyłącznie przedstawiciel autoryzowanego serwisu po przebyciu specjalistycznych, szkoleń. Aparat RTG jest wyrobem medycznym przeznaczonym do diagnostyki pacjenta i posiadającym Certyfikat CE, Brak fachowej wiedzy technicznej na temat urządzenia może wywołać negatywne, zarówno dla personelu Zamawiającego jak i pacjentów, skutki. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie w/w zapisu.

Odpowiedź na pytanie 52

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 53

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji serwisowej w języku angielskim, który jest standardowo używany przez serwisantów?

Odpowiedź na pytanie 53

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 54

Prosimy o potwierdzenie, iż pomieszczenie 0091 jest przeznaczone dla montażu aparatu RTG płucno-kostnego.

Odpowiedź na pytanie 54

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 55

W projekcie osłon stałych dla pomieszczenia 0091 zastosowane są panel AntiX, które nie zostały zamontowane, co stwierdzono podczas wizji. W związku z powyższym prosimy o podanie, jakie osłony przed promieniowaniem (grubość równoważnika ołowiu) zostały zastosowane w rzeczywistości na każdej ze ścian.

Odpowiedź na pytanie 55

Zamiast paneli anti-x (na ścianach płytki ściennie) zastosowano płyty gipsowe Lafrange Gips z powłoką ołowianą. Grubość powłoki ołowianej zgodna z projektem.

PYTANIE 56

Prosimy o potwierdzenie, czy kabel zasilający, który jest doprowadzony do pomieszczenia 0091 spełni poniższe warunki zasilania: moc przyłączeniowa 34,6 kVA, impedancja $\leq 110 \text{ m}\Omega$, chwilowy pobór mocy 125kVA, zasilanie 3/N/PE, 400V +/- 10%, 50/60 Hz +/- 1Hz.

Odpowiedź na pytanie 56

Wg. projektu kabel zasilający dobrano do mocy 35 kVA i impedancji $\leq 110 \text{ m}\Omega$ oraz chwilowego poboru mocy 120 kVA. Dodatkowo informujemy, że dla zasilania został ułożony kabel YKY 5x1x35mm² o długości 70 mb zabezpieczony w rozdzielni n.n. wkładką 63A.

PYTANIE 57

Prosimy o określenie z czego wykonany jest strop pomieszczenia 0091, podania grubości poszczególnych warstw oraz o podanie jakiego rodzaju pomieszczenia znajdują się nad tym pomieszczeniem.

Odpowiedź na pytanie 57

Strop pomieszczenia 0091 czyli strop nad pomieszczeniem wykonany jest w postaci płyty żelbetowej. Składa się z następujących warstw od góry:

- wykładzina ToroEL
- warstwa samopoziomująca Sopro grubości 5 mm
- warstwa wyrównawcza Sopro grubości 30 mm
- strop żelbetowy B 25 grubości 20 cm

Nad pomieszczeniem 0091 (nad stropem) znajdują się sala operacyjna i pomieszczenie przygotowania pacjenta.

PYTANIE 58

Prosimy o potwierdzenie czy strop pomieszczenia 0091 wytrzyma obciążenie ruchomą konstrukcją sufitową o wadze ok. 500 kg.

Odpowiedź na pytanie 58

Tak, wytrzyma.

PYTANIE 59

Prosimy o podanie czy podłoga pomieszczenia 0091 zawiera warstwy izolujące, względnie inne warstwy niż lity beton. Prosimy o podanie grubości każdej z warstw oraz o określenie jakie

pomieszczenia znajdują się pod tym pomieszczeniem. Czy podłóżę wytrzyma obciążenie następczymi elementami: stół 360 kg, generator 230 kg, szafy systemowe o wagach 184,152 i 106 kg?

Odpowiedź na pytanie 59

Strop pod pomieszczeniem 0091 wykonany jest z następujących warstw od góry:

- wykładzina ToroEL
- warstwa samopoziomująca Sopro grubości 5 mm
- warstwa wyrównawcza Sopro grubości 30 mm
- warstwa betonowa grubości 5 cm zbrojona siatką $\emptyset$ 4,5 mm co 15 cm
- styropian FS 20 grubości 2cm
- strop żelbetowy B 25 grubości 20 cm

Pod pomieszczeniem 0091 znajdują się pomieszczenia magazynowe. Podłóżę (strop) wytrzyma podane obciążenie.

PYTANIE 60

Prosimy o określenie czy w pracowni RTG 0091 zapewniona jest komunikacja głosowa między pracownią z sterownią.

Odpowiedź na pytanie 60

Nie, projekt nie przewiduje takiej instalacji.

PYTANIE 61

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga wykonania projektu osłon stałych dla aparatu RTG.

Odpowiedź na pytanie 61

Nie wymaga.

PYTANIE 62

Prosimy o określenie czy w pracowni 0091 oraz sterowni są poprowadzone jakiekolwiek instalacje. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ich położenia.

Odpowiedź na pytanie 62

Instalacje zgodnie z dokumentacją projektową. Dokumentacja do wglądu dostępna u Kierownika Budowy.

W pracowni 0091 oraz sterowni wykonane są następujące instalacje elektryczne:

- sygnalizacji alarmowej p/poż.,
- dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
- sieci logicznej,
- oświetlenia, gniazd i zasilania aparatu RTG

Instalacje te prowadzone są po stropie właściwym jako na tynkowe i są widoczne po zdjęciu sufitu podwieszonego.

PYTANIE 63

Czy wentylacja w pracowni 0091 zapewni wymianę powietrza zgodną z obecnymi wymogami przepisów prawa?

Odpowiedź na pytanie 63

Wentylacja zgodnie z dokumentacją i technologią. Dokumentacja dostępna u Kierownika Budowy.

PYTANIE 64

Prosimy o określenie sposobu mocowania płyt G-K w pracowni 0091 oraz pomieszczeń sąsiadujących – sterowni, WC oraz kabin - na stelażu czy też na klej.

Odpowiedź na pytanie 64

Ścianki działowe na ruszcie metalowym ,obustronna płyta 2 x STG. W miejscu projektowanych osłon radiologicznych jedną z warstw stanowi płyta gipsowa Lafrange Gips z powłoka ołowianą o grub. zgodnie z projektem. Na ścianach murowanych płyty gipsowe mocowane są na ruszcie metalowym ściennym z łącznikami FS.

PYTANIE 65

Prosimy o udostępnienie projektu wentylacji, oświetlenia oraz innych instalacji mocowanych na suficie w pomieszczeniu 0091.

Odpowiedź na pytanie 65

Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział 3 ppkt.3.6.6. dokumentacja jest do wglądu lub pobrania od Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru.

PYTANIE 66

Czy Zamawiający może zapewnić wykładzinę do pomieszczenia 0091, na uzupełnienie braków powstałych po wykonaniu przez Wykonawcę niezbędnych dla montażu aparatu prac w podłożu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o podanie dokładnego typu wykładziny położonego w tej pracowni.

Odpowiedź na pytanie 66

Wykładzinę do pomieszczenia 0091, na uzupełnienie braków powstałych po wykonaniu przez Wykonawcę niezbędnych dla montażu aparatu prac w podłożu może zapewnić Generalny Wykonawca.

PYTANIE 67

Prosimy o określenie z jakich materiałów są wykonane poszczególne ściany w pracowni 0091.

Odpowiedź na pytanie 67

Ściany w pracowni 0091 wykonane są jako ścianki działowe z płyt GK i ściany murowane z cegły pełnej grub.25 cm na zaprawie cementowej z jednostronnym tynkiem. Ścianki działowe składają się z 2 x płyta GK gr.12,5 cm obustronnie na ruszcie metalowym, wypełnienie stanowi wełna mineralna grub.5 cm. Tam gdzie są osłony radiologiczne – 1 warstwę GK stanowi płyta Lafrange Gips z powłoką ołowianą o grubości ołowiu tak jak w projekcie ochrony radiologicznej.

PYTANIE 68

Prosimy o podanie dla jakiej mocy generatora został wykonany projekt osłon stałych dla pomieszczenia 0091.

Odpowiedź na pytanie 68

Projekt osłon stałych dla pomieszczenia 0091 wykonano dla aparatu rtg do zdjęć kostno-płucnych przyjmując maksymalne, graniczne parametry ekspozycji aparatów współcześnie produkowanych: 130 kV, przy wydajności max 4mAmin na jedną ekspozycję zdjęciową. Łączna tygodniowa ilość ekspozycji : 200 zdjęć na stole i 100 zdjęć płucnych.

Dotyczy Część II, Dodatek nr I/1 do SIWZ. pkt 116**PYTANIE 69**

- Czy Zamawiający pod pojęciem "Zestaw fantomów do przeprowadzania testów podstawowych fizycznych parametrów aparatów we fluoroskopii oraz cyfrowej i ucyfrowionej radiologii ogólnej" rozumie jeden fantom do fluoroskopii analogowej, oraz jeden fantom do ogólnodiagnostycznej radiografii cyfrowej i ucyfrowionej, oba spełniające wymagania zawarte w punkcie 116?
- Czy w przypadku oferowania dwóch fantomów wystarczy zaoferowanie jednego stojaka do fantomu do kontroli fluorografii oraz jednego uniwersalnego uchwytu do statywu płucnego?
- Czy, w związku z projektowanymi zmianami w zakresie testów podstawowych w kontroli jakości aparatów cyfrowych i ucyfrowionych, Zamawiający wymaga dostarczenia fantomu do cyfrowej i ucyfrowionej radiologii ogólnej wraz z polskojęzycznym oprogramowaniem niezbędnym do automatycznej analizy obrazu fantomu?

Odpowiedź na pytanie 69

- **Zamawiający nie wymaga zintegrowanego w jednym urządzeniu fantomu do fluoroskopii oraz cyfrowej i ucyfrowionej radiologii ogólnej, co oznacza, że obydwa fantomy mogą być zaoferowane jako oddzielne przyrządy, z zastrzeżeniem wszystkich wymagań punktu 116 SIWZ**
- **Tak, wystarczy – z zastrzeżeniem wymagań zawartych w punkcie 116 SIWZ**

- **Zamawiający dopuszcza , lecz nie wymaga.**

Dotyczy Część II, Dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt 36

PYTANIE 70

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG wyposażony w najnowsze detektory półprzewodnikowe DR 43 cm x 43 cm, których powierzchnia aktywna każdego z detektorów wynosi 429 mm x 429 mm? Jest to niewielka różnica (1 mm) w odniesieniu do wymaganej w SIWZ powierzchni aktywnej detektora 430 x 430 mm, która nie ma wpływu na wartość diagnostyczną aparatu i pozwoli zaoferować aparat RTG wyposażony w płaskie detektory renomowanego światowego producenta, jakim jest firma Thales. Ponadto oferowane detektory posiadają znacznie lepszą rozdzielczość od wymaganej w SIWZ, wynoszącą ponad 9 mln pikseli przy wielkości piksela 143 µm.

Odpowiedź na pytanie 70

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.06.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka