



Powiat Radomszczański

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko, dnia 16.06.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.21/08/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (**Faza I – Powtórzone Części Etapu I, II, III – część II i część IV**).

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Dotyczy: Części II

PYTANIE 1 – III pkt 33

Szybkość chłodzenia lampy >125kHU/min. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu i dopuszczenie lampy o większej pojemności cieplnej i szybkości chłodzenia 120kHU/min?
Szybkość chłodzenia zależy od konstrukcji lampy i różnica w wartości <5% nie jest istotna.

Odpowiedź na pytanie 1

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 2 – V pkt 46

Obrót kołpaka z lampą wokół osi pionowej -180 do 154 stopni. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę i dopuszczenie rozwiązania w którym lampa obraca się o kąty -194 do +150 stopni?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 3 – VII pkt 68

Wysokość blatu stołu w pozycji dolnej <60cm. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stołu o wysokości minimalnej 62cm? Niewielka różnica wysokości minimalnej stołu nie przeszkadza w eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 4 – VII pkt 73

Sterowniki nożne zdublowane. Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie stołu o jednostronnych sterownikach nożnych? W praktycznej eksploatacji zastosowanie zdublowanych sterowników nożnych jest ograniczone z uwagi na zwykle jednostronny dostęp do pacjenta uwarunkowany projektem pomieszczenia.

Odpowiedź na pytanie 4

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 5 – XII pkt 158 – Urządzenie do nagrywania badań na płytach CD/DVD

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym urządzenie nie będzie nagrywało opisu badania na płycie? Opis wydawany jest pacjentom w formie papierowej, a wymagana integracja z systemem PACS/RIS posiadanym przez Zamawiającego zwiększy koszty zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 5

Zgodnie z SIWZ.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.06.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka