



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 17.08.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.28/12/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” **Faza II – Powtórzenie części Etapu II** (Oddział Chirurgii Ogólnej i Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej) **i Etapu III** (Centralny Blok Operacyjny, Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Położniczo-Ginekologiczny)

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Część V dodatek nr V/1 pkt.2

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego regulację mocy cięcia monopolarnego czystego i w środowisku płynu w zakresie do 350W oraz w trybach cięcia mieszanego w zakresie do 180W? W trybach cięcia mieszanego charakterystyki mocy oraz automatyka działania są dobrane tak, iż nie ma potrzeby używania mocy powyżej 180W.

Odpowiedź na pytanie 1

Tak, Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Część V dodatek nr V/1 pkt.9

PYTANIE 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego w wszystkich dostępnych trybach pracy płynną regulację mocy z krokiem co 1W w zakresie 1-20W oraz z krokiem co 5W w zakresach powyżej 20W? Regulacja mocy co 1W jest niezbędna w niskich zakresach stosowanych np.: w mikrochirurgii. W wyższych zakresach mocy regulacja z krokiem 1W powoduje wydłużenie czasu niezbędnego do ustawienia pożądanej wartości mocy.

Odpowiedź na pytanie 2

Tak, Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Część V dodatek nr V/2 pkt.5

PYTANIE 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego w wszystkich dostępnych trybach pracy płynną regulację mocy z krokiem co 1W w zakresie 1-20W oraz z krokiem co 5W w zakresach powyżej 20W? Regulacja mocy co 1W jest niezbędna w niskich zakresach stosowanych np.: w mikrochirurgii. W wyższych zakresach mocy regulacja z krokiem 1W powoduje wydłużenie czasu niezbędnego do ustawienia pożądanej wartości mocy

Odpowiedź na pytanie 3

Tak, Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Część V dodatek nr V/2 pkt.7-8

PYTANIE 4

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania aparat posiadający automatyczną funkcję rozpoznawania podłączonej elektrody neutralnej (dzielona, niedzielona) oraz nie wymagający włączania dodatkowej funkcji ochrony przed poparzeniem? Aparat rozpoznaje rodzaj podłączonej elektrody, a system monitorowania aplikacji elektrody zabezpiecza pacjenta przed poparzeniem - aparat nie wymaga, aby użytkownik programował rodzaj elektrody. Automatyka systemu sprawia też, że nie ma potrzeby włączania dodatkowych funkcji ochrony przed poparzeniem. Na podstawie naszego ponad 15-letniego doświadczenia i tysięcy aparatów pracujących w szpital na całym świecie możemy twierdzić, iż tylko automatyczny system kontroli aplikacji elektrody neutralnej gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu.

Odpowiedź na pytanie 4

Tak, Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Część V dodatek nr V/3 pkt. 2

PYTANIE 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego regulację mocy cięcia monopolarnego czystego i w środowisku płynu w zakresie do 350W oraz w trybach cięcia mieszanego w zakresie do 180W? w trybach cięcia mieszanego charakterystyki mocy oraz automatyka działania są dobrane tak, iż nie ma potrzeby używania mocy powyżej 180W.

Odpowiedź na pytanie 5

Tak, Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Część V dodatek nr V/3 pkt. 9

PYTANIE 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego w wszystkich dostępnych trybach pracy płynną regulację mocy z krokiem co 1W w zakresie 1-20W oraz z krokiem co 5W w zakresach powyżej 20W? Regulacja mocy co 1W jest niezbędna w niskich zakresach stosowanych np. w mikrochirurgii. W wyższych zakresach mocy regulacja z krokiem 1W powoduje wydłużenie czasu niezbędnego do ustawienia pożądanej wartości mocy.

Odpowiedź na pytanie 6

Tak, Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Część XII dodatek nr XII/2 Sterylizator parowy, szybkościowy, podręczny z możliwością sterylizacji sprzętu laparoskopowego

PYTANIE 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przelotowe, wbudowane w jedną ścianę o pojemności 250 litrów?

Odpowiedź na pytanie 7

Tak, Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.08.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka