



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 19.08.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.28/13/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” **Faza II – Powtórzenie części Etapu II (Oddział Chirurgii Ogólnej i Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej) i Etapu III (Centralny Blok Operacyjny, Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Położniczo-Ginekologiczny)**

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Część VII Dodatek VII/5 do SIWZ Zestaw do monitorowania noworodka z komputerem centralnym (na stanowisku pielęgniarki) – 2 szt.

PYTANIE 1

Czy pod tytułem „Zestaw do monitorowania noworodka z komputerem centralnym (na stanowisku pielęgniarki) – 2 szt.” Zamawiający rozumie 2 kardiomonitorów do pomiaru parametrów życiowych noworodków z jednym komputerem centralnym na stanowisku pielęgniarki?

Bardzo proszę o odpowiedź w celu uniknięcia pomyłki. W punkcie VII pozycja 1 tabeli technicznej Zamawiający określił, że komputer centralny ma zbierać informacje od min. dwóch stanowisk przyłóżkowych (kardiomonitorów) co w pełni wystarcza do pełnej kontroli stanu pacjenta. Zadaniem komputera centralnego jest zbieranie informacji z kilku kardiomonitorów tak, aby umożliwić w jednym miejscu na stanowisku pielęgniarki pełen dostęp do danych od wszystkich pacjentów.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający przez sformułowanie „Zestaw do monitorowania noworodka z komputerem centralnym (na stanowisku pielęgniarki) – 2 szt.” rozumie 2 kardiomonitorów do pomiaru parametrów życiowych noworodków z jednym komputerem centralnym na stanowisku pielęgniarki.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.08.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka