



Powiat Radomszczański

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko 08.09.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.40/03/2010

TREŚĆ ZAPYTAŃ I TREŚĆ UDZIELONYCH WYJAŚNIEŃ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), dalej zwana „ustawa”, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań i udziela wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ) na **„Zakup podstawowego wyposażenia dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”**.

Zapytanie 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wagi legalizowanej, która jest wyrobem medycznym tzn. jest przeznaczona jest do ważenia w służbie zdrowia.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Zapytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z dużym wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Oferowana waga ma bardzo innowacyjny, duży, jasny, widoczny pod kątem wyświetlacz z cyframi o wielkości ponad 20mm, które są przeznaczone do odczytu nawet w przyciemnionych pomieszczeniach. Rozwiązanie takie jest lepsze od wyświetlacza z podświetleniem, na którym wyniki, z powodu padającego światła, nie mogą być odczytywane pod każdym kątem.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Zapytanie 3

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie wagi o większej szalce niż podana i bez dodatkowych nakładek. Proponowana waga posiada dużą, ergonomiczną szalkę, łatwą do utrzymania w czystości wszystkimi dostępnymi w służbie zdrowia środkami dezynfekującymi. Szalka pozwala na ważenie noworodków z podkładką jaką jest pieluszka lub kocyk.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie wagi o wyświetlaczu na stałe wbudowanym w wagę. Wyświetlacz w proponowanej wadze jest tak umieszczony, że zupełnie nie przeszkadza na wykorzystanie całej powierzchni wagowej. Odczepiane wyświetlacze są niepraktyczne, gdyż mogą prowadzić do uszkodzenia części (nieumyślne upadki, pociągnięcie za kable, zużycie materiału).

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi zasilanej bateriami AA tzw. „paluszkami”. Proponowana waga jest dostarczana z kompletem baterii, które bez potrzeby zasilania prądem wystarczają na ok. 10.000 pomiarów co odpowiada ok. 70 h pracy (parametr najlepszy na rynku).

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi zasilanej bateriami AA tzw. „paluszkami” i źródłem elektrycznym.

Zapytanie 6

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi o obciążeniu maksymalnym 15 kg lub 20 kg. Waga przeznaczona jest, jak określił Zamawiający, do ważenia noworodków, natomiast już obciążenie maks. rzędu 15 kg jest w zupełności wystarczające do ważenia nawet bardzo dużych niemowląt, a nawet i małych dzieci w pozycji siedzącej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 7

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi dla niemowląt zasilanej tylko bateryjnie, która na jednym zestawie 6 baterii „paluszków” wykonuje około 10 tys ważen, odpowiada to ok. 70 godzin pracy. Oferowana waga jest energooszczędna i niezależna od źródła zasilania elektrycznego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 8

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi dla noworodków o dokładności ważenia:

- w zakresie do 10 kg: 10gr
- w zakresie powyżej 10 kg: 20 gr.

Podziałka taka pozwala na precyzyjne ważenie noworodków z wymaganą dokładnością 10 g.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 9

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi lżejszej niż 3 kg, co jest parametrem lepszym od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 10 Zad. 2 poz. 1

Czy w związku z faktem, że na rynku nie występuje preparat o właściwościach biobójczych zarejestrowany jako kosmetyk prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat do mycia rąk, ciała i włosów o odczynie pH 5.0 zawierający substancje natłuszczające i nawilżające oraz związki powierzchniowo czynne, nie zawierający w swoim składzie mydła? Proponowany preparat może być stosowany również w profilaktyce odleżyn i jest zarejestrowany jako kosmetyk. Jest też kompatybilny z proponowanym dozownikiem.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 11 Zad. 2 poz.4

Czy Zamawiający dopuści preparat bezbarwny spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 12 Zad. 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ręcznik jednowarstwowy ZZ biały o gramaturze 40 g/m²?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 13 Dotyczy poz. Nr 1 – Strzygarka chirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści 50 sztuk wymiennych ostrz?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 14 Dotyczy poz. Nr 4 – aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy

Czy Zamawiający nie miał na myśli aparatu dwu przewodowego który standardowo występuje w tego typu aparatach?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli aparat jednoprzewodowy

Zapytanie 15 Dotyczy poz. Nr 4 – aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy

Czy Zamawiający nie pomylił pozycji opisując wbudowany stetoskop, czy opis ten nie dotyczy pozycji nr 3(4) – aparat do mierzenia ciśnienia elektryczny?

Odpowiedź:

Opis dotyczy pozycji nr 4

Zapytanie 16 Dotyczy poz. Nr 10 – rolki transportowe

Czy Zamawiający dopuści do przetargu przenośnik rolkowo-taśmowy o wymiarach 640x360x50 mm, wadze: 2,61 kg oraz obciążeniu max 160 kg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 17 Dotyczy poz. Nr 11 – fartuch bezołowiowy

Prosimy Zamawiającego o określenie rozmiarów fartuchów?

Odpowiedź:

Na etapie podpisania umowy

Zapytanie 18 Dotyczy poz. Nr 12 – Kołnierz ołowiany

Prosimy Zamawiającego o określenie materiału z jakiego wykonany ma być kołnierz: standardowa guma/czy bezołowiowe?

Odpowiedź:

Bezołowiowe

Zapytanie 19 Dotyczy poz. Nr 13 – Osłona na gonady

Zamawiający podając rozmiar miał na myśli typową osłonę na gonady czy półfartuch, wymiary podane przez Zamawiającego sugerują półfartuch co z kolei wyklucza parametr 1mm Pb, jest to fizycznie nie możliwe do wykonania.

Odpowiedź:

Nie, wymagany półfartuch.

Zapytanie 20 Dotyczy poz. Nr 15 – mata magnetyczna do zabiegów operacyjnych

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy chodzi mu o matę magnetyczną taką jak Produkt: Mata Magnetyczna Beurer MD 30? W związku z czym prosimy o dopuszczenie pozycji o wymiarach 30x40. Czy Zamawiający miał na myśli matę firmy Greenpol matę dekontaminacyjną produkt o aktywnym działaniu zaprojektowane w ten sposób aby zbierać bakterie, cząstki różnego rodzaju oraz kurz. Jest to połączenie unikalnego związku polimerowego zaawansowaną technologią obróbki materiałowej. To produkt wyjątkowy, niezawodny i sprawdzony, cieszący się międzynarodową renomą, spełniający standardy ISO 9001:2000?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie 21 Dotyczy poz. Nr 17 – podpórka pod stopy

Czy Zamawiający dopuści podpórkę o wysokości 13 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 22 Dotyczy poz. Nr 23 – kliny

Czy Zamawiający dopuści do przetargu klin pod kończynę dolną wraz z półką o wymiarach 67/53x25x10 oraz Klin do masażu kończyny górnej w czasie występujących obrzęków 54x22x12?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający niedopuszcza.

Zapytanie 23 Dotyczy poz. Nr 26 – rurka intubacyjna

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności na rurki krtaniowe LTS-D (Combi-tube jest to nazwa zastrzeżona dla tylko jednego wyrobu.)

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający niedopuszcza.

Zapytanie 24 Dotyczy poz. Nr 30 – pojemnik do dezynfekcji

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wannę do dezynfekcji wykonaną z wytrzymałego polimeru z perforowaną tacką ze szczelną pokrywą o pojemności 5 litrów o wymiarach zewnętrznych 320 x 210 x 130?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający niedopuszcza.

Zapytanie 25 Część I, Dodatek nr 1, poz. 3 – Aparat do mierzenia ciśnienia elektroniczny:

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy membrany do 300 mmHg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 26 Dotyczy Część I, Dodatek nr 1, poz. 9 - Kołnierz ortopedyczny:

Czy Zamawiający wymaga aby kołnierz był dla dorosłych czy dla dzieci ?

Odpowiedź:

Dla dorosłych i dla dzieci.

Zapytanie 27 Dotyczy Część I, Dodatek nr 1, poz. 15 – Mata magnetyczna do zabiegów operacyjnych:

Czy Zamawiający dopuści matę o rozmiarze 30 x 40 cm. Według naszej wiedzy podany w specyfikacji rozmiar jest na rynku niedostępny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 28 Dotyczy Część I, Dodatek nr 1, poz. 30 – Pojemnik do dezynfekcji

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do dezynfekcji bez kranika o rozmiarze 555mm x 205mm x 135mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

WICESTAROSTA

/-/

Bożena Nowacka