



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko, dnia 05.10.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.41/06/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” **Faza II –Drugie Powtórzenie części Etapu II** (Oddział Chirurgii Ogólnej i Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej) **i Etapu III** (Centralny Blok Operacyjny, Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Położniczo-Ginekologiczny).

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Dotyczy: dodatku nr. V/1 do SIWZ

PYTANIE 1

Czy Zamawiający oczekuje ofert na wysokiej jakości aparaty rtg, których wszystkie główne podzespoły (lampa, generator, mechanika) pochodzą od jednego producenta?

Odpowiedź na pytanie 1

Tak, Zamawiający wymaga, aby główne podzespoły (lampa, generator, mechanika) pochodziły od jednego producenta, z powodu łatwiejszego i pewniejszego serwisowania.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający będzie wymagał dla wygody i bezpieczeństwa pracy, pilota do bezprzewodowego zdalnego sterowania ekspozycją?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Dotyczy: dodatku nr. V/1 do SIWZ- pkt.12

PYTANIE 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego ofertę na aparat z zakresem obrotu lampy RTG wokół osi poziomej wynoszącym +90° /-180°?

Odpowiedź na pytanie 3

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: dodatku nr. V/1 do SIWZ- pkt.17

PYTANIE 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego ofertę na aparat z pojemnikiem na max.6 kaset o wymiarach 35 x 43 cm?

Odpowiedź na pytanie 4

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Dodatek nr 18 do SIWZ, § 6, punkt 3

PYTANIE 5

Czy zamawiający zaakceptuje dostarczenie z respiratorem instrukcji obsługi w języku polskim zawierającej dodatkowe rozdziały na temat dezynfekcji, sterylizacji oraz informacje na temat przeglądów serwisowych, wymiany ogniw tlenowych, ale bez instrukcji serwisowej? Instrukcja serwisowa jest publikowana wyłącznie w języku angielskim. Dostęp do procedur opisanych w instrukcji serwisowej mają wyłącznie osoby przeszkolone i autoryzowane przez producenta. Szpital nie może korzystać z tych procedur zgodnie z warunkami gwarancji, a ich naruszenie anulowałoby umowę w części gwarancyjnej.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający dokonuje korekty w § 6 ust.3 zd 2 wzoru umowy -dodatek nr.18 do SIWZ:

zapis: *Na takich samych zasadach Sprzedający dostarczy wraz z przedmiotem umowy - dla każdego sprzętu instrukcję serwisową w języku polskim"*

zmienia na:

„Na takich samych zasadach Sprzedający dostarczy wraz z przedmiotem umowy - dla każdego sprzętu instrukcję serwisową w języku polskim, w zakresie w jakim nie narusza to umowy pomiędzy wytwórcą przedmiotu umowy a jego autoryzowanym przedstawicielem w Polsce.”

Dotyczy: Dodatek nr 18 do SIWZ, § 6. punkt 5.2.

PYTANIE 6

Czy zamawiający zaakceptuje reakcje serwisu do 24 godzin, niezwłoczne usunięcie niesprawności aparatu, a w przypadku niemożności usunięcia niesprawności aparatu do 7 dni, wstawienie porównywalnego aparatu zastępczego na czas naprawy?

Odpowiedź na pytanie 6

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 6 pkt.5.2. wzoru umowy.

Dotyczy: Dodatek nr 18 do SIWZ, § 6, punkt 5.3.

PYTANIE 7

Czy zamawiający zaakceptuje zapis, by koszt usługi wszystkich przeglądów serwisowych i techniczno-konserwatorskich zgodnych z zaleceniami producenta był wliczony w cenę oferty?

Odpowiedź na pytanie 7

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 6 pkt.5.3. wzoru umowy.

Część VIII Ssak elektryczny - 13 szt.

PYTANIE 8

Czy Zamawiający dopuści ssak kolumnowy, wyposażony w dwa koła w tylnej części podstawy, nie wymagające stosowania blokady, ułatwiający przemieszczanie ssaka bez obciążania personelu?

Odpowiedź na pytanie 8

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 9

Czy Zamawiający dopuści ssak o mocy ssania do 25L/min i podciśnieniu 82kPa?

Odpowiedź na pytanie 9

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 10

Czy Zamawiający dopuści ssak pracujący cicho do 45dB?

Odpowiedź na pytanie 10

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 11

Czy Zamawiający dopuści ssak o podciśnieniu 82kPa i sile ssania do 45L/min?

Odpowiedź na pytanie 11

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 12

Czy Zamawiający wymaga aby ssak zabezpieczony był przed zalaniem poprzez filtr hydrofobowy nakręcany bezpośrednio na każde źródło ssania?

Odpowiedź na pytanie 12

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE 13

Czy Zamawiający wymaga aby wkłady kompatybilne z w/w ssakami posiadały filtr antybakteryjny i hydrofobowy, dodatkowo zabezpieczający ssak przed zalaniem a co za tym idzie fabrycznie nadrukowaną datę ważności i skuteczności owych filtrów, na każdym wkładzie?

Odpowiedź na pytanie 13

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka elektrycznego na podstawie jezdnej z czterema kółkami antystatycznymi w tym dwa z blokadą, z funkcjonalną szyną instrumentalną do mocowania butli, koszu na cewniki i innych akcesoriów oraz uchwytów na dren ssący oraz panelem sterującym na wysokości bioder pozwalającym na obsługę aparatu ssącego bez konieczności schylania?

Odpowiedź na pytanie 14

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka elektrycznego z koszem na dren zamiast uchwytu na dren?

Odpowiedź na pytanie 15

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka elektrycznego o poziomie hałasu maks 45 dB?

Odpowiedź na pytanie 16

Zgodnie z SIWZ.

CZEŚĆ XIII - Centralny Blok Operacyjny. Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Położniczo – Ginekologiczny

Kozetka lekarska - 6 szt.

PYTANIE 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską z regulowanym kątem nachylenia nagłówka w zakresie od 0° do +76°? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź na pytanie 17

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o długości 2000 mm?

Odpowiedź na pytanie 18

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o szerokości 670 mm?

Odpowiedź na pytanie 19

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Łóżko szpitalne metalowe z materacem - 47 szt.

PYTANIE 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości 2150 mm?

Odpowiedź na pytanie 20
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o szerokości 970 mm?

Odpowiedź na pytanie 21
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o wysokości 510 mm?

Odpowiedź na pytanie 22
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Szafka przyłóżkowa - 54 szt.

PYTANIE 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 310 x 550 mm?

Odpowiedź na pytanie 23
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 24

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem stałym o wymiarach 400 x 400 mm?

Odpowiedź na pytanie 24
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z wysokością blatu stałego 840 mm?

Odpowiedź na pytanie 25
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z przechyłem blatu $\pm 30^\circ$?

Odpowiedź na pytanie 26
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 27

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie: 780 - 1180 mm?

Odpowiedź na pytanie 27
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Łóżeczko noworodka - 21 szt.

PYTANIE 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko noworodkowe o wymiarach (długość x szerokość) 1660 x 840 mm?

Odpowiedź na pytanie 28
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko noworodkowe z regulacją wysokości leża w zakresie: 740 - 1040 mm?

Odpowiedź na pytanie 29
Tak, Zamawiający dopuszcza.

CZEŚĆ IX Dodatek nr IX/1 do SIWZ

Detektor tętna płodu - 1 szt.

PYTANIE 30

Ad. 4. Czy zamawiający dopuszcza detektor tętna płodu, który nie posiada ręcznej 2-stopniowej regulacji głośności, lecz posiada regulację głośności 10-stopniową?

Odpowiedź na pytanie 30

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy §3 Wzoru umowy - Dodatku nr 18 do SIWZ

PYTANIE 31

Wnosimy o zmianę lub wykreślenie § 3 ust. 1 wzoru umowy.

Zapis: „Sprzedający nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Kupującego wyrażonej na piśmie” pozostaje w sprzeczności z postanowieniem specyfikacji dopuszczające udział podwykonawców w przedmiotowym postępowaniu. Zatem, wyrażenie takiej zgody przez Zamawiającego, co potwierdzone jest dodatkiem nr 19 do oferty sporządzonym przez Zamawiającego, w którym wykonawcy mają wskazać części powierzone podwykonawcom, powoduje powstanie rozbieżności, wprowadzającej wykonawców w błąd, co do rzeczywistej woli Zamawiającego w tym zakresie. W związku z powyższym wnosimy o zmianę postanowień siwz poprzez wykreślenie tego zapisu, lub jego sporządzenie w sposób zgodny ze specyfikacją.

Odpowiedź na pytanie 31

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 3 ust.1 wzoru umowy.

Dotyczy §3 Wzoru umowy - Dodatku nr 18 do SIWZ

PYTANIE 32

Prosimy o zmianę zapisów §3 ust. 2 na: „Strony wprowadzają zakaz przenoszenia wierzytelności wynikłej z umowy na osoby trzecie bez zgody Kupującego wyrażonej na piśmie W przypadku niedotrzymania tego warunku Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wartości brum; wynagrodzenia Sprzedającego wskazanego w §4 ust. 1 liczonej odpowiednio od tej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy ”.

Odpowiedź na pytanie 32

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 3 ust.2 wzoru umowy.

Dotyczy §6 ust. 3 zd.2 Wzoru umowy - Dodatku nr 18 do SIWZ

PYTANIE 33

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

Na takich samych zasadach Sprzedający dostarczy wraz z przedmiotem umowy - dla każdego sprzętu instrukcję serwisową w języku polskim”, na zapis:

„Na takich samych zasadach Sprzedający dostarczy wraz z przedmiotem umowy - dla każdego sprzętu instrukcję serwisową w języku polskim, w zakresie w jakim nie narusza to umowy pomiędzy wytwórcą przedmiotu umowy a jego autoryzowanym przedstawicielem w Polsce.”

Odpowiedź na pytanie 33

**Zamawiający dokonuje korekty w § 6 ust.3 zd 2 wzoru umowy -dodatek nr.18 do SIWZ:
zapis:**

Na takich samych zasadach Sprzedający dostarczy wraz z przedmiotem umowy - dla każdego sprzętu instrukcję serwisową w języku polskim”

zmienia na:

„Na takich samych zasadach Sprzedający dostarczy wraz z przedmiotem umowy - dla każdego sprzętu instrukcję serwisową w języku polskim, w zakresie w jakim nie narusza to umowy pomiędzy wytwórcą przedmiotu umowy a jego autoryzowanym przedstawicielem w Polsce.”

Dotyczy §6 ust- 5 pkt.2 Wzoru umowy - Dodatku nr 18 do SIWZ

PYTANIE 34

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„2) przystąpić do usunięcia wady w terminie. 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia i dokonać usunięcia wady w terminie wskazanym przez Kupującego, nie krótszym jednak niż 7 dni,” na zapis:

„2) przystąpić do usunięcia wady iv terminie 48 godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia i dokonać usunięcia wady w terminie wskazanym przez Kupującego, krótszym jednak niż 7 dni,”

Wymagany termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia. Ponadto należy mieć na uwadze, że przedmiotem umowy są bardzo zróżnicowane urządzenia specjalistyczne o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego ich naprawa i przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, może okazać się praktycznie niemożliwe.

Odpowiedź na pytanie 34

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 6 ust.5 pkt.2 wzoru umowy.

Dotyczy §6 ust. 7 Wzoru umowy - Dodatku nr 18 do SIWZ

PYTANIE 35

Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź na pytanie 35

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 6 ust.7 wzoru umowy.

Dotyczy §6 ust. 8 Wzoru umowy - Dodatku nr 18 do SIWZ

PYTANIE 36

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„8. W przypadku 3 krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, Kupujący ma prawo żądać wymiany tego elementu na nowy,
na zapis:

„W przypadku 3 krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, Kupujący ma prawo żądać wymiany tego elementu na **wolny od wad.**”

Odpowiedź na pytanie 36

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 6 ust.8 wzoru umowy.

Dotyczy §6 ust. 11 Wzoru umowy - Dodatku nr 18 do SIWZ

PYTANIE 37

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„11. W okresie gwarancji Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy dokonane zgłoszenie było bezzasadne,”, na zapis:

„11. W okresie gwarancji Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy dokonane zgłoszenie było bezzasadne lub gdy wada urządzenia spowodowana była działaniem użytkownika w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i/lub zaleceniami producenta.”

Odpowiedź na pytanie 37

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 6 ust.11 wzoru umowy.

Dotyczy §7 ust. 1 Wzoru umowy - Dodatku nr 18 do SIWZ

PYTANIE 38

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację ww. zapisu tak by powstał zapis: „Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną:

a)za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający - w wysokości **10%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 liczonej od tej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy,

b)za zwłoką w **dostawie** przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,2% wartości brutto **towaru niedostarczonego w terminie**, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

c)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy w wysokości 0,2% wartości **towaru naprawianego** , za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

d)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% wartości brutto **towaru naprawianego**, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

e)za zwłokę w podjęciu naprawy w czasie określonym w § 6 ust. 5 pkt 2 - w wysokości 0,2% wartości brutto **wadliwego towaru**, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

f)za niedokonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3 - w wysokości 0,2% wartości brutto **towaru, którego dotyczy przegląd** za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

g)za niedostarczenie zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7 - w wysokości 0,2% wartości brutto **towaru naprawianego** za każdy kalendarzowy dzień zwłoki.""

Istniejący obecnie zapis w przypadku opóźnienia w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od wartości całej części postępowania. Biorąc pod uwagę, że w ramach każdej z części przedmiotu umowy występują wyroby medyczne o bardzo zróżnicowanym charakterze i wartości, istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony.

Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie 38

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 7 ust.1 wzoru umowy.

Dotyczy §7 ust. 4 Wzoru umowy - Dodatku nr 18 do SIWZ

PYTANIE 39

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonywania umowy”., na zapis:

*„Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku **rażącego** niewykonania bądź nienależytego wykonywania umowy”.* Pozostawienie powyższego zapisu w pierwotnej wersji umożliwiłoby Zamawiającemu zerwanie umowy już przy drobnym (np.: jednodniowym) opóźnieniu w dostawie. Taka możliwość naraża Wykonawcę na niezwykle dotkliwe szkody, niewspółmierne do zawinienia.

Odpowiedź na pytanie 39

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 7 ust.4 wzoru umowy.

Dotyczy §8 ust. 3 Wzoru umowy - Dodatku nr 18 do SIWZ

PYTANIE 40

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„3. W przypadku gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 20 dni (w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy) Kupujący może odstąpić od umowy, w terminie o którym mowa w ust. 1, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od niniejszej umowy”. Na zapis:

„3. W przypadku gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia w całości lub w części -wynosi co najmniej 45 dni (w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy) Kupujący może odstąpić od umowy, w terminie o którym mowa w ust. 1, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od niniejszej umowy”.

Powyższy termin wymaga przedłużenia ze względu na niezwykle szeroki zakres dostawy, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

Odpowiedź na pytanie 40

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 8 ust.3 wzoru umowy.

Dotyczy §10 Wzoru umowy - Dodatku nr 18 do SIWZ

PYTANIE 41

Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

Takie postanowienie umowy nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia. Nie ma wątpliwości, że Zamawiający sam jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z postępowaniem

przez okres 4 lat zgodnie z brzmieniem art. 165 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Nie może tego obowiązku przerzucić na wykonawców, które często jako podmioty działające zgodnie z wewnętrznymi zasadami (np.: w związku z posiadaniem certyfikatu ISO) mają własne procedury postępowania z posiadanymi dokumentami). Ponieważ to zamawiający jest autorem jak i adresatem wszelkiej dokumentacji składającej się na niniejsze postępowanie i nią dysponuje, nie istnieje potrzeba powielania przechowywanej dokumentacji. Mając na względzie powyższe wnosimy o wykreślenie w skazanego postanowienia umowy.

Odpowiedź na pytanie 41

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 10 wzoru umowy.

Dotyczy Rozdziału 3 pkt. 3.6 SIWZ oraz Szczegółowych Opisów Przedmiotu Zamówienia

PYTANIE 42

W związku z tym, iż termin składania ofert oraz czas realizacji umowy dotyczącej w/w przetargu będą miały miejsce pod panowaniem nowej ustawy o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 20.05.2010, Dz. U. nr 107 z 17.06.2010), prosimy o dostosowanie zapisów SIWZ do wymogów określonych w/w przepisami.

Odpowiedź na pytanie 42

Zamawiający utrzymuje zapisy Rozdziału 3 pkt.3.6. SIWZ oraz Szczegółowych Opisów Przedmiotu Zamówienia.

Część XII Dodatek XII/3 do SIWZ inkubator zamknięty- 2 szt.

PYTANIE 43

Czy Zamawiający zechce zaakceptować wysokiej klasy inkubator zamknięty z zaawansowanymi systemami automatycznego sterownia poziomem nawilżenia, temperatury, stężenia tlenu z możliwością pomiaru temperatur u dwóch noworodków posiadający wagę do bezstresowego monitorowani wagi pacjenta z wyświetlaniem pomiaru na ekranie wyświetlacza inkubatora bez możliwości wydruku dokonanego pomiaru? Baczne obserwowanie oraz prowadzenie zapisu historii pobytu pacjenta na oddziale przez personel jest w pełni wystarczające.

Odpowiedź na pytanie 43

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część IX - Oddział Położniczo-Ginekologiczny 2b Kardiokardiof - szt. 5

PYTANIE 44

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarów 50-240 uderzeń/min?

Odpowiedź na pytanie 44

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część XII - Oddział Położniczo-Ginekologiczny

1. Łóżko porodowe z wyposażeniem – szt. 3

PYTANIE 45

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko porodowe o regulacji wysokości leża w zakresie od 550mm do 800mm?

Jest to parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego, nie powodujący pogorszenia walorów użytkowych łóżek.

Odpowiedź na pytanie 45

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 46

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko porodowe o kącie uniesienia oparcia pleców w zakresie od 0° do 70°?

Jest to parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego, nie powodujący pogorszenia walorów użytkowych łóżek.

Odpowiedź na pytanie 46

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 47

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko porodowe z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga oraz anty - Trendelenburga (przechyły wzdłużne) 12°? Jest to parametr znacznie lepszy niż wymagany przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 47

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 48

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko porodowe z centralną blokadą kół? Jest to parametr znacznie lepszy niż wymagany przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 48

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Cześć V - Oddział Intensywnej Terapii Aparat RTG przewoźny -1 szt.**pkt. 3 Napięcie generatora: min 40-125 kV, TAK, podać****PYTANIE 49**

Czy Zamawiający zgodzi się, że nowoczesny aparat przewoźny powinien posiadać regulację wysokiego napięcia z krokiem co 1 kV, co zapewnia precyzyjne nastawy parametrów ekspozycji i w następstwie będzie wymagał zaoferowania takiego aparatu?

Odpowiedź na pytanie 49

Pytanie nie dotyczy napięcia generatora lecz regulacji zastawów napięcia.

Zamawiający dopuszcza regulację wysokiego napięcia z krokiem co 1kV lecz nie wymaga.

pkt. 4 Częstotliwość generatora: min 50 Hz, TAK, podać**PYTANIE 50**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat, przewoźny o częstotliwości 40 kHz. co jest wielkością typową dla tego typu aparatów?

Odpowiedź na pytanie 50

Tak, Zamawiający dopuszcza.

pkt. 7 Minimalny czas ekspozycji: max: 5 msek., TAK, podać**PYTANIE 51**

Czy Zamawiający zgodzi się, że nowoczesny aparat przewoźny o mocy 30 kW powinien posiadać minimalny czas ekspozycji 2 msek. co zapewnia precyzyjne wykonanie badania i w następstwie będzie wymagał zaoferowania takiego aparatu?

Odpowiedź na pytanie 51

Tak, Zamawiający dopuszcza.

pkt. 10 Szerokość aparatu: max 70 cm, TAK, podać**PYTANIE 52**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat przewoźny, którego szerokość wynosi 74.2 cm, a co jest jedynie o 4,2 cm więcej od wymaganej, natomiast nie wpływa na jego mobilność?

Odpowiedź na pytanie 52

Tak, Zamawiający dopuszcza.

pkt. 17 Pojemnik na min: 10 kaset rtg o wymiarach 35x 43cm, TAK, podać**PYTANIE 53**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat przewoźny, którego kieszeń mieści do 5 kaset 35x43 cm? W praktyce rzadko spotyka się potrzebę wożenia większej ilości kaset, gdyż personel typowo wykonuje 1-3 zdjęć rtg podczas badania.

Odpowiedź na pytanie 53

Tak, Zamawiający dopuszcza.

pkt. 18 Wysokość aparatu złożonego do transportu: max 195cm, TAK, podać

PYTANIE 54

Czy Zamawiający zgodzi się, że nowoczesny aparat przewoźny powinien posiadać wysokość transportową poniżej 150 cm, co zapewnia jego łatwe przemieszczanie i w następstwie będzie wymagał zaoferowania takiego aparatu?

Odpowiedź na pytanie 54

Zgodnie z SIWZ, Zamawiający nie wymaga wysokości poniżej 150 cm.

PYTANIE 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 3 pkt 2 z istniejącego na zapis o poniższej treści: strony wyrażają zgodę na przenoszenie wierzytelności na osoby trzecie za uprzednim 14 dniowym powiadomieniem Zamawiającego o planowanej cesji. W przypadku niedotrzymania...()."

Odpowiedź na pytanie 55

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 3 pkt.2 wzoru umowy.

PYTANIE 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o proponowanym brzmieniu: „(...) Na takich samych zasadach Sprzedający dostarczy wraz z przedmiotem umowy- dla każdego sprzętu instrukcję techniczną w języku polskim"

Odpowiedź na pytanie 56

Zamawiający dokonuje korekty w § 6 ust.3 zd 2 wzoru umowy -dodatek nr.18 do SIWZ:

zapis:

Na takich samych zasadach Sprzedający dostarczy wraz z przedmiotem umowy - dla każdego sprzętu instrukcję serwisową w języku polskim"

zmienia na:

„Na takich samych zasadach Sprzedający dostarczy wraz z przedmiotem umowy - dla każdego sprzętu instrukcję serwisową w języku polskim, w zakresie w jakim nie narusza to umowy pomiędzy wytwórcą przedmiotu umowy a jego autoryzowanym przedstawicielem w Polsce."

PYTANIE 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 6 pkt 5 z istniejącego na zapis o poniższej treści: „W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się:

- 1) dokonać bezpłatnej naprawy wady gwarancyjnej - zgłoszonej przez Kupującego,
- 2) przystąpić do usunięcia wady w terminie 48 godzin od momentu dostarczenia sprzętu do serwisu (pocztą kurierską w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy) I dokonać usunięcia wady w terminie wskazanym przez Kupującego, nie krótszym jednak niż 10 dni roboczych
- 3) dokonać bezpłatnych przeglądów serwisowych i przeglądów techniczno-konserwacyjnych dostarczonego sprzętu z częstotliwością zgodną z serwisową instrukcją obsługi i dostarczoną kartą gwarancyjną - zakończone wystawieniem świadectwa z eksploatacji."?

Odpowiedź na pytanie 57

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 6 pkt.5 wzoru umowy.

PYTANIE 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 6 pkt 8 z istniejącego na zapis o poniższej treści: „W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego istotnego elementu przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, Kupujący ma prawo żądać wymiany elementu na nowy."?

Odpowiedź na pytanie 58

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 6 pkt.8 wzoru umowy.

PYTANIE 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 6 pkt 9 z istniejącego na zapis o poniższej treści: „Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy o ile trwała powyżej 5 dni roboczych. Okres ten Sprzedający zobowiązuje się odnotować w dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym wykonanie umowy"

Odpowiedź na pytanie 59

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 6 pkt.9 wzoru umowy.

PYTANIE 60

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odpowiednie zmniejszenie kar umownych (§7 pkt 1-2)

Ust 1:

a) z 20 do 10%

b- g) z 0,2 do 0,1%

Ust 2: zmniejszenie z 20 do 10%

• oraz zmianę zapisu ust. 1 pkt d) z istniejącego na następujący:

„za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi- liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, stanowiącej przedmiot umowy, której dotyczy opóźnienie w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 za każdy roboczy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Wskazana kara nie będzie naliczana w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas trwającej naprawy”

Odpowiedź na pytanie 60

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 7 pkt.1-2 wzoru umowy.

PYTANIE 61

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w ramach zestawu do trudnej intubacji - część IV - (laryngoskopy fiberoskopowe) Zamawiający wymaga zaoferowania giętkiego wideolaryngoskopu intubacyjnego o parametrach nie gorszych niż:

Wbudowany wyświetlacz LCD 2,4"

Możliwość rotacji ekranu LCD pod kątem 0-120°

Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora

Zasilanie bateryjne

Pole widzenia LCD min. 90°

Kierunek patrzenia 0°

Waga aparatu max. 500g

Współpraca z rurkami intubacyjnymi o śr. zewn. rozmiar 8.5-11.0

Maksymalna średnica cewnika do odsysania mieszczącego się w kanale 4.00 mm

Wymienne wielorazowe łyżki szt.30

Odpowiedź na pytanie 61

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

PYTANIE 62

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w ramach części IV/1 i IV/2 Zamawiający wymaga laryngoskopów fiberoskopowych wyposażonych w metalowe przyłącze ssania zamontowane na stałe dla celów higienicznych?

Odpowiedź na pytanie 62

Tak, Zamawiający wymaga laryngoskopów fiberoskopowych wyposażonych w metalowe przyłącze ssania zamontowane na stałe.

PYTANIE 63

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w ramach części IV/3 Zamawiający dopuści aparat do szybkich przetoczeń z ciśnieniem obserwowalnym na manometrze ze skalą 0-600 mmHg z podziałką co 10 mmHg z dodatkowym oznaczeniem skali bezpieczeństwa w kolorze zielonym i czerwonym?

Odpowiedź na pytanie 63

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część I dodatek nr I/1 – aparat USG z kolorowym Dopplerem

PYTANIE 64

Pkt.II-12 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, posiadający doskonałego

Spektralnego Dopplera Pulsacyjnego nowej generacji, ale z możliwością regulacji bramki dopplerowskiej w zakresie od 0,5 mm do 15mm?

Oferowany zakres regulacji bramki od 0,5 mm świadczy o wysokiej czułości Dopplera, a badania kliniczne dowiodły, iż górna wartość 15 mm jest w zupełności wystarczająca do przeprowadzenia specjalistycznej diagnostyki naczyniowej, a prawidłowa wielkość dobrze ustawionej bramki powinna być zawsze mniejsza niż średnica naczynia – dlatego też w praktyce nawet nie ustawia się większej bramki niż 10 mm.

Odpowiedź na pytanie 64

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 65

Pkt.V-9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, wyposażony w doskonałą głowicę liniową nowej generacji (192 elementy), ale o zakresie częstotliwości 4,0 – 13,0 MHz, która nie posiada nakładki dystansującej?

Obecnie nie stosuje się nakładek dystansujących do wykonywania badań. Nakładki takie stosowane były w starszych systemach przy głowicach liniowych poprzednich generacji, czy też w głowicach mechanicznych i usprawiedliwione było to powodami czysto technicznymi. Nowoczesne systemy ultrasonograficzne współpracujące z głowicami nowej generacji o wysokiej rozdzielczości nie wymagają stosowania nakładek, a nawet nie są zalecane, ponieważ utrudniają badanie i niekorzystnie wpływają na jakość obrazu diagnostycznego. W zasadzie żaden z renomowanych producentów ultrasonografów wysokiej klasy nie oferuje takich nakładek do głowic liniowych.

Zamawiający nie dopuszczaając aparatów, które nie spełniają wymagań w/w parametrów technicznych znacznie zawęży możliwość wyboru z najlepszych aparatów – lub wręcz może taki wybór uniemożliwić, co zapewne nie powinno leżeć w interesie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 65

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część VI dodatek nr VI/1; dodatek nr VI/2; dodatek nr VI/3; dodatek nr VI/4; dodatek nr VI/5

PYTANIE 66

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji dla pakietu VI do 10 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź na pytanie 66

Nie, Zamawiający nie wydłuży terminu realizacji dla pakietu VI.

Część VII dodatek nr VII/4- podgrzewacz płynów infuzyjnych

PYTANIE 67

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz bez możliwości regulacji temperatury, a fabrycznie ustawioną temperaturę, podgrzewający max. do 38°C oraz czytelnym wyświetlaczem umożliwiającym kontrolę osiągniętej temperatury?

Odpowiedź na pytanie 67

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 68

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz, gdzie automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia nastąpi, gdy temperatura wyniesie 41°C?

Odpowiedź na pytanie 68

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 69

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz płynów infuzyjnych, który posiada alarm wysokiej temperatury, ale bez alarmu niskiej temperatury?

Odpowiedź na pytanie 69

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 70

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz z wbudowanym autotestem, ale wykonywanym na życzenie użytkownika w dowolnym momencie?

Odpowiedź na pytanie 70

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 71

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz bez funkcji nawijania drenu na poziomy cylinder, a podgrzewający specjalny zestaw do podgrzewacza, zamykany w środku, od którego wyprowadzony jest dren z przedłużaczem z komorą powietrza?

Odpowiedź na pytanie 71

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 72

Czy Zamawiający dopuści aby oferowane podgrzewacze posiadały dedykowane zestawy, gdzie dren wyjściowy ma ok. 120 cm i wyposażony jest w komorę powietrza, co zapewnia bezpieczne podanie pacjentom płynów i krwi?

Odpowiedź na pytanie 72

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część XIII dodatek nr XIII/1- kozetka lekarska**PYTANIE 73**

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o szerokości 555 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź na pytanie 73

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część XIII dodatek nr XIII/2- łóżko szpitalne z materacem**PYTANIE 74**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wyjmowanym wypełnieniem szczytów wykonanym z płyty meblowej?

Odpowiedź na pytanie 74

Nie, zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 75

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2110 mm , co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź na pytanie 75

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 76

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 950 mm , co jest wystarczające dla tego rodzaju łóżek?

Odpowiedź na pytanie 76

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 77

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości leża od podłogi 550 mm, co w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność łóżka ?

Odpowiedź na pytanie 77

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 78

Czy Zamawiający dopuści materac o właściwościach przeciwdrożdżynowych, nie pikowany?

Odpowiedź na pytanie 78

Nie, zgodnie z SIWZ .

Część XIII dodatek nr XIII/3-szafka przyłóżkowa z blatem

PYTANIE 79

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 520 x 430 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź na pytanie 79

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 80

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym o wymiarach 400 x 430 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź na pytanie 80

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 81

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 810 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

Odpowiedź na pytanie 81

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 82

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o możliwości przechyłu blatu bocznego o 30° lub 60°?

Odpowiedź na pytanie 82

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 83

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją blatu bocznego w zakresie 810-1005 mm ?

Odpowiedź na pytanie 83

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 84

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją blatu bocznego w zakresie 800-1200 mm ?

Odpowiedź na pytanie 84

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część XIII dodatek nr XIII/4- Wózek do transportu chorych z wyposażeniem

PYTANIE 85

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją wysokości w zakresie 600 -900 mm?

Odpowiedź na pytanie 85

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 86

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z kołami o średnicy 150 mm ?

Odpowiedź na pytanie 86

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Część IV, dodatek nr.IV/3-aparat do szybkich przetoczeń

PYTANIE 87

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie ilości mankietów o poj.500 ml i o poj.1000ml?

Odpowiedź na pytanie 87

Mankiety o poj. 500 ml – 5 szt. i o poj.1000ml – 3 szt.

PYTANIE 88

Czy Zamawiający dopuści mankiet z manometrem wyskalowanym do 700 mmHg (z wyraźnie zaznaczoną wartością 300mmHg, czytelnym oznaczeniem przedziału 400-700 mmHg w kolorze czerwonym oraz oznaczonymi przedziałami co 100mmHg)?

W przypadku zastosowania manometru do przyspieszonych infuzji nie ma konieczności tak dokładnego skalowania manometru jak wskazuje opis SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 88

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.I.2**PYTANIE 89**

Prosimy o potwierdzenie, iż aparat ultrasonograficzny posiadający rozdzielczość matrycy obrazowej z dynamiką 16 bit spełni wymagania Zamawiającego w punkcie I.2 ?

Odpowiedź na pytanie 89

Tak.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.I.10**PYTANIE 90**

Prosimy o potwierdzenie, iż aparat posiadający funkcję - tzw. Cine Loop dwustopniową (wybór zależy od operatora):

1. Podręczna pojemność 400 obrazów
2. Zawansowana akwizycja sekwencji do 15 000 obrazów

spełni wymogi Zamawiającego w pkt.I.10

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zaproponowane rozwiązanie daje Użytkownikowi możliwość wyboru sposobu przeglądania obrazów w pamięci Cine Loop. Taki podział ułatwia pracę lekarzom, którzy nie potrzebują zaawansowanych sposobów przeglądania. Niektórzy Użytkownicy po zatrzymaniu obrazu cofają się do kilku-kilkunastu sekund ostatniego badania. Natomiast dzięki takim 2 sposobom, Operator może przeglądać dowolne, wybrane przez siebie fragmenty sekwencji cofając się nawet do 10 minut.

Odpowiedź na pytanie 90

Zgodnie z SIWZ.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.I.12**PYTANIE 91**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy ultrasonografu, który umożliwia zapamiętanie w pamięci Cine Loop 20 sekund zapisu w trybie M-mode i D-mode?

Odpowiedź na pytanie 91

Zgodnie z SIWZ.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.I.15**PYTANIE 92**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu USG, który posiada nowatorskie rozwiązania w zakresie konstrukcji podstawy jezdnej o czterech niezależnych obrotowych kołach w tym dwóch skrętnych, z możliwością blokady dwóch kół zapewniających stabilną pozycję aparatu?

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż dodatkowo aparat posiada skrętny panel, umożliwiający lepsze manewrowanie aparatem i jednocześnie jest wygodniejszym (a tym samym lepszym) rozwiązaniem dla Użytkownika.

Odpowiedź na pytanie 92

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.II.2**PYTANIE 93**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu ultrasonograficznego posiadającego „frame-rate” w trybie B-mode 360 obrazów/sek. oraz jednocześnie posiadający „frame-rate” w trybie CD na poziomie aż 350 obr/sek?

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że taki „frame-rate” w trybie CD jest bardzo wysoką wartością charakteryzującą aparaty wysokiej klasy, a takie rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze i dzięki niemu Użytkownik będzie miał znacznie szersze możliwości diagnostyczne

Odpowiedź na pytanie 93

Zgodnie z SIWZ.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.II.6

PYTANIE 94

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego posiadającego maksymalną mierzoną prędkość przepływu w Dopplerze pulsacyjnym przy kącie zero stopni 6,02 m/s?

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż różnica zaledwie 0,28 m/s jest praktycznie niezauważalna i nie wpływa negatywnie na diagnostykę

Odpowiedź na pytanie 94

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.II.13

PYTANIE 95

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu ultrasonograficznego, posiadającego w trybie PWD regulację kąta korekcji bramki Dopplera w zakresie +/- 75 stopni?

Pragniemy zauważyć, że taki zakres jest powszechnie stosowany w badaniach

Odpowiedź na pytanie 95

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.II.14

PYTANIE 96

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu posiadającego regulację TGC 7 stopniową?

Pragniemy nadmienić, iż oferowany aparat posiada dodatkowo funkcję auto gain, która pozwala na automatyczne wyrównywanie wartości wzmocnienia poszczególnych stref, a regulacja TGC 7-stopniowa jest bardziej ergonomiczna dla Użytkownika.

Odpowiedź na pytanie 96

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.II.5 i 7

PYTANIE 97

Zamawiający zapewne oczekuje zaproponowania ultrasonografu do badań dopplerowskich, a jednak nie podaje istotnych parametrów charakteryzujących tego typu aparat. Regulacja uchyłności wiązki dopplerowskiej w trybie PWD i CD co najmniej 30 stopni jest istotnym narzędziem pracy w badaniach dopplerowskich.

Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby oferowany aparat USG posiadał regulację uchyłności wiązki dopplerowskiej min. +/- 30 stopni w trybie spektralnym Doppler Pulsacyjny (PWD) oraz w trybie Doppler Kolorowy?

Odpowiedź na pytanie 97

Zgodnie z SIWZ.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.III.3

PYTANIE 98

Powszechnie aparaty usg posiadają możliwość zapisu w różnych formatach kompatybilnych z systemem Windows.

W związku prosimy o potwierdzenie, iż ultrasonograf posiadający wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem Windows, tj. w formatach BMP, JPG, MPEG, PNG i AVI oraz posiadający zapis, oraz możliwość importu i eksportu zdjęć w postaci surowych danych spełni wymogi Zamawiającego w pkt.III.3?

Jednocześnie chcieliśmy zauważyć, że zarówno format BMP jak i TIFF służą do zapisu grafiki bitmapowej i dają bardzo zbliżoną jakość obrazu

Odpowiedź na pytanie 98

Zgodnie z SIWZ.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.III.10

PYTANIE 99

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu posiadającego możliwość zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze, jednak na dzień składnia ofert aparat nie posiada możliwości jednoczesnej dostępności wszystkich 3 akcji po naciśnięciu jednego przycisku?

Odpowiedź na pytanie 99

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.IV.6

PYTANIE 100

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu nie posiadającego programowalnych klawiszy?

Jednocześnie pragniemy nadmienić iż Użytkownik posiada możliwość zaprogramowania na aparacie co najmniej 40 indywidualnych presetów.

Odpowiedź na pytanie 100

Zgodnie z SIWZ.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.V.5

PYTANIE 101

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie głowicy convex o zakresie aż 1-8 MHz, która posiada 3 częstotliwości wybierane w trybie II harmonicznej?

Odpowiedź na pytanie 101

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.V.

PYTANIE 102

W związku z tym, iż Zamawiający oczekuje zaproponowania aparatu do m.in. badań reumatologicznych, pragniemy zauważyć iż w celu prawidłowej diagnozy i oceny stanu pacjenta podczas tego typu badań niezbędna jest głowica o wysokich częstotliwościach.

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby aparat był w standardzie wyposażony w dwie głowice liniowe, w tym jedną o zakresie min. 8-18 MHz posiadającą możliwość wyboru w trybie B-mode częstotliwości min.18 MHz.

Odpowiedź na pytanie 102

Zgodnie z SIWZ.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.VI.3

PYTANIE 103

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie możliwości rozbudowy o głowicę objętościową brzuszna o zakresie 1-8 MHz, posiadającą w trybie II harmonicznej 1 częstotliwość wybieraną?

Odpowiedź na pytanie 103

Zgodnie z SIWZ.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.VI.5

PYTANIE 104

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie możliwości rozbudowy o głowicę transrektalną dwupłaszczyznową convex-linia?

Odpowiedź na pytanie 104

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.VI.6

PYTANIE 105

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu posiadającego możliwość rozbudowy o szeroki wachlarz głowic liniowych posiadających przystawki biopsyjne, jednak na dzień składania ofert nie posiadającego możliwości współpracy z głowicą liniową posiadającą centralny kanał biopsyjny?

Odpowiedź na pytanie 105

Zgodnie z SIWZ.

Pyt dot. SIWZ - Część I, dodatek nr I/1 do SIWZ, pkt.VII.10

PYTANIE 106

Prosimy o potwierdzenie: czy dołączenie do oferty deklaracji zgodności z oznakowaniem CE dla oferowanego aparatu będzie skutkowało spełnieniem wymogu określonego w pkt.VII.10

Informujemy, że oferowany przez nas aparat USG posiada oznaczenie znakiem zgodności CE i należy do grupy produktów IIa, w związku z tym, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93 poz. 896) nie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odpowiedź na pytanie 106

Tak.

Dot .pakiet 1- aparat USG

PYTANIE 107 –pkt.I.9

Czy w związku z minimalną częstotliwością obrazowania wymaganych głowic min.2 MHz Zamawiający dopuści Wykonawcę który zaoferuje wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o częstotliwości obrazowania od 1,9 MHz do 20,0 MHz?

Zgodnie ze specyfikacją wymaganych głowic, większy zakres nie będzie wykorzystywany przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 107

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 108 – pkt.I.15

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę który zaoferuje aparat posiadający podstawę jezdnią z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania dwóch z nich? Oferent uważa, że wymagany parametr nie ma większego znaczenia w charakterystyce aparatu?

Odpowiedź na pytanie 108

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 109 – pkt. II.2.II.3.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę który zaoferuje wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z obrazowaniem FRAME RATE dla trybu B min.600Hz i dla trybu B+kolor min.80 obrazów/sek.?

Odpowiedź na pytanie 109

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 110 – pkt.II.4 i V.5

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę który zaoferuje aparat oraz głowicę convex z obrazowaniem krzyżowym i jednym obrazowaniem harmonicznego?

Odpowiedź na pytanie 110
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 111 – pkt.II.6

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę który zaoferuje aparat o zakresie prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.10,8 m/sek.?

Odpowiedź na pytanie 111
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 112 – pkt.II.13

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający korelację kąta bramki dopplerowskiej 0-90° ?
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej, czy nie powinno być min.+/- 80 stopni?

Odpowiedź na pytanie 112
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 113 – pkt.V.7

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę który zaoferuje głowice liniową o zakresie częstotliwości pracy 4,0 – 13,0 MHz (+/- 1MHz)? Jeden MHz obrazowania nie ma znaczącego wpływu na jakość wykonywanych badań.

Odpowiedź na pytanie 113
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 114 – pkt.VI.3

Zgodnie z wiedzą oferenta wymaganie zaoferowania aparatu z możliwością rozbudowy systemu o obrazowanie 3 D w czasie rzeczywistym z głowicy objętościowej brzusznej, min.3,0 – 10,0 MHz ogranicza konkurencję i daje możliwość złożenia ważnej oferty tylko dwóm Firmom na rynku Polskim. W związku z tym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z tabeli wymaganych parametrów technicznych punktu VI.3? Proszę zwrócić uwagę, że głowica taka jest wykorzystywana w badaniach klinicznych w położnictwie, a aparat będzie przez Zamawiającego używany na Oddziale Chirurgii.

Odpowiedź na pytanie 114
Tak, Zamawiający wykreśla z tabeli wymagane parametry techniczne zawarte w pkt.VI.3.

PYTANIE 115 – pkt.VI.4

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę który zaoferuje aparat z możliwością rozbudowy o obrazowanie 3 D w czasie rzeczywistym z głowicy endowaginalnej o częstotliwości pracy 6,0 -16,0 MHz i kącie obrazowania 360°?. Wymagana przez Zamawiającego głowica jest wykorzystywana w badaniach klinicznych w położnictwie, a aparat będzie pracował w Państwa placówce na Oddziale Chirurgii.

Odpowiedź na pytanie 115
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 116 – pkt.VI.5

Czy Zamawiający wymagając możliwości rozbudowy systemu o współpracę z głowicą transrektalną miał na myśli sondę dwupłaszczyznową w układzie convex/convex z kanałem biopsyjnym przechodzącym przez środek głowicy?

Odpowiedź na pytanie 116
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 117 – dot. przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający nie uważa za konieczne zaoferowanie systemu z możliwością rozbudowy o głowicę objętościową do badania ropni, przetok, zwieraczy oraz bańki odbytniczej? Głowica taka wykorzystywana jest obecnie na wielu Oddziałach Chirurgii Ogólnej.

Odpowiedź na pytanie 117
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 118- pkt.VI.6.

Poprzez takie opisanie wymaganej głowicy Zamawiający ogranicza możliwość złożenia oferty tylko do jednej Firmy. Czy z uwagi na ograniczenie uczciwej konkurencji Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z tabeli wymaganych parametrów technicznych punktu VI.6?

Odpowiedź na pytanie 118

Zgodnie z SIWZ .

PYTANIE 119 – pkt.VI.7

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę który zaoferuje aparat z możliwością rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę laparoskopową 4, 0 – 10,0 MHz (+/- 1MHZ)?

Odpowiedź na pytanie 119

Tak, Zamawiający dopuszcza.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.10.2010 r.

W imieniu Zamawiającego

WICESTAROSTA

Bożena Nowacka

.....