



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 30.11.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.57/07/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” **Faza II –Trzecie Powtórzenie Części Etapu III część IX (Oddział Położniczo – Ginekologiczny).**

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do badania słuchu u noworodków tylko jedną wybraną metodą TEOAE lub DPOAE?

Badanie przesiewowe słuchu metodą DPOAE jest bardziej rozbudowane, z większym zakresem kHz, z mniejszym zakresem błędów. Czy zasadnym by urządzenie TEOAE dublowało metodę DPOAE?

Urządzenie w obydwóch przypadkach ma zastosowanie przesiewowe, tak jak jest wymagane zgodnie z odpowiedziami z dnia 16.11.2010.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający dopuszcza urządzenie do badania słuchu u noworodków tylko metodą DPOAE. Podyktowane to jest ograniczonymi środkami, jakie Zamawiający posiada na dany pakiet oraz chęcią najefektywniejszego wykorzystania przedmiotowego urządzenia.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.11.2010 r.

W imieniu Zamawiającego

WICESTAROSTA
Bożena Nowacka

.....