



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko, dnia 18.11.2010

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.65/06/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36”**.

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

CZEŚĆ III - Wyposażenie Fizykoterapii

Aparat do terapii ultradźwiękowej z opcją elektrofonofrezy

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści aparat , którego częstotliwość nośna to 1 i 3 MHz ?

Odpowiedź na pytanie1

Tak.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wymienne głowice dwuczęstotliwościowe 1 MHz – 1cm i MHz – 5cm ?

Odpowiedź na pytanie 2

Tak.

Pytanie 3

Czy zamawiający wymaga aby aparat posiadał kolorowy dotykowy ekran 4,3 cala dzięki któremu praca jest wygodniejsza ?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga aby aparat miał 3 kg wagi ?

Odpowiedź na pytanie 4

Około.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga aby aparat miał możliwość podłączenia dwóch głowic jednocześnie ?

Odpowiedź na pytanie 5

Tak.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał wbudowany akumulator dzięki któremu zabieg nie zostanie przerwany podczas braku zasilania ?

Odpowiedź na pytanie 6

Tak- ale nie jest to warunek konieczny.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał wbudowaną bazę jednostek chorobowych (encyklopedie terapii) ?

Odpowiedź na pytanie 7

Tak - ale nie jest to warunek konieczny.

Laser punktowy z sondą laserowo – punktowa**Pytanie 8**

Czy zamawiający wymaga aby aparat posiadał kolorowy dotykowy ekran 4,3 cala dzięki któremu praca jest wygodniejsza ?

Odpowiedź na pytanie 8

Tak.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał wbudowaną bazę jednostek chorobowych (encyklopedie terapii) ?

Odpowiedź na pytanie 9

Tak - ale nie jest to warunek konieczny.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga aby aparat miał 3 kg wagi ?

Odpowiedź na pytanie 10

Około.

Pytanie 11

Czy zamawiający wymaga aby aparat posiadał kolorowy dotykowy ekran 4,3 cala dzięki

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał wbudowany akumulator dzięki któremu zabieg nie zostanie przerwany podczas braku zasilania ?

Odpowiedź na pytanie 12

Może być, ale niekoniecznie.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści sondę podczerwoną o mocy 400 mW 830nm zamiast 850 nm ?

Odpowiedź na pytanie 13

Dopuści.

Dwukanałowy aparat do magnetoterapii z aplikatorem szpulkowym**Pytanie 14**

Czy zamawiający wymaga aby aparat posiadał kolorowy dotykowy ekran 4,3 cala dzięki któremu praca jest wygodniejsza ?

Odpowiedź na pytanie 14

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wymaga aby aparat miał 3 kg wagi ?

Odpowiedź na pytanie 15

Około.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał wbudowany akumulator dzięki któremu zabieg nie zostanie przerwany podczas braku zasilania ?

Odpowiedź na pytanie 16

Może być ,ale nie jest konieczny.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści leżankę z przymocowanym jezdny aplikatorem 70cm ?

Odpowiedź na pytanie 17

TAK.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wymaga aby aplikator do pola magnetycznego posiadał technologię FMF – skoncentrowane pole magnetyczne dzięki której aplikator nie mają wpływu na obsługującego ?

Odpowiedź na pytanie 18

Tak, nie jest to warunek konieczny.

Aparat do elektroterapii z zestawami akcesoriów**Pytanie 19**

Czy zamawiający wymaga aby aparat posiadał kolorowy dotykowy ekran 4,3 cala dzięki któremu praca jest wygodniejsza ?

Odpowiedź na pytanie 19

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wymaga aby aparat miał 3 kg wagi ?

Odpowiedź na pytanie 20

Waga około.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał wbudowany akumulator dzięki któremu zabieg nie zostanie przerwany podczas braku zasilania ?

Odpowiedź na pytanie 21

Może być, ale nie jest konieczny.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał wbudowaną bazę jednostek chorobowych (encyklopedie terapii) ?

Odpowiedź na pytanie 22

Tak

Pytanie 23

Czy Zamawiający wymaga aby aparat do elektroterapii posiadał dwa niezależne kanały dzięki którym możemy wykonywać dwa osobne zabiegi o różnych czasach oraz prądach ?

Odpowiedź na pytanie 23

Tak – ale nie jest to warunek konieczny.

Pytanie 24

Zwracam się z zapytaniem w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części XIV, w której przedmiotem zamówienia są zasłonki do boksów zamontowane zamontowane na szynach.

Czy dopuszczalna jest jako szyna, rurka metalowa (w kolorze satyny jasnej) karniszowa ze wspornikami do mocowania wraz z żabkami stabilnymi oraz materiał zapasowy syntetyczny, nieprzezroczysty, łatwy w czyszczeniu?

Odpowiedź na pytanie 24

Tak

Pytanie 25

Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia Odzież, serwety itp. na Blok Operacyjny. Część II SIWZ Lp. 3 w „Wielorazowa odzież operacyjna” dopuszcza masę powierzchniową równą $188\text{g/m}^2 + 8\text{g/m}^2$?

Odpowiedź na pytanie 25

Tak.

Pytanie 26

Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia Odzież, serwety itp. na Blok Operacyjny. Część II SIWZ Lp.3. w „Wielorazowa fartuchy chirurgiczne” dopuszcza masę powierzchniową min 134g/m^2 ?

Odpowiedź na pytanie 26

Nie.

Część IX dodatek nr 9 do SIWZ**Pkt 1 - pompa infuzyjna strzykawkowa****Pytanie 27**

Proszę o dopuszczenie pompy z szybkością dozowania 999,9 ml/h zamiast podanych 1200 ml/h.

Odpowiedź na pytanie 27

Tak.

Pytanie 28

Proszę o dopuszczenie dodatkowych parametrów infuzji w µg, mg, IU, Me, mmol na min. , godz. , dobę z uwzględnieniem masy pacjenta lub nie.

Odpowiedź na pytanie 28

Tak.

Pytanie 29

Czy Zamawiający w ramach i infuzji proilowej 12 faz dopuszcza pompę z programowaną prędkością , czasem , objętością, µg, mg, IU, Me, mmol na min. , godz. , dobę z uwzględnieniem masy pacjenta lub nie oraz możliwością pracy w trybie PCA i TCI.

Odpowiedź na pytanie 29

Tak.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści inny typ niż klawiatura numeryczna z wielofunkcyjnymi przyciskami powiązanymi z intuicyjnym menu i pełnymi komunikatami w języku polskim?

Odpowiedź na pytanie 30

Tak.

Pytanie 31

Czy sygnalizacja alarmów ma być odpowiednim kolorowym światłem dźwiękiem i pełnym komunikatem w języku polskim na wyświetlaczu?

Odpowiedź na pytanie 31

Tak

Pytanie 32

Czy pompa ma posiadać bibliotekę leków i z jaką ilością pozycji leków?

Odpowiedź na pytanie 32

Tak, ma posiadać bibliotekę leków - 200 pozycji.

Pytanie 33

Jaką masę ma posiadać maksymalnie pompa ?

Odpowiedź na pytanie 33

2 200 g.

Dotyczy części IV: Wyposażenie Chirurgii Jednego Dnia

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści fotel z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 40-59 cm?

Odpowiedź na pytanie 34

Tak.

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją wysokości siedziska w zakresie 540-700 mm?

Odpowiedź na pytanie 35

Tak.

Pytanie 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dla części IV pkt.1 Fotel okulistyczno – laryngologiczny oraz pkt.2 Fotel dla operatora do 5 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź na pytanie 36

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji.

Dotyczy: Części II (Odzież serwety itp. na Blok Operacyjny)

Pytanie 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poniższych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu:

- Poz. 2 – wielorazowa odzież operacyjna
- Poz. 3 – wielorazowy fartuch chirurgiczny
- Poz. 4 – wielorazowy fartuch chirurgiczny
- Poz. 5 – serwety operacyjne wielorazowego użytku 150x220
- Poz. 6 - serwety operacyjne wielorazowego użytku 90x90
- Poz. 7 – nakrycie na stół instrumentarium
- Poz. 8 - osłona (worek) na stolik Mayo

Uzasadnienie: Wyłączenie wyżej wymienionych pozycji (od 2 do 8) i utworzenie z nich odrębnego pakietu spowoduje zwiększenie konkurencyjności cenowej jak i asortymentowej. Łączenie w jednym pakiecie różnych grup produktów, w tym wypadku odzieży z tkaniny 100% bawełnianej z odzieżą i obłożeniami z wielorazowych tkanin barierowych, powoduje zawężenie grupy wykonawców mogących przystąpić do tego zadania, bowiem firmy zazwyczaj specjalizują się albo w odzieży bawełnianej albo w odzieży barierowej wielorazowego użytku.

Odpowiedź na pytanie 37

Nie.

Pytanie 38

Czy Zamawiający w **poz. 2** dopuści odzież operacyjną wykonaną z tkaniny składającej się z 99% poliester i 1% nitka węglowa? Tkanina ta jest oddychająca i para przepuszczalna. Nitka węglowa posiada właściwości antystatyczne dzięki czemu tkanina nieelektryzuje się, zapobiega to przypadkowemu porażeniu prądem

Odpowiedź na pytanie 38

Nie.

Pytanie 39

Czy Zamawiający w **poz. 3** dopuści fartuch który ma membranę przodu i na całych ramionach?

Odpowiedź na pytanie 39

Tak.

Pytanie 40

Czy Zamawiający w **poz. 3** dopuści fartuch wykonany w polu krytycznym z tkaniny o gramaturze 140 g/m²?

Uzasadnienie: Gramatura tkaniny nie ma wpływu na jej właściwości barierowe, większa gramatura zwiększa jedynie koszty prania.

Odpowiedź na pytanie 40

Nie.

Pytanie 41

Czy Zamawiający w **poz. 3** dopuści fartuch wykonany w polu niekrytycznym z tkaniny o gramaturze 70g/m² i składzie 99% poliester i 1% nitka węglowa?

Uzasadnienie: Tylne części fartucha nie wymaga, aż tak wysokiej gramatury tkaniny bowiem nie ma kontaktu z pacjentem. Poza tym niższa gramatura sprawia, że tkanina jest bardziej przewiewna, co zwiększa komfort użytkowania.

Odpowiedź na pytanie 41

Nie.

Pytanie 42

Czy Zamawiający w **poz. 3** wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha, który nie będzie posiadał przy mankiecie tasiemki do założenia na palec?

Odpowiedź na pytanie 42

Nie.

Pytanie 43

Czy Zamawiający w **poz. 3** dopuści fartuch który uszyty jest z tkaniny barierowej z przodu i na całych ramionach?

Odpowiedź na pytanie 43

Nie.

Pytanie 44

Zwracamy się z prośbą do o wyjaśnienie co w **poz. 4** Zamawiający rozumie przez „dodatkowe zabezpieczenie” i czy w ramach tego zapisu dopuści fartuch jednowarstwowy w części krytycznej, spełniający wymogi normy PN-EN 13795?

Uzasadnienie: Obecnie fartuchy barierowe produkowane są z nowoczesnych tkanin spełniających wymogi normy PN-EN 13795 i nawet gdy są jednowarstwowe to i tak chronią personel na bloku operacyjnym.

Odpowiedź na pytanie 44

Dodatkowe zabezpieczenie to dodatkowa warstwa materiału. Nie.

Pytanie 45

Czy Zamawiający w **poz. 4** ma na myśli fartuch standardowego ryzyka jednowarstwowy , a jeżeli tak to czy dopuści fartuch o gramaturze 85g/m2 w części krytycznej, natomiast w części mniej krytycznej 70 g/m2 uszyty z tkaniny 99% poliester 1 % nitka węglowa? Nitka węglowa posiada właściwości antystatyczne dzięki czemu tkanina nieelektryzuje się, zapobiega to przypadkowemu porażeniu prądem

Odpowiedź na pytanie 45

Nie.

Pytanie 46

Jeżeli Zamawiający w **poz. 4** wymaga fartucha składającego się z dwóch warstw to czy określając gramaturę tkaniny na 122 g/m2 chce aby była to gramatura jednej warstwy czy obu?

Odpowiedź na pytanie 46

Obu warstw.

Pytanie 47

Co Zamawiający w **poz. 5 – 8** rozumie, przez część krytyczną serwety?

Odpowiedź na pytanie 47

Część krytyczna serwety to część, która bezpośrednio ma kontakt z polem operacyjnym lub narzędziami.

Pytanie 48

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby w **poz. 5 – 8** sprecyzował w którym miejscu w każdej z serwet ma być obszar krytyczny i jakie mają być jego wymiary.

Odpowiedź na pytanie 48

Strefa krytyczna jest jak wyżej. Wymiary podane.

Pytanie 49

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby w **poz. 5 – 8** sprecyzował czy wymaga serwet nieprzepuszczających płynów czy serwet nieprzepuszczających płynów z warstwą chłonną?

Uzasadnienie: Warstwa chłonna w serwetach powoduje, że krew i inne płyny ustrojowe nie spływa po serwecie na ziemię, co zwiększa komfort i jakość pracy.

Odpowiedź na pytanie 49

Dla Zamawiającego to nie zwiększa komfortu pracy a wręcz odwrotnie.

Pytanie 50

Jeżeli Zamawiający w **poz. 5-8** wymaga serwet z warstwą chłonną to czy Zamawiający w takim razie dopuści serwety trzy warstwowe zawierające dwie warstwy tkaniny poliestrowej nieprzepuszczającej płynów oraz jedną warstwę chłonną

Odpowiedź na pytanie 50

Nie.

Pytanie 51

Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu i jaki będzie udział Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego „Wudimeks” Sp. z o.o. w realizacji ewentualnej umowy? Zamawiający w żadnym punkcie siwz ani wzoru umowy nie wspomina o powyższych aspektach.

Odpowiedź na pytanie 51

WPI WUDIMEKS jest inwestorem zastępczym. Jest koordynatorem dostaw. Uczestniczy w odbiorach z ramienia Zamawiającego.

Pytanie 52 (Część IV, poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści aparat o następujących parametrach:

- Fotel operatora przeznaczony do operacji okulistycznych
- Ergonomiczny kształt siedziska i oparcia pozwala na utrzymanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa w odpowiedniej pozycji.
- Regulacja oparcia fotela góra / dół- 200 mm
- Regulacja oparcia fotela przód / tył- 130 mm
- Możliwość regulacji obrotu podłokietników 360° oraz całkowitego ich demontażu
- Możliwość regulacji wysokości podłokietników - 300 mm
- Możliwość regulacji kąta nachylenia podłokietników
- Elektryczna regulacja wysokości siedziska w zakresie 553-753 mm.
- Centralny hamulec – blokując jedno koło automatycznie unieruchamiane są pozostałe koła
- Podwójne antystatyczne koła jezdne o średnicy 100 mm
- Podstawa o obrysie kwadratowym (patrzac z góry – kształt zbliżony do litery H).
- Sterowanie fotela przy użyciu przełącznika nożnego
- Zasilanie bateryjne

Odpowiedź na pytanie 52

Tak.

Pytanie 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części IV poz. 2 i utworzy odrębne zadanie?

Odpowiedź na pytanie 53

Nie.

Pytanie 54 – dot. Aparat do terapii ultradźwiękowej z opcją elektrofonoferezy. Część III

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje dobrej jakości aparat do terapii ultradźwiękowej z opcją elektrofonoferezy z głowicą do ultradźwięków o parametrach 1Mhz/4cm²?

Odpowiedź na pytanie 54

Tak.

Pytanie 55 – dot. Aparat do terapii ultradźwiękowej z opcją elektrofonoferezy. Część III

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje dobrej jakości aparat do terapii ultradźwiękowej z opcją elektrofonoferezy z głowicą do elektrofonoferezy o parametrach 1Mhz/4cm²?

Odpowiedź na pytanie 55

Tak.

Pytanie 56 – dot. Laser punktowy z sondą laserowo-punktową. Część III

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje dobrej jakości laser punktowy z sondą do laseroterapii IR 400 mW / 808 nm?

Odpowiedź na pytanie 56

Tak.

Pytanie 57– dot. Taboret na kółkach. Część III

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje dobrej jakości taboret na kółkach z podstawą o średnicy 500mm?

Odpowiedź na pytanie 57

Tak.

Pytanie 58 – dot. Taboret na kółkach. Część III

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje dobrej jakości taboret na kółkach bez oparcia?

Odpowiedź na pytanie 58

Tak – typu siodła.

Pytanie 59 – dot. Taboret na kółkach. Część III

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje dobrej jakości taboret na kółkach w innych kolorach niż czarny?

Odpowiedź na pytanie 59

Tak – kolor zielony, niebieski lub czerwony.

Pytanie 60 – dot. Ergometry Rowerowe. Część III

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje dobrej jakości rower treningowy?

Odpowiedź na pytanie 60

Odpowiedź jak dla pytania 61, 62.

Pytanie 61 – dot. Ergometry Rowerowe. Część III

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje dobrej jakości rower treningowy z wagą koła zamachowego 7 kg?

Odpowiedź na pytanie 61

Tak.

Pytanie 62 – dot. Ergometry Rowerowe. Część III

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje dobrej jakości rower treningowy o wymiarach (dł./szer./wys.) 110/53/135cm?

Odpowiedź na pytanie 62

Tak.

Pytanie 63

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną wyposażoną w lampę UV zamocowaną na stałe w górnej przedniej części obszaru roboczego i pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź na pytanie 63

Tak.

Pytanie 64

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wytrząsarkę laboratoryjną o wymiarach 270 x 260 x 80 mm i pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź na pytanie 64

Tak.

Pytanie 65

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cieplarkę laboratoryjną z chłodzeniem komorą wykonaną z aluminium i pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź na pytanie 65

Zamawiający dopuszcza cieplarkę laboratoryjną z chłodzeniem z komorą wykonaną z aluminium.

Pytanie 66

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wirówkę laboratoryjną o max. obrotach do 6000 obr./min i 3340 x g, czasie parcy wirowania do 60 minut, rotorem kątowym 8 x 10 ml i pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź na pytanie 66

Nie

Pytanie 67

W związku z faktem, iż mikroskop nie jest wyrobem medycznym, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mikroskop posiadający deklarację zgodności CE producenta.

Odpowiedź na pytanie 67

Tak.

Część IX dodatek nr 9 do SIWZ**Pytanie 68**

Czy Zamawiający dopuści rzutnik okulistyczny, który ma rozmiar obrazu: 267mm X 210mm (dla 5m)?.

Odpowiedź na pytanie 68

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część IV Oddział Chirurgii Jednego Dnia

Pytanie 69

Zwracamy się z prośbą o utworzenie oddzielnego pakietu dla pozycji 3-6. gdyż to umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu bezpośrednich producentów wymaganych w SIWZ produktów lub wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni „nie przychylenie się do naszej prośby uniemożliwi całkowicie wzięcie udziału w postępowaniu ze względu na zbyt krótki termin realizacji z poz. 1 i 2.

Odpowiedź na pytanie 69

Zamawiający nie utworzy oddzielnego pakietu oraz nie wydłuży terminu realizacji.

Część IV poz.6 Ssak typu YANKAUER średnica 4,8mm długość 285mm**Pytanie 70**

Czy zamawiający dopuści Ssak typu YANKAUER średnica 10 mm długość 295mm?

Odpowiedź na pytanie 70

Nie.

Pytanie 71

Czy Zamawiający zechce wydłużyć termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy? Wymagany przez Zamawiającego termin 20 dni jest trudny do realizacji ze względu na zbliżający się koniec roku i mnogość dostaw w zakończonych już postępowaniach.

Odpowiedz na pytanie 71

Ne.

Dotyczy §6 ust. 5 pkt. b Wzoru umowy – Dodatku nr 21 do SIWZ**Pytanie72**

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„b) przystąpić do usunięcia wady w terminie 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia i dokonać usunięcia wady w terminie wskazanym przez Kupującego, nie dłuższym jednak niż 7 dni,”
na zapis:

„b) przystąpić do usunięcia wady w terminie **48 godzin w dni robocze** od przyjęcia zgłoszenia i dokonać usunięcia wady w terminie wskazanym przez Kupującego, krótszym jednak niż 7 dni,”

Wymagany termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia. Ponadto należy mieć na uwadze, że przedmiotem umowy są bardzo zróżnicowane urządzenia specjalistyczne o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego ich naprawa i przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, może okazać się praktycznie niemożliwe.

Odpowiedz na pytanie 72

Ne.

Dotyczy §6 ust. 7 Wzoru umowy – Dodatku nr 21 do SIWZ**Pytanie 73**

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„7. W przypadku 3 krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, Kupujący ma prawo żądać wymiany tego elementu na nowy.”
na zapis:

„W przypadku 3 krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, Kupujący ma prawo żądać wymiany tego elementu na **wolny od wad.**”

Odpowiedz na pytanie 77

Nie.

Dotyczy §7 ust. 1 Wzoru umowy – Dodatku nr 21 do SIWZ

Pytanie 78

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację ww. zapisu tak by powstał zapis:

„Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną:

- a) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający - w wysokości **10%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 liczonej od tej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy,
- b) za zwłokę w **dostawie** przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,2% wartości brutto **towaru niedostarczonego w terminie**, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
- c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy w wysokości 0,2% wartości **towaru naprawianego**, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
- d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% wartości brutto **towaru naprawianego**, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.”?

Odpowiedz na pytanie 78

Nie.

Dotyczy SIWZ, rozdział 28 Zmiana umowy

Pytanie 79

W związku z informacjami o planowanych przez rząd zmianach stawek podatku VAT prosimy

o dodanie podpunktu o treści:

„w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury adekwatnej zmianie ulegnie również wartość umowy brutto w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”

Odpowiedz na pytanie 79

Nie.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.11.2010 r.

W imieniu Zamawiającego

**WICESTAROSTA
Bożena Nowacka**

.....