



Radomsko, dnia 02 sierpnia 2011 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.272.24.04.2011

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający weźmie pod rozagę podzielenie jednego pakietu zawierającego produkty z różnych kategorii na dwa odrębne pakiety?:

Pakiet 1: laryngoskop światłowodowy dla dorosłych, laryngoskop światłowodowy dla dzieci oraz kleszczyki Magilla.

Pakiet 2: pompa infuzyjna strzykawkowa i cieplarka.

Pytanie 2:

dotyczy - laryngoskop pediatryczny

Ile sztuk łyżek w rozmiarach dla noworodków wymaga Zamawiający?

Pytanie 3:

dotyczy - Kleszczyki Magilla dla dorosłych.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki Magilla dla dorosłych o długości 210mm. ?

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wagą 2,45kg ?

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zaklasyfikowane do klasy I ?

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyraził zgodę na wydzielenie poszczególnych części zamówienia do odrębnych zadań do realizacji przez różnych Oferentów ?

Pytanie 7:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy podana w zestawie rękojeść powinna być światłowodowa czy standardowa (konwencjonalna) ?

Pytanie 8:

Czy Zamawiający w Pozycji 1 dopuści laryngoskop z łyżkami światłowodowymi zgodnymi ze standardem ISO 7376 tzn. współpracujące z rękojeściami do łyżek światłowodowych tzw. „zieloną specyfikacją” ?

Pytanie 9:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w Pozycji 2. Ile łyżek i w jakich rozmiarach ma zawierać laryngoskop pediatryczny?

Pytanie 10:

Czy Zamawiający w Pozycji 5 dopuści kleszczyki Magilla dla dorosłych w rozmiarze 9 (22,86cm) ?

Pytanie 11:

Czy Zamawiający w Pozycji 6 dopuści kleszczyki Magilla dla dzieci w rozmiarze 7.25 (18,42cm)?

Pytanie 12:

Czy Zamawiający w Pozycjach 7 i 8 dopuści kleszczyki Magilla dla noworodków w rozmiarze 6 (15,24 cm) ?

TREŚĆ ODPOWIEDZI:

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie dopuszcza podziału przedmiotu zamówienia na odrębne pakiety.

Odpowiedź na pytanie 2:

3 sztuki łyżek w rozmiarach dla noworodków: 00-1 szt. ; 0- 1szt. ; 1-1 szt.

Odpowiedź na pytanie 3:

Kleszczyki Magilla dla dorosłych o długości 230mm lub 210 mm ze wskazaniem na 230 mm

Odpowiedź na pytanie 4:

Nie dopuszcza się urządzeń z wagą 2,45 kg

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń zaklasyfikowanych do klasy I.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poszczególnych części zamówienia do odrębnych zadań do realizacji przez różnych Oferentów.

Odpowiedź na pytanie 7:

W zestawie- laryngoskop światłowodowy dla dorosłych- ma być rękojeść współpracująca z łyżkami światłowodowymi w zestawie.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający w pozycji 2 dopuszcza laryngoskop z łyżkami światłowodowymi zgodnymi ze standardem ISO 7376 tzn. współpracujące z rękojeściami do łyżek światłowodowych tzw. „zieloną specyfikacją”.

Odpowiedź na pytanie 9:

Rękojeść mini, łyżki Millera 00-1 szt. , 0-1 szt. , 1-1 szt.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający w pozycji 5 dopuszcza kleszczyki Magilla dla dorosłych w rozmiarze 9 (22,86 cm).

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 6 kleszczyki Magilla dla dzieci w rozmiarze 7,25 (18,42 cm).

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający dopuszcza w pozycjach 7 i 8 kleszczyki Magilla dla noworodków w rozmiarze 6 (15,24 cm).

II. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.08.2011 r.

W imieniu Zamawiającego

WICESTAROSTA

/-/

ANDRZEJ PLUTECKI

.....

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem: nr fax. 044 683 43 35.