



Radomsko, dnia 25 sierpnia 2011r.

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.272.26.05.2011

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36”.

- I.** Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań do SIWZ zadanych przez Wykonawców oraz treść udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści pompę o wadze z kompletnym wyposażeniem potrzebnym do pracy 2,45kg?

Oferowana przez nas pompa zawiera w sobie kompletny zasilacz wraz z transformatorem na napięcie 100-240 V AC jak również uchwyt do przenoszenia pompy i uchwyt do jej mocowania na stojaku lub szynie Modura czy Euro. Natomiast pompy firmy konkurencyjnej wykazują formalnie „niską” wagę kosztem rozbicia urządzenia na osobne elementy – zasilacz na osobnym, długim kablu, osobno dopinany uchwyt do przenoszenia pompy, jak również osobno mocowany uchwyt do jej montażu na stojaku. Oba uchwyty przed włożeniem pompy do stacji dokonującej należy oczywiście odkręcić i „gdzieś” schować. Stąd waga konkurencyjnej „gołej” pompy jest taka niska i mieści się w zakresie 2kg.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści pompę zakwalifikowaną do klasy I?

Klasa bezpieczeństwa I oraz II są przez normę medyczną PN-EN 60601-1 traktowane jako równorzędne w odniesieniu do sprzętu tego typu pompy infuzyjne.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści pompę posiadającą tryb nocny pracy, z dużym wyświetlaczem z regulacją jasności, oświetlającym panel sterowania i klawisze.

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4

Czy zamawiający wyraził zgodę na wydzielenie laryngoskopów do odrębnego zadania?

Przyjęta koncepcja kompleksowej realizacji postępowania przetargowego w dużej mierze ogranicza konkurencyjność składanych ofert, a także eliminuje wielu wykonawców z prowadzonego postępowania. Podział zadania na oddzielne pakiety umożliwi wzięcie udziału w niniejszym przetargu większej ilości wykonawców, w tym przede wszystkim samych producentów sprzętu medycznego oraz jego bezpośrednich dyspozytorów, pozwoli to na znaczne obniżenie kosztów zakupu i wyeliminowanie zbędnych marży handlowych naliczanych przez pośredników. Z punktu widzenia szpitala jest to działanie bardziej korzystne dla zamawiającego.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy podana w zestawie rękojeść powinna być światłowodowa czy standardowa (konwencjonalna)? Według naszej wiedzy nie jest możliwe, aby łyżki światłowodowe współpracowały jednocześnie z rękojeściami światłowodowymi i standardowymi (konwencjonalna).

Odpowiedź 5

Rękojeść współpracująca z łyżkami światłowodowymi.

Pytanie 6

Czy zamawiający wydzieli z zadania poniższe urządzenia medyczne :

1. Pompa infuzyjna strzykawkowa -8szt
 2. Ciepłarka laboratoryjna z grawitacyjnym obiegiem powietrza -2szt
- i utworzy z nich odrębny pakiet?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody na dzielenie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 52 l , jeśli nie proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuści, ale nie wymaga – najbardziej przydatne urządzenie jest o pojemności 60 – 70l.

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 118 l, jeśli nie proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź 8

Zamawiający nie dopuści – urządzenie o pojemności 118l będzie zbyt duże do naszych potrzeb, nieekonomiczne.

Pytanie 9

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez wpisu do rejestru wyrobów medycznych?

Odpowiedź 9

Zamawiający nie dopuści urządzenia bez wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

III. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.08.2011 r.

W imieniu Zamawiającego

WICESTAROSTA
Andrzej Plutecki

.....