



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia. 16.09.2011 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.272.31.06.2011

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36**”.

- I. Działając na podstawie art. 38 ust.1,2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

Dot. punktu „klasa ochronności: klasa II, typ CF, ochrona przed wilgocią min IP22”

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści klasę I, typ CF, ochrona przed wilgocią IP22?

Pragniemy zwrócić uwagę, że obie klasy ochronności są przez normę medyczną IEC/EN60601 – 1 traktowane równoważnie.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza klasy I, typ CF, ochrona przed wilgocią IP22.

Dot. punktu „ciężar nie większy niż 1,5 kg”

PYTANIE 2

Czy Zamawiający dopuści pompy o wadze nie przekraczającej 2,5 kg? Waga naszej pompy zawiera zarówno uchwyt do przenoszenia, jak również uchwyt mocujący oraz zasilacz sieciowy. Natomiast w pompach o wadze 1,5 kg wszystkie te elementy są dodatkowymi częściami wyposażenia i nie są wliczane w wagę głównego urządzenia.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza. Waga pompy zgodnie z zapisem SIWZ.

Dot. punktu „możliwość odłączenia uchwytu mocującego od pompy”

PYTANIE 3

Czy Zamawiający dopuści pompę połączoną na stałe z uchwytem mocującym? Pompa z odłączanym uchwytem musi być każdorazowo rozpięta przed włożeniem do stacji dokującej. Uchwyt odłączalny jest elementem dodatkowym wymagającym miejsca do jego schowania oraz każdorazowo czasu do jego znalezienia i spięcia z urządzeniem lub rozpięcia przy wkładaniu pompy do stacji dokującej.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dopuszcza pompy połączonej na stałe z uchwytem mocującym.

Dot. „Cieplarka laboratoryjna z grawitacyjnym obiegiem powietrza”

PYTANIE 4

Zaistniała rozbieżność między opisem przedmiotu zamówienia gdzie jest napisane, że można dołączyć wpis do rejestru wyrobów medycznych jeżeli produkt takowy posiada, natomiast w odpowiedziach od Państwa Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez wpisu.

Czy można zaoferować produkt bez wpisu do rejestru wyrobów medycznych, ponieważ cieplarka jest sprzętem laboratoryjnym.

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza urządzenie bez wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Ponadto Zamawiający informuje, iż korekcie ulega odpowiedź na pytanie nr 3 udzielona w dniu 14.09.2011 r. pismem znak WP.272.31.05.2011:

było: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

winno być: Zamawiający **dopuszcza** urządzenie bez wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że przedłuża termin składania ofert do dnia **22.09.2011 r. do godz. 11:00** w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach zmian. Wobec powyższego Zamawiający informuje o:

ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

NR 240507 - 2011 z dnia 8 września 2011 r.

oraz

MODYFIKACJI SIWZ

II. Działając na podstawie art. 12a oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający przedstawia poniżej modyfikacje:

Modyfikacja dotycząca zapisów *Ogłoszenia o zamówieniu* nr 240507 - 2011:

- **Sekcja IV.4.4)** – Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: **22.09.2011 godz. 11:00**, miejsce: Powiat Radomski ul. Leszka Czarnego 22, 97 – 500 Radomsko, Kancelaria Ogólna pok. 27;

III. W związku z powyższym:

1. W rozdziale 10 pkt 10.13 SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:

...Nie otwierać przed 22.09.2011 r., godz. 11:15.

2. W rozdziale 12 pkt 12.1 SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Kancelaria Ogólna p. 27 nie później niż do dnia 22.09.2011r. do godz. 11:00

3. W rozdziale 12 pkt 12.3 SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:

*Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia **22.09.2011 r. o godz. 11:15** w siedzibie Zamawiającego – Powiat Radomszczański, 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, pok.118.*

IV. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

*Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu **16.09.2011 r.***

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Andrzej Plutecki
.....