



Radomsko, 30 września 2011r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.272.30.05.2011

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa wraz z montażem aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36”.

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań do SIWZ zadanych przez Wykonawców oraz treść udzielonych odpowiedzi.

Dotyczy części 1 – Kozetka lekarska – 2 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o regulacji oparcia nagłówka w zakresie 0-72°?

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wymiarach 670 x 2000 mm?

Odpowiedź 2

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wysokości 620 mm?

Odpowiedź 3

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Leżanka drewniana – 1 szt.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści leżankę o długości 1850 mm?

Odpowiedź 4

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści leżankę o szerokości 650 mm?

Odpowiedź 5

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści leżankę o regulacji oparcia w zakresie 0-40°?

Odpowiedź 6

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Łóżko szpitalne metalowe z materacem – 23 szt.**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami?

Odpowiedź 7

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z oparciem pleców regulowanym za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź 8

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wyjmowanego wypełnienia szczytów? Wyjmowane są całe szczyty.

Odpowiedź 9

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości leża 510 mm ?

Odpowiedź 10

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Parawan lekarski – 3 szt.**Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuści parawan o wymiarach 900 x 1500 mm?

Odpowiedź 11

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści parawan o wymiarach 900 x 1850 mm?

Odpowiedź 12

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści parawan bez możliwości łączenia w szereg za pomocą zatrzasków?

Odpowiedź 13

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części 1 – Taboret szpitalny – 23 szt.**Pytanie 14**

Czy Zamawiający dopuści taboret szpitalny o stelażu stalowym lakierowanym proszkowo?

Odpowiedź 14

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Wózek zabiegowy – 3 szt.**Pytanie 15**

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 960 x 700 x 500 mm?

Odpowiedź 15

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści wózek bez uchwytu na worki?

Odpowiedź 16

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści wózek bez miski osadzonej w ruchomym koszyku?

Odpowiedź 17

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części 1 – Wózek do przewożenia potraw – 2 szt.**Pytanie 18**

Czy Zamawiający dopuści wózek z trzema wyjmowanymi tacami?

Odpowiedź 18

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści wózek z tacami o wymiarach dług. 700 x szer. 500 mm x wys. 30 mm?

Odpowiedź 19

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części 1 – Wózek do transportu chorych z wyposażeniem – 1 szt.**Pytanie 20**

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 730 mm?

Odpowiedź 20

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie 550 x 950 mm?

Odpowiedź 21

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-72°?

Odpowiedź 22

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Wózek na urządzenia medyczne – 1 szt.**Pytanie 23**

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości szkieletu 900 mm?

Odpowiedź 23

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości szkieletu 500 mm?

Odpowiedź 24

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości szkieletu 960 mm?

Odpowiedź 25

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 3 półki ze stali lakierowanej proszkowo bądź ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź 26

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści wózek bez wysięgnika na kabel pacjenta?

Odpowiedź 27

Nie.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści wózek bez regulacji wysokości położenia półek?

Odpowiedź 28

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści wózek bez krążków odbojowych?

Odpowiedź 29

Nie.

Dotyczy części 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem – 23 szt.**Pytanie 30**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z blachy pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV?

Odpowiedź 30

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu stałego 400 x 400 mm?

Odpowiedź 31

Nie.

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu bocznego 310 x 550 mm?

Odpowiedź 32

Nie.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości blatu bocznego 780 mm?

Odpowiedź 33

Nie.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o regulacji blatu bocznego w zakresie 780 – 1180 mm?

Odpowiedź 34

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 4 – Waga lekarska – 1 szt.

Pytanie 35

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi zasilanej bateryjnie i opcjonalnie poprzez zasilacz sieciowy. Proponowana waga jest bardzo energooszczędna (ok. 16.000 pomiarów na jednym zestawie baterii dostarczanych przy dostawie, co starcza na lata pracy) i może być ustawiona w dowolnym miejscu pomieszczenia, bez względu na dostępność źródła zasilania elektrycznego.

Odpowiedź 35

Zamawiający dopuszcza wagę zasilaną bateryjnie, wyposażoną w zasilacz sieciowy.

Pytanie 36

Prosimy o dopuszczenie wagi o maksymalnej nośności 200 kg i dokładności odczytu:

100 g < 150 kg > 200 g

Odpowiedź 36

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Czy Zamawiający chciałby, aby waga wyposażona była we wzrostomierz o zakresie pomiaru 60 – 200 cm? Zakres taki pozwala na mierzenie wzrostu nawet małych dzieci w pozycji stojącej.

Odpowiedź 37

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części 1 – Kozetka lekarska – 2 szt.

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę z możliwością regulacji nachylenia podglówka w zakresie 0-45° co jest parametrem znacznie lepszym od wymaganego.

Odpowiedź 38

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Krzesło obrotowe z oparciem na ręce – 12 szt.

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesła z regulacją wysokości w zakresie 425-555mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 39

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesła o średnicy podstawy wynoszącej 630mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 40

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesła, którego oparcie jest wysokości 535-590mm i szerokości około 500mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 41

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Leżanka drewniana – 1 szt.

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leżankę o długości 1800mm, szerokości 65cm i wysokości 65cm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 42

Nie.

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leżankę o długości 2000mm, szerokości 65cm i wysokości 65cm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 43

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Łóżko szpitalne metalowe z materacem – 23 szt.

Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości 940mm i wysokości 500mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 44

Jeśli podana szerokość 940 mm dotyczy łóżka z zamontowanymi barierkami wówczas Zamawiający nie dopuszcza.

Jeśli podana szerokość 940 mm dotyczy łóżka bez zamontowanych barierek wówczas Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Parawan lekarski – 3 szt.

Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan o wymiarach 1000x1700mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 45

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Stojak do wlewów i kroplówek – 8 szt.

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak o regulowanej wysokości w zakresie 1320-2250mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 46

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Taboret obrotowy – 2 szt.

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret o średnicy siedziska 340mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 47

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret o regulacji wysokości w zakresie 440-540mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 48

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Taboret szpitalny – 23 szt.

Pytanie 49

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret z okrągłym siedziskiem? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 49

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret o wysokości w zakresie 480mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 50

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Wózek zabiegowy – 3 szt.**Pytanie 51**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, fronty szuflad z wysokiej jakości polietylenu dostępnego w jednym z pięciu kolorów (zielony, niebieski, czerwony, żółty, fioletowy) natomiast blat w zależności od preferencji użytkownika ze stali nierdzewnej lub tworzywa ABS? Oferowane rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego, zapewnia maksymalną wytrzymałość wózka oraz długi okres jego eksploatacji.

**Odpowiedź 51**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach: wysokość 950mm, głębokość 480mm oraz długość 640mm? Oferowane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych i nie wpływają na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź 52

Nie.

Pytanie 53

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w trzy szuflady o wysokościach użytkowych odpowiednio: 1 x 50mm, 2x100mm wyposażone w wyciągane tworzywowe kosze odporne na detergenty? Oferowane rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego, dzięki dodatkowej szufladzie o wysokości 50mm umożliwiającej przechowywanie drobnych leków czy ampulek.

Odpowiedź 53

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w szuflady, dwa blaty z zabezpieczeniami z trzech stron oraz uchwyt na worek na odpady? Oferowane wyposażenie zapewnia maksymalną funkcjonalność wózka.

Odpowiedź 54

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek, którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, fronty szuflad z wysokiej jakości polietylenu dostępnego w jednym z pięciu kolorów (zielony, niebieski, czerwony, żółty, fioletowy) natomiast blat w zależności od preferencji użytkownika ze stali nierdzewnej lub tworzywa ABS? Oferowane rozwiązanie, zapewnia maksymalną wytrzymałość wózka oraz długi okres jego eksploatacji.

Odpowiedź 55

Nie wymagamy, ale dopuszczamy.

Pytanie 56

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek, wyposażony w cztery podwójne cichobieżne koła o średnicy 100mm, bez widocznej osi toczenia, z niebrudzącym bieżnikiem z czego dwa z podwójną blokadą co do toczenia i obrotu, umieszczone w narożach wózka? Oferowane rozwiązanie zapewnia maksymalną mobilność a dzięki dużym kołom znacznie ułatwia pokonywanie wzniesień czy też progów.

Odpowiedź 56

Nie wymagamy, ale dopuszczamy.

Pytanie 57

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek o nośności konstrukcji do 400kg, oraz ładowności każdej z szuflad rzędu 30kg? Wprowadzenie powyższego wymogu umożliwi zaoferowanie wyłącznie wózków najwyższej jakości, gwarantujących długotrwały okres użytkowania sprzętu.

**Odpowiedź 57**

Nie wymagamy, ale dopuszczamy.

Dotyczy części 1 – Wózek do przewożenia potraw – 2 szt.**Pytanie 58**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach całkowitych: szerokość 700mm, długość 1300mm, wysokość 850mm? Oferowane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych.

Odpowiedź 58

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części 1 – Wózek do transportu chorych – 1 szt.**Pytanie 59**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, którego regulacja wysokości leża odbywa się w zakresie 665-915mm? Podany parametr wysokości minimalnej nieznacznie odbiega od wymaganego i nie wpływa znacząco na jakość wózka.

Odpowiedź 59

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali pokrytej następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu, natomiast całość konstrukcji jest próżniowo pokryta termoplastycznym tworzywem? Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego gdyż wszystkie części metalowe są bardzo dokładnie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem otoczenia.

Odpowiedź 60

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w koła o średnicy 150 mm co jest parametrem absolutnie wystarczającym dzięki wysoko poniesionej podstawie i pozwala na pokonywanie zarówno dużych pochyłości jak i progów?

Odpowiedź 61

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 62

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony bariery boczne wykonane z profili stalowych pokrytych elastycznym antypoślizgowym tworzywem? Oferowane rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego.

Odpowiedź 62

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek, którego konstrukcja oparta jest na pojedynczej kolumnie wznoszącej, co z punktu widzenia dostępu do pacjenta personelu czy też ramienia C jest rozwiązaniem znacznie korzystniejszym? Nowoczesna konstrukcja oraz wytrzymała kolumna zapewniają najwyższą stabilność wózka oraz maksymalny dostęp do pacjenta przy ograniczonych wymiarach podstawy oraz masie wózka.

Odpowiedź 63

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek, wyposażony w centralną pojedynczą blokadę kół uruchamianą za pomocą dwóch ram nożnych umieszczonych obustronnie wzdłuż dłuższej krawędzi podstawy oraz dodatkowe piąte koło opuszczane do podłoża? Oferowane rozwiązanie zapewnia maksymalną mobilność oraz umożliwia blokowanie kół z każdego miejsca.

Odpowiedź 64

Nie.

Pytanie 65

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek wyposażony w wyprofilowaną podstawę na dodatkowy sprzęt medyczny oraz rzeczy osobiste pacjenta? Parametr ten znacznie zwiększa funkcjonalność wózka.

Odpowiedź 65

Nie.

Pytanie 66

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek, wyposażony w bariery opuszczane pod leże z dodatkową możliwością rozłożenia ich w pozycji horyzontalnej, dzięki czemu mogą

zostać wykorzystane jako półka pomocnicza, oparcie ręki czy też dodatkowa podpora przy transferze pacjenta na łóżko?



Odpowiedź 66

Nie.

Dotyczy części 1 – Wózek na czystą i brudną bieliznę – 1 szt.

Pytanie 67

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego konstrukcja wykonana jest z profili stalowych malowanych proszkowo? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 67

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego blat ma wymiary 580x550mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 68

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego całkowite wymiary wynoszą 580x1050mm a wysokość 1080mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 69

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, nie posiadający krążków odbojowych? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 70

Nie.

Dotyczy części 1 – Wózek na urządzenia medyczne – 1 szt.

Pytanie 71

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego cała konstrukcja wykonana jest z profili stalowych malowanych proszkowo? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 71

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, o wymiarach całkowitych: długość 500mm, szerokość 560mm, wysokość 1200mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 72

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, nie posiadający krążków odbojowych? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 73

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, wyposażony w półki montowane na stałe? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 73

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem – 23 szt.

Pytanie 74

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o wymiarach blatu stałego 450x520mm i wysokości 840mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 74

Nie.

Pytanie 75

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o wymiarach blatu stałego 510x400mm i wysokości 860mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 75

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania z możliwością regulacji wysokości blatu bocznego w zakresie 80-110cm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 76

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania z możliwością regulacji wysokości blatu bocznego w zakresie 76-106cm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 77

Nie.

Pytanie 78

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania z możliwością regulacji pochylenia blatu bocznego dwustopniowo o 30 i 60°? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź 78

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 4 – Ssak elektryczny – 1 szt.**Pytanie 79**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części IV **Pozycji 6 – ssak elektryczny** do osobnej części?

Odpowiedź 79

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka umiejscowionego na stabilnej podstawie jezdnej, na 4 kołach w tym dwa z blokadą, z koszem na dren ssący, z płynną regulacją podciśnienia w zakresie min. 0-95 kPa, o poziomie hałasu 45 dB?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 80

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Parawan lekarski – 3 szt.**Pytanie 81**

Czy Zamawiający dopuści parawan lekarski o wymiarach 1000x1850mm?

Odpowiedź 81

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Taboret szpitalny – 23 szt.**Pytanie 82**

Czy Zamawiający dopuści taboret szpitalny na stelażu wykonanym z profili stalowych pokrytych farbą proszkową odporną na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne, promieniowanie UV?

Odpowiedź 82

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Wózek do transportu chorych z wyposażeniem – 1 szt.**Pytanie 83**

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych bez funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odpowiedź 83

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Leżanka drewniana – 1 szt.**Pytanie 84**

Czy Zamawiający dopuści leżankę drewnianą o szerokości 70cm i wysokości 65cm?

Odpowiedź 84

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy – 2 szt.**Pytanie 85**

Czy Zamawiający dopuści materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy o wysokości 11cm?

Odpowiedź 85

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Wózek na czystą i brudną bieliznę – 1 szt.**Pytanie 86**

Czy Zamawiający dopuści wózek na czystą i brudną bieliznę o konstrukcji ze stali kwasoodpornej z szafka z płyty meblowej laminowanej?

Odpowiedź 86

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87

Czy Zamawiający dopuści wózek na czystą i brudną o wymiarach 580x1050mm?

Odpowiedź 87

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Wózek na urządzenia medyczne – 1 szt.**Pytanie 88**

Czy Zamawiający dopuści wózek na urządzenia medyczne o szerokości 450mm?

Odpowiedź 88

Nie.

Pytanie 89

Czy Zamawiający dopuści wózek na urządzenia medyczne, którego szkielet jest metalowy pokryty powłoką chromową?

Odpowiedź 89

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 4 – Ssak elektryczny – 1 szt.**Pytanie 90**

Do pomiaru warunków akustycznych stosowanych jest wiele różnych wielkości i wskaźników. Aby umożliwić sprawiedliwą i jednolitą dla wszystkich uczestników ocenę spełniania kryteriów wyznaczonych przez Zamawiającego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie oceniał poziom dźwięku emitowanego przez urządzenie rozumiany jako poziom ciśnienia akustycznego skorygowanego według krzywej korekcji A, wzoru (wg ISO 1996-1) czy jako równoważny poziom hałasu (równoważny poziom dźwięku A)?

Odpowiedź 90

Zamawiający oczekuje, że poziom dźwięku mierzony dedykowanym do tego celu urządzeniem nie przekroczy żądanej w SIWZ wartości przy maksymalnej wydajności ssaka.

Pytanie 91

Dla umożliwienia właściwej i równej dla wszystkich oceny spełnienia kryteriów ustanowionych przez Zamawiającego uprzejmie prosimy o określenie w jakiej odległości od urządzenia dokonany ma być poziom natężenia emitowanego dźwięku wraz z określeniem poziomu obciążenia przy jakim ma być podana wartość pomiaru.

Odpowiedź 91

Poziom dźwięku mierzony bezpośrednio przy ssaku podczas pracy z maksymalną wydajnością.

Pytanie 92

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie ssaka, którego poziom głośności ustalony jest na poziomie 40 +/- 2 dB? W otwartej przestrzeni natężenie dźwięku ze źródła punktowego maleje z kwadratem odległości, dlatego podane wartości dotyczą poziomu natężenia w pobliżu źródła dźwięku w standardowej odległości - aby to wyliczyć sprawiedliwie dla każdego urządzenia musiała by być taka sama odległość.

Odpowiedź 92

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie ssaka, którego poziom generowania dźwięku jest ustalony na poziomie 40 +/- 2 dB? Nie da się określić jednej wartości dla emitowanych dźwięków, ponieważ zgodnie z prawem Webera Fechnera postrzeganie głośności dźwięku związane jest ze względną zmianą bodźca, co za tym idzie, każdy najmniejszy wpływ otoczenia wpłynie na zwiększenie poziomu hałasu, a ponadto jest on w dużym stopniu uzależniony od akustyki pomieszczenia, w którym urządzenie będzie pracowało.

Odpowiedź 93

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94

Co Zamawiający miał na myśli w pkt. 11 „poziom hałasu nie przekraczający 40 dB”? Podając wartość poniżej 40 dB Zamawiający nie określił czy ssak będzie pracował z pełną/maksymalną wydajnością czy też nie? Wpisując w parametrach 40dB +/- 2 bierzemy pod uwagę pracę ssaka z różną wydajnością. Prosimy o dopuszczenie w/w parametru.

Odpowiedź 94

Zamawiający rozumie, że przy pracy z maksymalną wydajnością poziom dźwięku generowanego przez ssak nie przekroczy oczekiwanej przez Zamawiającego wartości.

Dotyczy części 4 – Defibrylator z podglądem EKG – 1 szt.**Pytanie 95**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator o czasie monitorowania min. 150 min i o co najmniej 130 rozładowaniach z energią maksymalną 200 J?

Odpowiedź 95

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy o zakresie energii 200 J i 16 poziomach energii zewnętrznej (1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 200 J)? Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej stanowi indywidualne rozwiązanie przyjęte przez konkretnego producenta, oferowany przez nas defibrylator posiada zgodne z normami bezpieczeństwa zakresy energii wraz z odpowiadającą im ilością stopni dostępności energii zewnętrznej zapewniające defibrylacje różnych grup wiekowych, co potwierdzają stosowne świadectwa dopuszczenia do stosowania. Ponadto ilość poziomów energii zewnętrznej nie ma żadnego wpływu na skuteczność działania defibrylatora a w szczególności na osiągnięcie celu defibrylacji. 16 dostępnych poziomów energii zapewnia możliwość precyzyjnego dostosowania wartości energii w zależności od prowadzonej przez Użytkownika terapii.

Odpowiedź 96

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator o odczycie z 3, 5 lub 10 odprowadzeń EKG?

Odpowiedź 97

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98

Czy Zamawiający wymaga, by defibrylator posiadał wskaźnik częstości akcji serca od 0 do 300 uderzeń/minutę?

Odpowiedź 98

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 99

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator dwufazowy z drukarką termiczną o szerokości wydruku 50 mm? Jest to, bowiem standardowy wymiar papieru stosowany przez większość producentów nowoczesnych defibrylatorów, zapewniający dostateczną, jakość i czytelność wydruku? Ponadto jest to opcja tańsza w dalszej eksploatacji, a co za tym idzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

Odpowiedź 99

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator bez możliwości wprowadzenia do raportów krótkich opisów tekstowych? Defibrylator posiada kalkulator leków oraz umożliwia wydruk wszystkich zdarzeń wykonywanych podczas reanimacji/monitorowania oraz wydruk trendów graficznych i tabelarycznych bez konieczności przesyłania danych do komputera. Wydruk jest możliwy bezpośrednio z łyżek defibrylacyjnych.

Odpowiedź 100

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator bez możliwości zapamiętywania odcinka krzywej EKG? Defibrylator posiada pamięć wewnętrzną na min. 100 epizodów i trendów graficznych.

Odpowiedź 101

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102

Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator posiadał wybór częstości impulsów od 30 do 180/min. i o prądzie stymulacji w zakresie od 0 do 150 mA?

Odpowiedź 102

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 103

Co Zamawiający ma na myśli pisząc w pkt. 32 „Urządzenie do ładowania i rekondycjonowania akumulatorów. Czas ładowania od 0 do 100% do 1,5 h”?

Odpowiedź 103

Przez to sformułowanie Zamawiający rozumie urządzenie eliminujące efekt pamięciowy akumulatorów, które zapewnia ładowanie akumulatora od 0 do 100% w czasie krótszym niż 1,5 h.

Pytanie 104

Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator posiadał uchwyt karetkowy lub uchwyt na łóżko?

Odpowiedź 104

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 105

Czy Zamawiający oczekuje by zaproponowany defibrylator umożliwiał w każdej chwili w zależności od zaistniałej sytuacji, natychmiastową analizę zapisu EKG poprzez zastosowanie opcji zatrzymania krzywej EKG w czasie rzeczywistym na ekranie defibrylatora. Jest to rozwiązanie o tyle istotne, iż Zamawiający oprócz rozwiązań standardowych tj. pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej pozwalającej na prześledzenie zarejestrowanych danych

poprzez wydruk zapisu EKG i analizę tegoż wydruku, ma możliwość bezpośredniej oceny klinicznej stanu pacjenta w danej chwili a co za tym idzie ma możliwość podjęcia szybkiej reakcji w stanie zagrożenia życia.

Odpowiedź 105

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 106

Czy Zamawiający oczekuje by defibrylator posiadał umieszczony na stałe, na ekranie monitora znak/symbol graficzny, który umożliwia ocenę aktualnego stanu naładowania akumulatora? Defibrylator posiadający wskaźnik poziomu naładowania akumulatora w postaci symbolu graficznego na ekranie daje bezpieczeństwo stosowania zarówno dla personelu medycznego jak i potencjalnego pacjenta.

Odpowiedź 106

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 107

Czy Zamawiający wymaga w ramach bezpiecznej obsługi, w różnych warunkach otoczenia, aby długość przewodów do łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych wynosiła ok. 3m, co stanowi duże ułatwienie, gdyż nie jest konieczne przenoszenie urządzenia podczas akcji ratunkowej?

Odpowiedź 107

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Łóżko szpitalne metalowe z materacem – 23 szt.

Pytanie 108

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z materacem, w którym regulacja oparcia pleców odbywa się za pomocą sprężyny gazowej? Jest to rozwiązanie korzystniejsze ze względu na komfort obsługi przez personel.

Odpowiedź 108

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części 1 – Wózek do przewożenia potraw – 2 szt.

Pytanie 109

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia potraw w rozmiarze 1291X704X889 mm (szer. x gł. x wys.) wraz z tacami ze stali nierdzewnej w rozmiarze 650x530x40 mm? Są to parametry optymalne dla wózków, które mają służyć rozwożeniu potraw.

Odpowiedź 109

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 4 – Ssak elektryczny – 1 szt.

Pytanie 110

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o poziomie hałasu 40 dB?

Odpowiedź 110

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Kozetka lekarska – 2 szt.

Pytanie 111

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o szerokości 55cm?

Odpowiedź 111

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Taboret obrotowy – 2 szt.

Pytanie 112

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy, o średnicy siedziska 320mm?

Odpowiedź 112

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 113

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy, którego wysokość jest regulowana w zakresie 440-610mm?

Odpowiedź 113

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy który ma podstawę czteroramienną?

Odpowiedź 114

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Taboret szpitalny – 23 szt.

Pytanie 115

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret szpitalny o wielkości siedziska 285 x 320mm?

Odpowiedź 115

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 116

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret szpitalny którego konstrukcja jest lakierowana farbą proszkową?

Odpowiedź 116

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret szpitalny, którego siedzisko wykonane jest z wodoodpornej płyty Unilam (dostępność w różnych kolorach).

Odpowiedź 117

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Wózek zabiegowy – 3 szt.

Pytanie 118

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek Zabiegowy o wymiarach 1000 x 430 x 890mm (dł. x szer. x wys.)?

Odpowiedź 118

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części 1 – Wózek do transportu chorych z wyposażeniem – 1 szt.

Pytanie 119

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o wymiarach zewnętrznych 2050-730mm

Odpowiedź 119

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulowaną wysokością w zakresie 600-900mm?

Odpowiedź 120

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 121

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z segmentami leża wypełnioną płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG(łóżko wyposażone w prowadnice na kasety, umożliwiające jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości leża)?

Odpowiedź 121

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Wózek na urządzenia medyczne – 1 szt.**Pytanie 122**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek na urządzenia medyczne, posiadający szufladę w dolnej części wózka zamiast półki wykonanej z metalowej siatki?

Odpowiedź 122

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek na urządzenia medyczne, którego półki wykonane są z blachy?

Odpowiedź 123

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek na urządzenia medyczne o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 720?? x 570 x 1200?

Odpowiedź 124

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 4 – Pompa infuzyjna strzykawkowa – 3 szt.**Dotyczy części 4 – Pompa infuzyjna objętościowa – 1 szt.****Pytanie 125**

Czy zamawiający dopuści klasę I, typ CF, ochrona przed wilgocią IP22?

Pragniemy zwrócić uwagę, że obie klasy ochronności są przez normę medyczną IEC/EN60601-1 traktowane równoważnie.

Odpowiedź 125

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 126

Czy zamawiający dopuści pompy o wadze nie przekraczającej 2,5 kg.

Waga naszej pompy zawiera zarówno uchwyt do przenoszenia, jak również uchwyt mocujący, oraz zasilacz sieciowy. Natomiast w pompach o wadze 1,5 kg wszystkie te elementy są dodatkowymi częściami wyposażenia i nie są wliczane w wagę głównego urządzenia.

Odpowiedź 126

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 127

Czy zamawiający dopuści pompę połączoną na stałe z uchwytem mocującym?

Pompa z odłączalnym uchwytem musi być każdorazowo rozpięta przed włożeniem do stacji dokującej. Uchwyt odłączalny jest elementem dodatkowym wymagającym miejsca do jego schowania oraz każdorazowo czasu do jego znalezienia i spięcia z urządzeniem lub rozpięcia przy wkładaniu pompy do stacji dokującej.

Odpowiedź 127

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części 4 – Ssak elektryczny – 1 szt.**Pytanie 128**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bardzo cichy ssak elektryczny o głośności nie przekraczającej 42 dB?

Odpowiedź 128

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 4 – Waga lekarska – 1 szt.**Pytanie 129**

Czy Zamawiający dopuści wagę lekarską, której czas pracy na bateriach wynosi ok. 35 godzin?

Odpowiedź 129

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 130

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę lekarską która nie jest wyposażona w kółka transportowe?

Odpowiedź 130

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części 4 – Defibrylator z podglądem EKG – 1 szt.**Pytanie 131**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, którego temperatura pracy zawiera się w zakresie od 0 do +45°C, a temperatura przechowywania w zakresie od -20 do +60°C?

Odpowiedź 131

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 132

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakresem 40 – 170 imp/min. w trybie stymulacji?

Odpowiedź 132

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 133

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania 3 godziny do 100% pojemności?

Odpowiedź 133

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Kozetka lekarska – 1 szt.**Pytanie 134**

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską z regulacją zagłówka w zakresie 0-40°, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź 134

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o szerokości 555 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź 135

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Stojak do wlewów i kroplówek – 8 szt.**Pytanie 136**

Czy Zamawiający dopuści stojak do wlewów i kroplówek z regulacją wysokości w zakresie 1400-22270 mm?

Odpowiedź 136

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 –Taboret obrotowy – 2 szt.**Pytanie 137**

Czy Zamawiający dopuści taboret o średnicy siedziska 320 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź 137

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138

Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości w zakresie 490-660 mm?

Odpowiedź 138

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 139

Czy Zamawiający dopuści taboret z podstawą czteroramienną, co w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność taboretu?

Odpowiedź 139

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Taboret szpitalny – 23 szt.**Pytanie 140**

Czy Zamawiający dopuści taboret szpitalny z siedziskiem o długości 320 mm i szerokości 285 mm?

Odpowiedź 140

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141

Czy Zamawiający dopuści taboret szpitalny wykonany z profili stalowych, pokrytych lakierem?

Odpowiedź 141

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Wózek zabiegowy – 3 szt.**Pytanie 142**

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy z tacami wykonanymi ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź 142

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy bez miski na środki dezynfekcyjne?

Odpowiedź 143

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 144

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy z dwoma tworzywowymi miskami umieszczonymi na ruchomym uchwycie (nie koszyk)?

Odpowiedź 144

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 145

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy bez uchwytu na worki?

Odpowiedź 145

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 146

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy wykonany z profili stalowych pokrytych chromem?

Odpowiedź 146

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Wózek do transportu chorych z wyposażeniem – 1 szt.**Pytanie 147**

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o szerokości 730 mm?

Odpowiedź 147

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 148

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją wysokości w zakresie 600-900 mm?

Odpowiedź 148

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 149

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-60°?

Odpowiedź 149

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 150

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z kołami o średnicy 150 mm?

Odpowiedź 150

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części 1 – Wózek jezdny siedzący – 3 szt.**Pytanie 151**

Czy Zamawiający dopuści wózek jezdny siedzący, którego wytrzymałość na obciążenie wynosi 90 kg?

Odpowiedź 151

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 152

Czy Zamawiający dopuszcza wózek, którego całkowita szerokość (przy siedzisku 46) wynosi 67cm?

Odpowiedź 152

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem – 23 szt.**Pytanie 153**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu stałego 400 x 430 mm?

Odpowiedź 153

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 154

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu bocznego 520 x 430 mm?

Odpowiedź 154

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 155

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości blatu stałego 810 mm?

Odpowiedź 155

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 156

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z przechyłem blatu bocznego 60°?

Odpowiedź 156

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 157

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 810-1005 mm?

Odpowiedź 157

Nie.

Pytanie 158

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu bocznego 520 x 360 mm?

Odpowiedź 158

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Leżanka drewniana – 1 szt.**Pytanie 159**

Czy Zamawiający dopuści leżankę drewnianą o długości 184 cm, szerokości 68 cm, wysokości 65 cm?

Odpowiedź 159

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 160

Czy Zamawiający dopuści leżankę drewnianą z regulacją żagłówka w zakresie 0-30°?

Odpowiedź 160

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 161

Czy Zamawiający dopuści leżankę drewnianą bezpiecznym obciążeniu 200 kg?

Odpowiedź 161

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 1 – Wózek na czystą i brudną bieliznę – 1 szt.

Pytanie 162

Czy Zamawiający dopuści wózek do brudnej bielizny wykonany z płyty meblowej pokrytej melaminą, osadzonej w ramie wykonanej z rurki ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź 162

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 163

Czy Zamawiający dopuści wózek do brudnej bielizny z blatem o wymiarach 550 x 515 mm?

Odpowiedź 163

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 164

Czy Zamawiający dopuści wózek do brudnej bielizny z blatem o wymiarach 600 x 400 mm?

Odpowiedź 164

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 165

Czy Zamawiający dopuści wózek do brudnej bielizny z 2 uchwytami na worki z tyłu szafki?

Odpowiedź 165

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 166

Czy Zamawiający dopuści wózek do brudnej bielizny z workami poliestrowymi z gwarancją 1000-krotnego prania?

Odpowiedź 166

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 167

Czy Zamawiający dopuści wózek do brudnej bielizny bez krążków odbojowych?

Odpowiedź 167

Nie.

Pytanie 168

Czy Zamawiający dopuści wózek do brudnej bielizny o wymiarach 600 x 995 x 1090 mm?

Odpowiedź 168

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 169

Czy Zamawiający dopuści wózek do brudnej bielizny o wymiarach 490 x 1000 x 1100 mm?

Odpowiedź 169

Nie

Pytanie 170

Czy Zamawiający dopuści wózek do brudnej bielizny o wymiarach 600 x 940 x 1090 mm?

Odpowiedź 170

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 4 – Defibrylator z podglądem EKG – 1 szt.

Pytanie 171

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością pracy urządzenia i ładowania akumulatora z sieci AC 100-240V / 50-60 Hz, ale bez zasilania prądem stałym?

Odpowiedź 171

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 172

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, w którym czas pracy przy zasilaniu bateryjnym wynosi: dla monitorowania: 150 min., a przy defibrylacji z maksymalną energią 270J zasilanie bateryjne pozwala na 70 wyładowań?

Odpowiedź 172

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 173

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, dla którego temperatura pracy wynosi od 0 do +45°C?

Odpowiedź 173

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 174

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, w którym dostępne jest 14 poziomów energii (2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 270 J)?

Odpowiedź 174

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 175

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, w którym wydruk EKG odbywa się na drukarce termicznej przystosowanej do papieru o szerokości 50mm?

Odpowiedź 175

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 176

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez możliwości wprowadzenia do raportów krótkich opisów tekstowych rejestrujących stosowane procedury resuscytacyjne i podawane leki?

Odpowiedź 176

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 177

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z pamięcią 46 epizodów z defibrylacji z zapamiętywanym odcinkiem krzywej EKG: 8 sekund przed i 12 sekund po defibrylacji dla każdego z epizodów?

Odpowiedź 177

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 178

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez urządzenia do ładowania i rekondycjonowania akumulatorów (opcja ta znacznie podwyższy koszt oferowanego urządzenia)? Akumulatory są ładowane automatycznie po podłączeniu defibrylatora do zasilania sieciowego prądem zmiennym. Urządzenie do zewnętrznego ładowania akumulatorów jest stosowane głównie dla defibrylatorów karetkowych, gdzie istnieje ograniczona możliwość doładowania akumulatora.

Odpowiedź 178

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 179

Czy z uwagi na to, że Zamawiający nie wymaga przewodu EKG 10-odprowadzeniowego zostanie dopuszczony defibrylator bez opcji 12-to odprowadzeniowego EKG (opcja ta znacznie podwyższy koszt oferowanego urządzenia)? W warunkach wewnątrzszpitalnych

najczęściej badanie to wykonywane jest przez aparat EKG, a dla defibrylatorów stosuje się głównie w urządzeniach karetkowych.

Odpowiedź 179

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 2 – Chłodziarka – 1 szt.

Pytanie 180

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o zużyciu energii 0,38 kWh/24h i bez wyświetlacza elektronicznego?

Odpowiedź 180

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 181

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę ze sterowaniem elektronicznym i wyświetlaczem LCD lub LED?

Odpowiedź 181

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 2 – Lodówka do przechowywania leków – 1 szt.

Pytanie 182

Czy Zamawiający dopuści lodówkę do przechowywania leków z dobowym zużyciem energii 0,67 kWh i bez wyświetlacza?

Odpowiedź 182

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 183

Czy Zamawiający dopuści lodówkę ze sterowaniem elektronicznym i wyświetlaczem LCD lub LED?

Odpowiedź 183

Tak, Zamawiający dopuszcza.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

III. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.09.2011 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Andrzej Plutecki

.....