



Radomsko, 31.10.2011r.

**Do:**  
**Wszyscy nabywcy SIWZ**

WP.272.39.05.2011

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawa wraz z montażem aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36**”.

- I.** Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań do SIWZ zadanych przez Wykonawców oraz treść udzielonych odpowiedzi.

**Dotyczy części 2 – Ssak elektryczny – 1 szt.**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o wydajności ssania 35 l/min. co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

**Odpowiedź 1**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wydzieli z części 2 ssak elektryczny? Umożliwi to zaoferowanie sprzętu większej ilości oferentów.

**Odpowiedź 2**

Nie.

**Dotyczy części 2 – Defibrylator z podglądem EKG – 1 szt.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści 20 defibrylacji o mocy 200 J i monitorowanie 5h (EKG, SpO2, CO2, temperatury i dwa ciśnienia inwazyjne nieprzerwanie, NBP mierzony co 15 min.)?

**Odpowiedź 3**

Tak, dopuszczamy.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający w pkt. 24 dopuści drukarkę termiczną na papier o szerokości 50 mm?

**Odpowiedź 4**

Tak, dopuszczamy.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający w pkt. 33 dopuści EKG 3, 5 odprowadzeniowe?

**Odpowiedź 5**

Tak, dopuszczamy.

#### **Dotyczy – SIWZ, Rozdział 4**

##### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia w zakresie Części II z 21 na 30 dni od daty podpisania umowy? Jeżeli nie to proszę o podanie terminu, o jaki Zamawiający jest w stanie wydłużyć realizację zamówienia.

##### **Odpowiedź 6**

Nie, Zamawiający nie zamierza wydłużyć terminu realizacji zamówienia.

#### **Dotyczy – SIWZ, Rozdział 6 pkt.6.3.1.**

##### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych dopuści złożenie deklaracji zgodności, w przypadku produktów sklasyfikowanych do klasy I i certyfikatów CE wystawionych przez jednostkę notyfikowaną, w przypadku wyrobów medycznych sklasyfikowanych do klasy IIa IIb i III?

Informujemy, iż wiele firm dokonywało zgłoszenia/powiadomienia lub przeniesienia swoich wyrobów do bazy danych do Prezesa Urzędu za pomocą korespondencji wysyłanej drogą pocztową. W związku z tym nie posiadają potwierdzonego przez Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia wyrobu medycznego/powiadomienia o wyrobie medycznym.

##### **Odpowiedź 7**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Rozdziale 6 pkt. 6.3.1. SIWZ. Jednakże w przypadku zgłoszenia/powiadomienia lub przeniesienia wyrobów do bazy danych Prezesa Urzędu za pomocą korespondencji pocztowej Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty treści przedmiotowego zgłoszenia /powiadomienia wraz z dowodem jej nadania.

##### **Pytanie 8**

Z uwagi na fakt, iż karty katalogowe, materiały informacyjne, foldery są dokumentami poglądowymi i mogą nie zawierać wszystkich informacji o produkcie czy Zamawiający wyrazi zgodę, by w sytuacji gdy materiały te nie potwierdzają wszystkich parametrów Oferent dołączył również oświadczenie potwierdzające, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania techniczne wymagane przez Zamawiającego?

##### **Odpowiedź 8**

Zamawiający nie wymaga dodatkowego oświadczenia. Oświadczenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego stanowi **Dodatek nr 5 do SIWZ.**

#### **Dotyczy - dodatek nr 8 do SIWZ**

##### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt 5 b) paragrafu 6 wzoru umowy z „przystąpić do usunięcia wady w terminie 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia i dokonać usunięcia wady w terminie wskazanym przez Kupującego, nie dłuższym niż 7 dni” na zapis ” przystąpić do usunięcia wady w terminie 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dokonać usunięcia wady w terminie wskazanym przez Kupującego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych”

##### **Odpowiedź 9**

Zamawiający nie wyraża zgody.

##### **Pytanie 10**

dot. pkt 12 paragraf 6 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wszelkie sprawy awaryjne i reklamacje Kupujący zgłaszał Sprzedającemu pisemnie faksem?

**Odpowiedź 10**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w §2 ust.1 z **0,2% na 0,1 %** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust.1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, której dotyczy opóźnienie?

**Odpowiedź 11**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie odbioru z **0,2% na 0,1%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust.1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, której dotyczy opóźnienie?

**Odpowiedź 12**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji z **0,2% na 0,1%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust.1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, której dotyczy opóźnienie?

**Odpowiedź 13**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Dotyczy części 2 – Aparat do mierzenia ciśnienia – 3 szt.****Pytanie 14**

(pkt 2 tabeli)– Czy Zamawiający dopuści urządzenie z mankietem zawijanym zakończonym rzepem?

**Odpowiedź 14**

Tak.

**Dotyczy części 2 – Defibrylator z podglądem EKG – 1 szt.****Pytanie 15**

(pkt 24 tabeli) - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z wydrukiem EKG na drukarce termicznej przystosowanej do papieru o szerokości 50 mm?

**Odpowiedź 15**

Tak, dopuszczamy.

**Pytanie 16**

(pkt 33 tabeli) - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w przewód EKG 3-odprowadzeniowy z możliwością rozbudowy tylko o przewód EKG 5-odprowadzeniowy (bez EKG 10-odprowadzeniowego)?

**Odpowiedź 16**

Tak, dopuszczamy.

**Dotyczy części 2 – Pompa infuzyjna strzykawkowa – 3 szt.****Dotyczy części 2 – Pompa infuzyjna objętościowa – 1 szt.****Pytanie 17**

Dot. punktu 3 – klasa ochronności: klasa II, typ CF, ochrona przed wilgocią min IP22.

Czy Zamawiający dopuści klasę I, typ CF, ochrona przed wilgocią IP22? Pragniemy zwrócić uwagę, że obie klasy ochronności są przez normę medyczną IEC/EN60601-1 traktowane równoważnie.

**Odpowiedź 17**

Tak, dopuszczamy.

**Pytanie 18**

Dot. punktu 6 – ciężar nie większy niż 1,5 kg.

Czy Zamawiający dopuści pompy o wadze nie przekraczającej 2,5 kg? Waga naszej pompy zawiera zarówno uchwyt do przenoszenia, jak również uchwyt mocujący oraz zasilacz sieciowy. Natomiast w pompach o wadze 1,5 kg wszystkie te elementy są dodatkowymi częściami wyposażenia i nie są wliczone w wagę głównego urządzenia.

**Odpowiedź 18**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 19**

Dot. punktu 12 – możliwość odłączania uchwyty mocującego od pompy.

Czy Zamawiający dopuści pompę połączoną na stałe z uchwytem mocującym? Pompa z odłączalnym uchwytem musi być każdorazowo rozpięta przed włożeniem do stacji dokującej. Uchwyt dołączalny jest elementem dodatkowym wymagającym miejsca do jego schowania oraz każdorazowo czasu do jego znalezienia i spięcia z urządzeniem lub rozpięcia przy wkładaniu pompy do stacji dokującej.

**Odpowiedź 19**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy części 2 – Aparat do mierzenia ciśnienia – 3 szt.**

**Pytanie 20**

Proszę o określenie ile mankietów Zamawiający wymaga do każdego ciśnieniomierza?

**Odpowiedź 20**

Zamawiający wymaga min. 3 – ech mankietów dla dorosłych do każdego ciśnieniomierza w rozmiarach: mały, średni, duży.

**Dotyczy części 2 – Defibrylator z podglądem EKG – 1 szt.**

**Pytanie 21**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, którego czas pracy z zasilania baterijnego – monitorowanie 180 min. lub defibrylacja z max energią min 70 wyładowań (200J)?

**Odpowiedź 21**

Tak, dopuszczamy.

**Pytanie 22**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, który posiada wskaźnik częstości akcji serca w zakresie 30 – 300?

**Odpowiedź 22**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 23**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, który posiada 4 odprowadzeniowe EKG?

**Odpowiedź 23**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 24**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, którego czas ładowania do 200j jest poniżej 6 s.

**Odpowiedź 24**

Tak, dopuszczamy.

**Pytanie 25**

Dot. punktu 5. Czy zamawiający dopuści defibrylator o ilości wyładowań z pełną energią wynoszącą 100?

**Odpowiedź 25**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 26**

Dot. punktu 12. Czy zamawiający dopuści defibrylator z defibrylacją tylko manualną bez możliwości defibrylacji półautomatycznej?

**Odpowiedź 26**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 27**

Dot. punktu 15. Czy zamawiający dopuści defibrylator o ilości poziomów energii równym 12?

**Odpowiedź 27**

Tak, dopuszczamy.

**Pytanie 28**

Dot. punktu 32. Czy zamawiający dopuści defibrylator o czasie ładowania od 0 – 100% w czasie ok. 6 godzin?

**Odpowiedź 28**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 29**

Czy Zamawiający dopuści torbę transportową ze swobodnym dostępem do elementów regulacyjnych i łyżek, po jej szybkim otwarciu za pomocą zamka błyskawicznego?

**Odpowiedź 29**

Tak, dopuszczamy.

**Pytanie 30**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z czasem pracy zasilania baterijnego – monitorowanie min. 90 min lub defibrylatora z max energią min. 50 wyładowań?

**Odpowiedź 30**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 31**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z temperaturą pracy urządzenia od 0 do +40 °C?

**Odpowiedź 31**

Tak, dopuszczamy.

**Pytanie 32**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z temperaturą przechowywania urządzenia od 20 do +50 °C?

**Odpowiedź 32**

Tak, dopuszczamy.

**Pytanie 33**

Czy Zamawiający dopuści energię defibrylacji dwufazowej w zakresie 1 – 300J?

**Odpowiedź 33**

Tak, dopuszczamy.

**Pytanie 34**

Czy Zamawiający dopuści czas ładowania do energii maksymalnej < 10 sek.?

**Odpowiedź 34**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 35**

Czy Zamawiający dopuści wydruk EKG – drukarka termiczna na papier o szerokości min 57 mm?

**Odpowiedź 35**

Tak, dopuszczamy.

**Pytanie 36**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez EKG 10 – ciodprowadzeniowego?

**Odpowiedź 36**

Tak, dopuszczamy.

**Pytanie 37**

Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator był wyposażony w kabel ekg 3 i 5 żyłowy czy tylko w kabel 3 żyłowy?

**Odpowiedź 37**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy części 2 – Waga lekarska – 1 szt.****Pytanie 38**

Czy Zamawiający dopuści wagę lekarską, której czas pracy na bateriach wynosi ok. 35 godzin?

**Odpowiedź 38**

Tak, dopuszczamy.

**Pytanie 39**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę lekarską, która nie jest wyposażona w kółka transportowe?

**Odpowiedź 39**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy części 2 – Ssak elektryczny – 1 szt.****Pytanie 40**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak posiadający wózek ramowy (brak możliwości zamocowania kosza)?

**Odpowiedź 40**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 41**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak o poziomie głośności 47dB?

**Odpowiedź 41**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 42**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak o płynnej regulacji podciśnienia do 0,8 Bara?

**Odpowiedź 42**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 43**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak o wydajności ssania 29 l?

**Odpowiedź 43**

Nie, zgodnie z SIWZ.

- II.** Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.
- III.** Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.10.2011 r.

*W imieniu Zamawiającego*  
**WICESTAROSTA**  
**Andrzej Plutecki**

.....