



Radomsko 16.11.2011r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.272.44.05.2011

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36”.**

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań do SIWZ zadanych przez Wykonawców oraz treść udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 1

Dodatek nr 1 do SIWZ

Chłodziarka – 1 szt., Pkt 12

Czy zamawiający w pkt 12 dopuści zużycie energii 0,37 kWh/24h?

Odpowiedź 1

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dodatek nr 1 do SIWZ

Lodówka do przechowywania leków – 1 szt., Pkt 31

Czy zamawiający w pkt. 31 dopuści zużycie energii 0,62 kWh/24h?

Odpowiedź 2

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dodatek nr 1 do SIWZ

Lodówka do przechowywania leków – 1 szt., Pkt 32

Czy zamawiający w pkt 32 dopuści poziom hałasu 41 dB?

Odpowiedź 3

Tak. Zamawiający dopuszcza.

- II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

- III. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.11.2011r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Andrzej Plutecki

.....