



Powiat Radomszczański

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarne 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko dnia 02.08.2012r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.272.12.06.2012.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. **„Dostawa wraz z montażem myjek dezynfektor dla oddziału chorych na gruźlicę w Szpitalu Powiatowym w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36”.**

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań do SIWZ zadanych przez Wykonawców oraz treść udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu mycia misek do toalety pacjenta? Wyroby te według normy PN EN ISO 15883-3 nie mogą być myte w urządzeniach przeznaczonych do mycia kaczek i basenów. Misko do toalety chorych należy myć w urządzeniach zgodnych z normą ISO 15883-1 and ISO 15883-2

Odpowiedź 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o konstrukcji ze stali nierdzewnej z komorą mycia, frontem i pokrywą górną wykonaną z trwałych polimerów?

Odpowiedź 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą na wodę wykonaną z trwałych polimerów niezespoloną z wytwornicą pary?

Odpowiedź 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 11 dyszami bez dyszy teleskopowej?
Proponowane urządzeni posiada 9 stałych i 2 obrotowe dysze?

Odpowiedź 4:

Zamawiający wyraża zgodę, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznej dezynfekcji zbiornika na wodę i rur doprowadzających wodę oraz dyszy? Przy każdym cyklu pracy system orurowań i dysz jest dezynfekowany.

Odpowiedź 5:

Zamawiający wyraża zgodę, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zapisu na PC?

Odpowiedź 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez akustycznej informacji o usterce?

Odpowiedź 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 2 programami wybieranymi z panelu głównego a pozostałymi w pamięci urządzenia?

Odpowiedź 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 450mm, głębokości 580mm, wysokości 1320mm?

Odpowiedź 9:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ze względu na zbyt dużą głębokość w stosunku do miejsca przeznaczonego na posadowienie myjni.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poziomie hałasu 53 dB?

Odpowiedź 10:

Zamawiający wyraża zgodę, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści urządzenie jednofazowe?

Odpowiedź 11:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ze względu na uwarunkowania techniczne pomieszczeń przeznaczonych do zainstalowania myjni.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o podłączeniu 110mm?

Odpowiedź 12:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z certyfikatem EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3 wystawionym przez wytwórcę urządzenia?

Odpowiedź 13:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z gwarancją produkcji części przez 10 lat?

Odpowiedź 14:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści zielone baseny?

Odpowiedź 15:

Zamawiający wyraża zgodę, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji umowy do 10 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź 16:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wydłuży czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 9 dni?

Odpowiedź 17:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Dot. rozdziału 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź 18:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. zapisów umowy**Pytanie 19**

§ 5 ust. 3 b. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do usunięcia wady z 24 godzin do 48 godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia oraz wydłużenie terminu usunięcia wady z 7 dni na 7 dni roboczych? Chcieliśmy zauważyć, iż w przypadku przesłania przez Zamawiającego zgłoszenia np. w piątek po południu Wykonawca nie będzie miał możliwości terminowego przystąpienia do usunięcia wad oraz pozostanie mu niewiele czasu na terminowe dokonanie naprawy.

Odpowiedź 19:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

§ 6 ust. 1 a) i ust. 2 - Wnosimy o zmniejszenie kar umownych za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz za którą winę ponosi do 10% wartości brutto wynagrodzenia. Powyższe kary uznać należy za zbyt wysokie. Zgodnie z art. 483 kc podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści. Ponadto, co należy podkreślić, zbyt wysoka kara umowna narusza zasadę uczciwego obrotu gospodarczego.

Odpowiedź 20:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 21

§ 6 ust. 1 b). - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie z 0,2% na 0,1% wartości brutto wynagrodzenia za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia?

Odpowiedź 21:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

§ 6 ust. 1 c). - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie odbioru z 0,2% na 0,1% wartości brutto wynagrodzenia za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia?

Odpowiedź 22:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

§ 6 ust. 1 d). - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji z 0,2% na 0,1% wartości brutto wynagrodzenia za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia?

Odpowiedź 23:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Dodatek nr 1 do SIWZ

Pytanie 24

Dot. punktu 7 tabeli - Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone drzwi otwierane za pomocą pedału nożnego?

Takie rozwiązanie zapewnia bardziej higieniczną obsługę urządzenia od drzwi otwieranych ręcznie.

Odpowiedź 24:

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w drzwi otwierane za pomocą pedału nożnego, ale nie stanowi to wymogu.

Pytanie 25

Dot. punktu 8 tabeli - Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w system trzech dysz oraz trzech głowic obrotowych?

Zgodność urządzenia z normą PN EN ISO 15883 zapewnia odpowiednie parametry mycia i dezynfekcji niezależnie od ilości zastosowanych dysz w urządzeniu.

Odpowiedź 25:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, dla lepszej jakości mycia różnych naczyń sanitarnych.

Pytanie 26

Dot. punktu 13 tabeli - Czy Zamawiający poprzez wartość A0 wyświetlaną na ekranie podczas trwania procesu rozumie czas pozostały do zakończenia procesu?

Odpowiedź 26:

Zamawiający definiuje wartość A0 zgodnie z normą EN ISO 15 8883-1: 2004.

Pytanie 27

Dot. punktu 16 tabeli - Czy Zamawiający dopuści urządzenie zamontowane na postumencie stojącym na posadzce o wymiarach 600x460x1742 mm (sz. x gł. x wys.)?

Odpowiedź 27:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ze względu na zbyt dużą szerokość w stosunku do miejsca przeznaczonego na posadowienie myjni.

Pytanie 28

Dot. punktu 16 tabeli - Czy Zamawiający dopuści urządzenie stojące na posadzce o wymiarach 600x460x1542 mm (sz. x gł. x wys.)?

Odpowiedź 28:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ze względu na zbyt dużą szerokość w stosunku do miejsca przeznaczonego na posadowienie myjni.

Pytanie 29

pkt. 8 - System dyszy teleskopowej oferowany jest tylko przez jednego producenta w jednym modelu urządzeń. Inni producenci stosują inne rozwiązania zapewniające wysoką efektywność procesu mycia. Prosimy o wykreślenie wymogu punktu 8, umożliwi to złożenie ofert różnym firmom, co pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź 29:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, dla lepszej jakości mycia różnych naczyń sanitarnych.

Pytanie 30

pkt. 16 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach: 545 x 475 x 1.630mm (szerokość. x głębokość. x wysokość.) co nieznacznie odbiega od wielkości zapisanych w SIWZ?

Odpowiedź 30:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ze względu na zbyt dużą szerokość oraz głębokość w stosunku do miejsca przeznaczonego na posadowienie myjni

Pytanie 31

pkt. 17 – Prosimy o wykreślenie p. 17. Norma PN-EN ISO 15883-1 nie wymienia suszenia naczyń strumieniem powietrza jako jedyne dostępne rozwiązanie. Mówi jedynie o suszeniu jako jednym z etapów procesu mycia i dezynfekcji. Wybór sposobu pozostawia producentom. Suszenie strumieniem powietrza jest oferowane tylko przez jednego producenta

Odpowiedź 31:

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne lub inne, np. kondensacyjne schładzanie i suszenie naczyń, tzn. suszenie ma być zgodne z definicją suszenia określoną normą EN ISO 15883-1.

Pytanie 32

pkt. 29 – Zgodnie z wymogami prawa producent ma obowiązek zapewnić dostępność części zamiennych przez 10 lat od zakończenia produkcji. Prosimy o zmianę brzmienia p. 29 na:

„Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych przez 10 lat od daty zainstalowania.”

Odpowiedź 32:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

pkt. 30 – Czy Zamawiający dopuści baseny szpitalne w pakiecie startowym w kolorze białym?

Odpowiedź 33:

Zamawiający wyraża zgodę, ale nie czyni wymogu.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

III. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.08.2012r.

W imieniu Zamawiającego

WICESTAROSTA

Andrzej Plutecki

.....