



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, 28.08.2013 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.272.21.05.2013

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikację do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Wózek na brudną bieliznę z pojemnikiem na zużyte pampersy – 1 szt.

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości 1120 mm?

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 560 mm?

Odpowiedź 2

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 3

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 850 mm?

Odpowiedź 3

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wózek zabiegowy – 1 szt.

PYTANIE 4

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 960 x 700 x 500 mm?

Odpowiedź 4

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Stół rehabilitacyjny – 1 szt.

PYTANIE 5

Czy Zamawiający dopuści stół o konstrukcji opartej na pantografie?

Odpowiedź 5

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 6

Czy Zamawiający dopuści stół o przekroju ram nośnych 400 x 300 mm?

Odpowiedź 6

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 7

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości leża od 550 do 950 mm?

Odpowiedź 7

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 8

Czy Zamawiający dopuści stół z leżem o wymiarach 2000 x 670 mm?

Odpowiedź 8

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 9

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją zagłówka w zakresie od 0 do 66°?

Odpowiedź 9

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Kozetka lekarska z uchwytem na prześcieradło na rolce – 1 szt.

PYTANIE 10

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wymiarach: wysokość 620mm, długość 2000 mm, szerokość 670 mm?

Odpowiedź 10

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 11

Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją zagłówka w zakresie od 0 do 76°?

Odpowiedź 11

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Łóżko szpitalne metalowe z materacem – 8 szt.

PYTANIE 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym siatką o przekroju 5 x 5 cm?

Odpowiedź 12

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 13

Czy Zamawiający wymaga łóżko z regulacją oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź 13

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 14

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wysokości 510 mm?

Odpowiedź 14

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 15

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez regulacji sekcji nóg?

Odpowiedź 15

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Szafka przyłóżkowa – 42 szt.**PYTANIE 16**

Czy Zamawiający dopuści szafkę której szuflada wysuwana jest na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź 16

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 17

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach blatu stałego 420 x 450 mm?

Odpowiedź 17

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy – 15 szt.**PYTANIE 18**

Czy w związku z wymogiem zaoferowania 24 miesięcznej gwarancji Zamawiający skoryguje wymóg by materac był “wykonany z trwałego, wytrzymałego winylu”, gdyż, tworzywo PCV jest najtańszym dostępnym na rynku materiałem wykorzystywanym do opieki krótko użytkowej, ponieważ posiada ściśle określoną odporność określoną czasem **12 miesięcy** (fakt ten dotyczy wszystkich materacy i ich wytwórców)z tego powodu do wieloletniego użytkowania na oddziałach szpitalnych stosuje się materace wykonane z poliuretanu, który jest materiałem wieloletnio-trwałym?

Odpowiedź 18

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 19

Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości nieznacznie odbiegającej od wymogu tj. 6,5cm?

Odpowiedź 19

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 20

Czy w związku z zastosowaniem materaca w leczeniu odleżyn I stopnia ma on posiadać funkcję dotlenienia tkanki pacjenta poprzez mikrootworki (**air system**)?

Odpowiedź 20

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 21

Czy biorąc pod uwagę, że tworzywo PCV nie jest odporne na zastosowanie wysokiej temperatury i środków chemicznych w procesie dezynfekcji, Zamawiający wymaga dodatkowego zabezpieczenia materaca poprzez zastosowanie pokrowca umożliwiającego wykonanie w/w dezynfekcji?

Odpowiedź 21

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Przedmiotu zamówienia**PYTANIE 22**

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje?

Odpowiedź 22

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Defibrylator – 1 szt.**PYTANIE 23**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator AED renomowanego producenta, z zasilaniem akumulatorowym z baterii litowej o dwuletnim okresie gotowości do użycia, która pozwala na 210 minut monitorowania pacjenta lub 30 wyładowań z energią maksymalną 360J?

Odpowiedź 23

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 24

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator AED renomowanego producenta, z normą IPX4, oraz temperaturą pracy od 0 do +50stC.?

Odpowiedź 24

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 25

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator AED renomowanego producenta, z zakresem energii dwufazowej od 150 do 360J? W trybie pediatrycznym energia jest redukowana na poziomie elektrod.

Odpowiedź 25

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 26

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator AED renomowanego producenta z elektrodami, których okres przydatności do użycia wynosi około 2,5 roku?

Odpowiedź 26

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 27

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator AED renomowanego producenta, bez możliwości wyświetlania krzywej EKG, jednak z możliwością jej monitorowania, oraz późniejszą możliwością jej przeglądnięcia na komputerze klasy PC?

Odpowiedź 27

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 28

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator AED renomowanego producenta, bez możliwości pomiaru głębokości, częstości ucisków klatki piersiowej i metronomu? Podane rozwiązanie sugeruje producenta.

Odpowiedź 28

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Defibrylator – 1 szt.**PYTANIE 29****do pkt. 3:**

Czy zamawiający dopuści defibrylator, którego czas pracy na 1 komplecie baterii wynosi 150 defibrylacji (przy energii 200 J) i 5 godzin ciągłego monitorowania?

Odpowiedź 29

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 30**do pkt. 4:**

Czy zamawiający dopuści defibrylator z elektrodami standardowymi w zestawie?

Odpowiedź 30

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 31**do pkt. 5:**

Czy zamawiający dopuści defibrylator przeznaczony dla osób powyżej 7 roku życia?

Odpowiedź 31

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 32**do pkt. 9:**

Czy zamawiający dopuści defibrylator o poziomach energii w trybie AUTO:140-360 J oraz w trybie MANUAL 50 J; 100 J; 200 J; 300 J; 360 J ?

Odpowiedź 32

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 33**do pkt. 18:**

Czy zamawiający dopuści defibrylator bez kontroli prawidłowości głębokości i częstości ucisków klatki piersiowej?

Odpowiedź 33

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pulsoksymetr przenośny – 1 szt.

PYTANIE 34

do pkt. 5:

Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr bez wyświetlania parametru PI?

Odpowiedź 34

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 35

do pkt.6:

Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z alarmami w trybie dźwiękowym?

Odpowiedź 35

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 36

do pkt.8:

Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr bez funkcji auto wyłączenia?

Odpowiedź 36

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 37

do pkt. 9:

Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr o wymiarach (33,6mm)x(181mm)x(87,2mm)?

Odpowiedź 37

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Aparat EKG z wózkiem – 1 szt.

PYTANIE 38

do pkt.13:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG z filtrami zakłóceń mięśniowych 35 i 25 Hz?

Odpowiedź 38

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 39

do pkt. 14:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG z filtrami izolinii: 0,05 (3,2 s), 0,11 (1,5 s), 0,25 (0,6 s), 0,50 (0,3 s), 1,50 (0,1 s) i splines?

Odpowiedź 39

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 40

do pkt. 17:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG z interfejsem USB i możliwością zapisu badań na nośnikach typu PenDrive pośrednio poprzez komputer i dołączone oprogramowanie?

Odpowiedź 40

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 41

do pkt.19:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach (DxSxW) 330x270x70 mm?

Odpowiedź 41

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 42

do pkt. 20:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 3,2 kg?

Odpowiedź 42

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 43

do pkt. 22:

Czy zamawiający dopuści wózek pod aparat o wysokości 91 cm?

Odpowiedź 43

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 44

Czy zamawiający wymaga, aby aparat wyposażony był w filtr autoadaptacyjny, dzięki któremu zapis badania jest wyraźniejszy i czytelniejszy?

Odpowiedź 44

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zapisów SIWZ

PYTANIE 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy z 21 do 30 dni?

Odpowiedź 45

Zgodnie z SIWZ.

Łóżko szpitalne metalowe z materacem – 8 szt.

PYTANIE 46

Czy Zamawiający dopuści łóżko o niewygiętych nogach, które również nie wystają poza obrys ramy łóżka?

Odpowiedź 46

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 47

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szczyty wykonane są z płyty wiórowej laminowanej odpornej na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź 47

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- II.** Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższa modyfikacja SIWZ stanowi jej integralną część a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie ma wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.
- III.** Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce BIP w dniu 28.08.2013 r.

W imieniu Zamawiającego
KIEROWNIK

Referatu ds. Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych
i Zamówień Publicznych

Grzegorz Wierzbicki

.....